

Consultas Realizadas

Licitación 422588 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA 31 USF

Consulta 1 - BALANCES - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>En virtud al principio de predecibilidad, igualdad y libre competencia, evitando restricciones a empresas que cuentan con los requisitos legales establecidos solicitamos que estando este llamado vinculados al MSP se mantenga los criterios siempre adoptados a la capacidad financiera y respecto a ello la condición sea:</p> <p>Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE, IRP e IVA GENERAL. AÑOS 2019, 2020, 2021.-</p> <p>Deberán cumplir con el siguiente parámetro:</p> <p>1- Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2019, 2020, 2021).-</p> <p>a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años</p> <p>b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años</p> <p>c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.</p> <p>2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro. Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.</p> <p>3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2019, 2020, 2021.</p> <p>4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (6) seis meses. Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados. Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales. Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 2 - DOCUMENTOS ADICIONALES

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>Solicitamos se rectifique y aclare lo que estable el PBC en el siguiente punto.- IAL 11.1 (j) Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta de conformidad al numeral iii. Puebla documental, Section III. Criterions de Evaluacion y Calcification</p> <p>(h) Copia autenticada de la habilitación vigente expedida por el MSP y BS como importador /Representante/ Distribuidor de dispositivos médicos. (i) Certificado de cumplimiento de B.P.A. (De buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución). (j) Constancia de Habilitación de Servicios Técnicos de la Empresa emitida por el MSP y BS.</p> <p>Teniendo en cuenta que e un llado por ITEMS y la mayoría de los ITEMS no son equipos medicos, este requisito es generico, por lo cual aplica a todo potencial oferente, Ejemplo del Item 1 al 25 no se verifica ningun equipamiento medico es mas el 22 se refiere a Basurero para Oficina, es evidente que el que oferta dicho item no tendra la habilitacion requerida. Por lo cual la convocante debe suprimir o bien aclarar dicho requerimiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>Dichos requerimientos aplican netamente para los equipamientos médicos.</p>		

Consulta 3 - Orden de Compra

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>Los 60 días contados a partir de la recepción de la orden de compra, se toma a partir de la firma del contrato, o se expedira una orden de compra aparte ?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>Según lo establecido en el PBC el plazo de entrega es de 60 días contados a partir de la recepción de la orden de compra.</p>		

Consulta 4 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>Se solcita 22 dias de prorroga como minimo, una vez levantadas las aclaraciones o rectificaciones conforme a las consultas realizadas, lo que permitara una mayor participacion de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>Remitirse a la nueva fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 5 - DOCUMENTOS ADICIONALES

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>En caso de APCA lo establecido en el punto j) Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta de conformidad al numeral iii. Puebla documental, Section III. Criterio de Evaluacion y Calcification, en los inc. h), i) y j) deben ser cumplido por todos los miembros, o basta con que uno solo de ellos lo cumpla.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
<p>Para caso de APCA debe ser cumplido por cada integrante de la misma.</p>		

Consulta 6 - Experiencia especifica

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Experiencia especifica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 2 (dos) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada contrato con un valor de al menos. Son dos contratos por cada año ? o son dos contratos DENTRO DE EL RANGO DE ESTOS 6 AÑOS ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Son dos contratos dentro del rango de los seis años solicitados.		

Consulta 7 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Se solicita una prorroga de 10 dias.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a la nueva fecha establecida en el SICP.		

Consulta 8 - DOCUMENTOS SUSTANCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Se solicita a la convocante indique cuales son los documentos sustanciales que deben de presentarse con la oferta para que la misma sea tenida en cuenta.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Los documentos que deben componer la oferta se encuentran establecidos en la Sección I. Instrucción a los Licitantes y en la Sección II. Datos de la Licitación.		

Consulta 9 - ITEM 75 TAPA BOCAS N95

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
FAVOR CONSIDERAR TAPABOCAS KN95 YA QUE TIENEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 10 - ITEM 81 CONTENEDOR RIGIDO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
FAVOR CONSIDERAR TAPA SIN CIERRE HERMETICO, EN EL MERCADO NO EXISTE CONTENEDORES CON DICHA CARACTERISTICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Los recipientes rígidos para residuos punzocortantes cuentan con la Especificación dentro de la normativa legal ANEXO IV "Tapa con cierre hermético". Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 11 - ITEM 51 CAJA PARA CURACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
FAVOR CONSIDERAR MEDIDA 17 X 7 CM X 3 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 12 - Lista de Precios y Formulario de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
En la Licitación serán utilizadas la Lista de Precios y Formulario de la Oferta que esta en el Pielgo de Base y Condiciones o las que se descarga del Sistema de la DNCP?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Debe utilizarse la lista de Precios y Formulario de Oferta que se encuentra en el PBC.		

Consulta 13 - Afiches Marco Legal y Afiches Normal de Residuos

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Podrían proveernos mas información sobre los Afiches Marco Legal y Afiches Normal de Residuos, ya sea modelo, medidas etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 14 - Favor aclarar sobre las chaquetas

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Favor aclarar sobre las chaquetas: Llevaran bolsillos? Favor especificar si los broches serán de metal o plástico? La espalda de la chaqueta llevara tajo/corte o espalda lisa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 15 - ÍTEM 27 - AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Volumen 1475 ml. Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" al volumen solicitado. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: Volumen 1475 ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 16 - ÍTEM 26 - AMBU PEDIATRICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 26 - AMBU PEDIATRICO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Volumen 635 ml. Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar: Volumen 500 ml o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 17 - ÍTEM 27 - AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 27 - AMBU ADULTO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Ambu Resucitador Silicona Oval Adulto. El material silicona es más resistente y el material PVC un poco menos. Por lo expuesto, solicitamos al Convocante, permita la presentación de material PVC. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: Ambu Resucitador Silicona o PVC Oval Adulto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 18 - ÍTEM 27 - AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 27 - AMBU ADULTO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Ambu Resucitador Silicona Oval Adulto. El material silicona es más resistente y el material PVC un poco menos. Por lo expuesto, solicitamos al Convocante, permita la presentación de material PVC. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: Ambu Resucitador Silicona o PVC Oval Adulto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 19 - ÍTEM 27 - AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 27 - AMBU ADULTO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: El volumen de la bolsa del depósito de oxígeno con aproximado de 2600 ml Solicitamos al Convocante aclarar si con 2.500 ya se cumple con lo siguiente, teniendo en cuenta que dice aproximado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 20 - ÍTEM 27 - AMBU ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 27 - AMBU ADULTO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: El volumen de la bolsa del depósito de oxígeno con aproximado de 2600 ml Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar: Volumen 2.500 ml o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 21 - ÍTEM 33 - MANOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 33 - MANOMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Botella de plástico de aproximadamente 300cc de capacidad. Solicitamos amablemente a la Convocante permita cotizar: Botella de plástico de entre 200 o 300cc de capacidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 22 - ÍTEM 33 - MANOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 33 - MANOMETRO. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Botella de plástico de aproximadamente 300cc de capacidad. Solicitamos amablemente a la Convocante permita cotizar: Botella de plástico de entre 200 o mayor cc de capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 23 - ÍTEM 44 - ESTETOSCOPIO BIAURICULAR.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 44 - ESTETOSCOPIO BIAURICULAR. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: PESO 151 G Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar: Peso 175 gramos o menor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 24 - ÍTEM 44 - ESTETOSCOPIO BIAURICULAR.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 44 - ESTETOSCOPIO BIAURICULAR. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: DIÁMETRO DE MEMBRANA 44 MM. Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar: DIÁMETRO DE MEMBRANA 44 MM con rango de variación permitido de 2 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 25 - ÍTEM 51 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 51 - CAJA DE CIRUGÍA MENOR Con todo respeto solicitamos a la Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 centímetros para los instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 26 - ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 1 EJEMPLAR DE TAMAÑO GRANDE. Consideramos que hay un error de tipo al mencionar EJEMPLAR, creemos que debe decir ESPECULO. Solicitamos al Convocante aclarar y reemplazar la palabra "Ejemplar" por la palabra "ESPECULO"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 27 - ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 1 EJEMPLAR DE BAJO TAMAÑO MEDIANO. Consideramos que hay un error de tipo al mencionar EJEMPLAR, creemos que debe decir ESPECULO. Solicitamos al Convocante aclarar y reemplazar la palabra "Ejemplar" por la palabra "ESPECULO"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 28 - ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: 1 EJEMPLAR DE BAJO TAMAÑO MEDIANO. Consideramos que hay un error de tipo al mencionar EJEMPLAR, creemos que debe decir ESPECULO. Solicitamos al Convocante aclarar y reemplazar la palabra "Ejemplar" por la palabra "ESPECULO"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 29 - ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Estuche para instrumentos de acero inoxidable. con tapa c/ mango 40x20x10cm". Solicitamos un rango de variación para este estuche, sugerimos lo siguiente: "Estuche para instrumentos de acero inoxidable. con tapa c/ mango 40 (+/- 5) x 20 (+/-2) x 10 (+/- 2) cm".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 30 - ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 52 - SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "c/ mango". No existen estuches con mango, por lo expuesto solicitamos al Convocante eliminar la parte que dice c/mango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 31 - ÍTEM 53 - TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
ÍTEM 53 - TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE. En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Medidas aproximadas: 33 cm de diámetro y 16 cm de profundidad". Con todo respeto solicitamos a la Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 centímetros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 32 - ÍTEM 55 - Caja de diagnóstico Otoscopio-oftalmoscopio.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
----------	-------------------	------------

ÍTEM 55 - Caja de diagnóstico Otoscopio-oftalmoscopio.
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: ILUMINACIÓN DISTAL DE FIBRA ÓPTICA (OTOSCOPIO)
Consultamos a la Convocante ¿es posible ofertar Otoscopio que no tenga fibra óptica?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.

Consulta 33 - ÍTEM 55 - Caja de diagnóstico Otoscopio-oftalmoscopio.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
----------	-------------------	------------

ÍTEM 55 - Caja de diagnóstico Otoscopio-oftalmoscopio.
No menciona que deba tener 1 Mango para conectar uno de los dos cabezales (ya sea el otoscopio o el oftalmoscopio)
Por lo expuesto, solicitamos se incluya un mango con las siguientes características:
Un Mango ergonómico de metal para uso con pilas tipo C de fácil obtención en el mercado. Fácil encastre del cabezal (otoscopio o el oftalmoscopio).
Dimensiones mínimas: largo mínimo 145 mm, diámetro 30 mm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.

Consulta 34 - ÍTEM 55 - Caja de diagnóstico Otoscopio-oftalmoscopio.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
----------	-------------------	------------

ÍTEM 55 - Caja de diagnóstico Otoscopio-oftalmoscopio.
No menciona que deba tener 1 Mango para conectar uno de los dos cabezales (ya sea el otoscopio o el oftalmoscopio)
Por lo expuesto, solicitamos se incluya un mango con las siguientes características:
Un Mango ergonómico de metal para uso con pilas tipo C de fácil obtención en el mercado. Fácil encastre del cabezal (otoscopio o el oftalmoscopio).
Dimensiones mínimas: largo mínimo 145 mm, diámetro 30 mm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.

Consulta 35 - En la página 49 del PBC dice: IAL 11.1 (c) El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta de conformidad al numeral iii. Prueba documental, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
----------	-------------------	------------

En la página 49 del PBC dice: IAL 11.1 (c) El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta de conformidad al numeral iii. Prueba documental, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.
Al respecto consultamos ¿es posible presentar Actas de Recepción Definitiva en reemplazo de cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento de contrato?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se debe presentar la documentación solicitada en la IAL 11.1.

Consulta 36 - PBC página 76 – Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
PBC página 76 – Autorización del Fabricante Consultamos al respecto ¿es necesario presentar la Autorización del Fabricante conforme al modelo proveído en la página 76 del PBC o se puede presentar Documento equivalente en otro formato que esté vigente (incluso que esté inscripto en el Registro Público de Comercio Sección Representaciones)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe presentar la documentación de acuerdo a lo solicitado en la IAL 11.1		

Consulta 37 - PBC página 64 – Carta de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
PBC página 64 – Carta de la Oferta En una parte de este documento dice: “Solicitud de Oferta n°” Consultamos al respecto ¿Qué debemos describir en esta parte?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe describir el numero y nombre del llamado.		

Consulta 38 - Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: SISTEMA DE AIREACIÓN FORZADA Este sistema de aireación forzada se realiza mediante ventilador que permite mantener homogénea la temperatura dentro de la cámara. Consultamos ¿se podría cotizar sin el sistema de aireación forzada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 39 - Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: VOLUMEN DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN 60 LITROS. Solicitamos permita la cotización de 55 litros o mayor. En caso afirmativo, quedaría redactado como sigue: VOLUMEN DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN 55 LITROS o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 40 - Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: CERTIFICADO DE CALIDAD E INSPECCIÓN TÉCNICA Este certificado de calidad ¿se refiere al ISO 13485?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC. (presentar Certificados Solicitados o al menos dos de ellas).		

Consulta 41 - Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: CERTIFICADO DE CALIDAD E INSPECCIÓN TÉCNICA Este certificado de Inspección Técnica ¿a qué se refiere? La inspección técnica se realiza una vez terminado el producto, no antes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC. (presentar Certificados Solicitados o al menos dos de ellas). La inspección Técnica se realiza al entregar el producto. Cabe señalar que es un requisito no de las EETT, si no de certificación y prueba.		

Consulta 42 - Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: 10 KITS DE TERMOINDICADORES PARA CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Solicitamos aclarar: los 10 kits ¿son las tiras Testigo Indicador Químico de esterilización por calor seco para estufa? Normalmente vienen en presentación de caja x 100 unidades y no en presentación de KITS. Por favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se refieren a los termo indicadores para control de funcionamiento de la estufa, vienen en varias presentaciones. Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 43 - Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
Item 67 ESTUFA PARA ESTERILIZACION En una parte de las Especificaciones técnicas dice: TEMPORIZADOR DE OPERACIÓN DE 0 A 240 MIN. / OPERACIÓN CONTINUA. Solicitamos permita la cotización de TEMPORIZADOR DE OPERACIÓN DE 0 A 240 MIN. (O MAYOR) / OPERACIÓN CONTINUA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 44 - 3.1 Criterios de calificación b) Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>Donde Dice: (b) Experiencia específica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 2 (DOS) contratos en los últimos 6 (SEIS) años [2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022] antes de la fecha límite de presentación de ofertas, cada uno con un valor de al menos: (cuadro de montos por ítems)</p> <p>Solicitamos a la convocante adecuar los valores según el precio referencial de cada ítem, considerando que los montos solicitados exceden en demacía a dichos precios. Resulta inentendible que se fijen valores muy abultados para demostrar la experiencia limitando la participación de oferentes y atentando contra la libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 45 - Ítem 50 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
¿Se podría considerar una variación de +/-2cm en las medidas de los instrumentales solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 46 - Ítem 51 Caja para curaciones

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
¿Se podría considerar una variación de +/-3cm en las medidas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 47 - Ítem 52 Set de instrumental para inserción de DIU

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
¿Se podría considerar una variación de +/-2cm en las medidas de los instrumentales y +/-3cm en las medidas de la caja?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Remitirse a lo establecido en la ADENDA 2.		

Consulta 48 - Actas de recepción final

Consulta	Fecha de Consulta	10-03-2023
<p>Considerando lo expuesto en la CGC 16.1: Los pagos serán contra entrega de la totalidad de los bienes adjudicados para cada ítem, transferidos, a satisfacción del MSPBS, expresada en un Acta de recepción final.</p> <p>¿Podrían indicar si las USF beneficiadas serán las encargadas de emitir dichas actas o que departamento/dirección del MSPyBS?</p> <p>¿Los equipos y/o instrumentos médicos deberán pasar por algún tipo de filtro previo a la entrega como por ejemplo la Dirección Biomédica del MSPyBS, para su posterior entregar a las USF beneficiadas?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Las verificaciones como así también las emisiones de los documentos estarán sujetos a la Administración del Contrato.		

Consulta 49 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Donde dice "PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 51 X 24 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con plataforma fabricado en acero con pintura esmaltada y pulido sanitario. Sugerimos PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE o FABRICADO EN ACERO CON PINTURA ESMALTADA Y PULIDO SANITARIO DE 51 X 24 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto obtener mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 50 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Especificaciones tecnicas item 38 CONEXIÓN INTERFASE DE SALIDA PARA REGISTRO EXTERNO. Solicitamos amablemente a la convocante requerir este parámetro como OPCIONAL, considerando que estos dispositivos son portátiles y generalmente se utilizan para estudios in situ. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 51 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Item 38 Donde dice "CARGADOR DE PILA/BATERÍA 220 V/12V. " Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento de cargador 12V aproximadamente, teniendo en cuenta que el voltaje continuo requerido en el parámetro anterior solicita pilas o baterías de 12V o similar. De esta manera aclarar el requerimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 52 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
ITEM 29 "PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 51 X 24 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con plataforma fabricado en acero con pintura esmaltada y pulido sanitario. Sugerimos PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE o FABRICADO EN ACERO CON PINTURA ESMALTADA Y PULIDO SANITARIO DE 51 X 24 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto obtener mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 53 - ITEM 71 BALANZAS ELECTRONICAS INDUSTRIALES

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
----------	-------------------	------------

Favor si podrían indicar la precisión de cuanto debe ser?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.

Consulta 54 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
----------	-------------------	------------

Item 67
Estufa para esterilización de 60 litros
Donde dice
TEMPORIZADOR DE OPERACIÓN DE 0 A 240 MIN. / OPERACIÓN CONTINUA. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con temporizador de operación de 0 a240 o mayor, De manera a no limitar la oferta de equipos con mejores prestaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.

Consulta 55 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 67
Estufa para esterilizadores
Donde dice "TERMOSTATO REGULABLE ENTRE 30°C Y 220°C". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de 30°C o menor a 220°C o mayor, de manera a no limitar la oferta de equipos con mejores prestaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.

Consulta 56 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
----------	-------------------	------------

Item 67
Estufa para esterilizadores
donde dice "VOLUMEN DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN 60 LITROS". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con equipos con volumen de la cámara de esterilización 60 litros o mayor. De manera a no limitar la oferta de equipos con mejores prestaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "PANTALLA: PANTALLA DIGITAL (LCD:4 DÍGITOS)". Se sugiere "PANTALLA: PANTALLA DIGITAL (LCD:3 DÍGITOS O MÁS)" con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "APAGADO AUTOMÁTICO: LUEGO DE 1 MINUTO DE NO SER UTILIZADO". Se sugiere "APAGADO AUTOMÁTICO: COMO MINIMO LUEGO DE 30 SEGUNDOS DE NO SER UTILIZADO" con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "BATERÍA: 1 X LITIO (CR2032)". Se sugiere "BATERÍA: 2 X AAA O 1 X LITIO" con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "DIMENSIONES: 33MM X 42MM X 143MM". Se sugiere "DIMENSIONES MAXIMAS: 88MM X 45MM X 153MM (largo x ancho x alto)" ya que dicha especificación no afecta el funcionamiento correcto del equipo y así contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "6.000 MEDICIONES". Se sugiere "3000 MEDICIONES O MEJOR" con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 62 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "PESO NETO: 60 G. (INCLUYENDO 1 BATERÍA)". Se sugiere "PESO: 140 G O MENOR" ya que dicha especificación no afecta el funcionamiento correcto del equipo y así contar con mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 10°C - 40°C; 30%-85%; 70-106KPA". Se sugiere "AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 10°C - 40°C; 30%-85%" ya que dicha el equipo no deberá soportar presiones extremas que deban ser aclaradas y no afecta el funcionamiento correcto del equipo en las condiciones ambientales de la aplicación para la que fue diseñado y así contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		

Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2023
Ítem 54. Termómetro Digital. Especificaciones Técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 10°C - 40°C; 30%-85%; 70-106KPA AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO: - 20°C-60°C; MENOS DE 95%, 70-106KPA". Se sugiere "AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 10°C - 40°C; 30%-85%; 70-106KPA AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO: -20°C-60°C; MENOS DE 95%," ya que dicha el equipo no deberá soportar presiones extremas que deban ser aclaradas y no afecta el funcionamiento correcto del equipo en las condiciones ambientales de la aplicación para la que fue diseñado y así contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-03-2023
Se debe cumplir con lo establecido en el PBC.		