

Consultas Realizadas

Licitación 422592 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023

Consulta 1 - Item Nro 167

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2023
En PBC ítem nro 167 figura como característica, Venda enyesada 20 cm x 3 metros de largo. Consulta: ¿podría presentarse Venda enyesada 20 cm x por 4 metros?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 2 - ITEM 77 LAMINA ESMERILADA

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2023
ITEM 77 LAMINA ESMERILADA. Favor considerar las dimensiones 76x25x1mm (+/-1), de modo a poder ofertar 75x25x1 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 3 - REGISTRO SANITARIO ITEM 77 LAMINA ESMERILADA

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2023
ITEM 77. LAMINA ESMERILADA. Favor excluir el requisito de Registro Sanitario para el Item 77 ya que dicho insumo es instrumento de uso general en laboratorio y esta excluido de la Res. S.G. N° 669 del MSP y BS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 4 - ITEM 182 LAMINA CUBRE OBJETO. REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2023
ITEM 182. LAMINA CUBRE OBJETO. REGISTRO SANITARIO Favor excluir el requisito de Registro Sanitario para el Item 182 ya que dicho insumo es instrumento de uso general en laboratorio y esta excluido de la Res. S.G. N° 669 del MSP y BS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 5 - Item 119 Tubo de drenaje pleural con equipo trocar

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder cotizar en presentación de 350 cc como mínimo, de manera a poder habilitar a potenciales proveedores, de permitirse ofertas 350 cc a más como mínimo no perjudica a ofertas de 500 cc si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 6 - Item 136 Venda Elastica

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 4 mt de largo como mínimo debe decir 1,8 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores, de permitirse ofertas de 1,8 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 4 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 7 - Item 137 Venda Semielastica

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2023
----------	-------------------	------------

Consultamos a la Convocante si la presentación estéril solicitada es correcta?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 8 - Item 137 Venda Semielastica

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 3 mt de largo como mínimo debe decir 1,80 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,80 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 3 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 9 - item 153 Paño para Baño Seco

Consulta	Fecha de Consulta	23-01-2023
----------	-------------------	------------

Paño para Baño Seco con Extracto de Clorhexidina y Polihexanida de 20x20 cm 1,5 gramos

Consultas: la descripción 1,5 gramos se refiere al agente de limpieza?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 10 - ítem 153 Paño para Baño Seco

Consulta	Fecha de Consulta	23-01-2023
Paño para Baño Seco con Extracto de Clorhexidina y Polihexanida de 20x20 cm 1,5 gramos consulta: favor aclarar cantidad por paquete.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 11 - ítem 154 Paño para baño seco - Clorhexidina

Consulta	Fecha de Consulta	23-01-2023
Paño para Baño Seco con Cloherxidina de 20x20 x 1.5 gramos Consulta: La descripción 1,5 gramos se refiere a agente de limpieza? favor aclarar la cantidad por paquete.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem 51. Compresa de vientre. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica "compresa de vientre de 45 a 50) x 45 a 50 cm". Se sugiere "Compresa de vientre de 45 a 45 cm o mayor" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem 51. Compresa de vientre. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica "compresa de vientre de 45 a 50) x 45 a 50 cm". Se sugiere "Compresa de vientre de 45 a 50 cm +/- 5 cm" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem 51. Compresa de vientre. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de compresas por paquete. Sugerimos solicitarlos en paquetes individuales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 15 - Ítem N° 24: Campo adhesivo quirúrgico.-

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
En las Especificaciones Técnicas dice: "campo adhesivo estéril 60x45" Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: Campo adhesivo estéril 60x45 cm como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 16 - Ítem N° 60: Hilo para sutura ácido poliglicolico

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem N° 60: Hilo para sutura ácido poliglicolico.- En las Especificaciones Técnicas dice: "composición química del material 100% ácido poliglicólico 2/0 recubierto, absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm 3/8 círculo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable serie siliconada presentación de doble empaque" Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida de la aguja, así también declarar OPCIONAL la frase "serie siliconada". De tal forma quede redactado de la siguiente manera: Composición química del material 100% ácido poliglicolico 2/0 recubierto, absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm como mínimo, de 3/8 círculo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable, serie siliconada (opcional), presentación de doble empaque.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 17 - Ítem N° 61: Hilo para sutura poliamida.-

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem N° 61: Hilo para sutura poliamida.- En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 círculo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque" Este hilo es utilizado para cirugías oftálmicas, por lo que una aguja de 12 mm ya resulta muy grande. Solicitamos amablemente al Convocante reducir esta medida a las que usualmente se utilizan en las cirugías oftálmicas. Para tal efecto, disminuir la longitud mínima de la hebra. Así también solicitamos permitan la cotización de ½ círculo cuerpo triangular o espatulada. De forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 6 mm como mínimo, 3/8 o 1/2 círculo cuerpo triangular o espatulada, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 18 - Ítem N° 68: Humidificador.

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem N° 68: Humidificador.- En las Especificaciones Técnicas dice: "humidificador de o2 A coneccion a rosca de plástico" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar conexión a rosca de plástico o de metal; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Humidificador de O2, de conexión a rosca de plástico o de metal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 19 - Ítem N° 84: Papel para electrocardiografía.

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem N° 84: Papel para electrocardiografía. - En las Especificaciones Técnicas dice: "Papel para electrocardiografía compatible con equipo Electro ARI, 215MM X 20M EN ROLLO" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar 214MM o 215MM X 20M EN ROLLO; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Papel para electrocardiografía compatible con equipo Electro ARI, 214MM o 215MM X 20M EN ROLLO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 20 - Ítem N° 112: Termómetro axilar.-

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
Ítem N° 112: Termómetro axilar.- En las Especificaciones Técnicas dice: "termómetro axilar de mercurio" Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar de mercurio o digital; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera: Termómetro axilar de mercurio o digital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 21 - Ítem N° 168: Colchón de aire.-

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
En las Especificaciones Técnicas dice: "Colchon de aire con compresor fabricado en PVC, con medidas de 200x90 cm, capacidad hasta 130 K" Solicitamos amablemente al Convocante reducir estas medidas para así permitir la participación de más de un oferente. De tal forma que quede redactado de la siguiente manera: Colchón de aire con compresor fabricado en PVC, con medidas de 196 cm largo x 93 cm ancho, capacidad hasta 130 Kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 22 - Ítem N° 181: Pasta p/ Electroencefalograma.-

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
<p>En las Especificaciones Técnicas dice: "Certificado de Calidad: FDA y/o CE. Pasta Conductiva para fijación de electrodo, para electroencefalógrafo y electromiógrafo, composición como mínimo con agua, vaselina, PEG-60 Hidrogenado de aceite de castor, carbonato de calcio, glicerina, cloruro de sodio y PEG-40 Hidrogenado de aceite de castor, carbonato de calcio, glicerina, cloruro de sodio y PEG-40 Hidrogenado de aceite de castor."</p> <p>Se describen características técnicas muy específicas que no permitirán la participación de más de un oferente. Por tal motivo, solicitamos utilizar la misma descripción de la anterior Licitación 04-2022 ID 406185: Pasta Conductiva para fijación de electrodo, para electroencefalógrafo en pote de 228 gramos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 23 - Ítem N° 182: Lamina cubre objeto.-

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2023
<p>En las Especificaciones Técnicas dice: "lamina cubre objeto 24 x 40 mm"</p> <p>Solicitamos al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: Lamina cubre objeto 24 x 40 mm como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 24 - ITEM 5 Aguja de biopsia medular

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>En el Item 5 se detalla : Aguja de biopsia medular: aguja para biopsia de médula osea 16g/10cm - descartable, estéril.</p> <p>Solicitamos revisar a la convocante ya que por la medida que solicitan creemos que puede ser una Aguja para aspiración de médula. Podrían confirmar si se trata de una Aguja de aspirado o una aguja de biopsia medular. Revisar en todo caso el llamado con ID 408189 donde están las dos tipos de agujas .</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 25 - ITEM 10 Aguja para Biopsia Renal

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice : aguja para biopsia n° 16 automático(renal) por punzion, de 16 G largo y 16 cm.QUE SEA : aguja para biopsia n° 16 automático(renal) por punzion, de 16 G largo y 15 a 16 cm</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 26 - TITULO: ITEM 11 Aguja para Biopsia Renal

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice : aguja para biopsia n° 18 automático (renal) por punzion; de 18 G y 16 cm de largo. QUE SEA : aguja para biopsia n° 18 automático (renal) por punzion; de 18 G y 15 a 16 cm de largo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 27 - ITEM 177 Mascara laringea

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice : Mascara laríngea N°1 para recién nacidos y lactante hasta 5 kilos .Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,conector de 15 mm, línea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado . QUE SEA : Mascara laríngea N°1 para recién nacidos y lactante hasta 7 kilos .Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,conector de 15 mm, línea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 28 - ITEM 178 Mascara laringea

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice : Mascara laríngea N°4.Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,línea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado, QUE SEA : Mascara laríngea N° 3,5 A 4.Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,línea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado, (SIENDO ESTE NUMERO DE 3,5 PARA PACIENTES ENTRE 50 A 70 KILOS)

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 29 - ITEM 179 Mascara laringea

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice Mascara laríngea N°5.Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,línea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado , QUE SEA : Mascara laríngea N°4,5 A 5.Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,línea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado (SIENDO ESTE NUMERO DE 4,5 PARA PACIENTES ENTRE 70 A 100 KILOS)

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 30 - Especificaciones técnicas ítem 29

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 29 "Catéter intravenoso vía central pediátrico" solicitan: "catéter vía central 3 lumen pediátrico 3,5 fr 16+-cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp."</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar a:</p> <p>"catéter vía central 3 lumen pediátrico de 3 a 5 FR 16 +- 4 cm de largo, poliuretano, técnica de Seldinger, guía de nitinol, con válvula de seguridad sin aguja, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp."</p> <p>Esto debido a que los catéteres centrales pediátricos existentes en el mercado son de entre 3,5 a 5 FR y con una longitud de entre 15 a 20 cm, por lo que permitiría un mayor número de oferentes sin un impacto negativo en la aplicación del producto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 31 - Especificaciones técnicas ítem 96

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 96 "Set para bomba de infusión" solicitan: "Set para bombas de infusión para administración parenteral de soluciones con 30 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumétricas, con uno o más sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o fármacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo."</p> <p>Solicitamos a la convocante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aclarar si las 30 bombas de infusión volumétricas son adicionales a las que actualmente se encuentran operativas en el Hospital de Clínicas.2. Aclarar el plazo para el comodato: es importante establecer el periodo de tiempo en el que las bombas de infusión permanecerán en el Hospital en condición de comodato; sugerimos considerar 12 meses.3. Reevaluar la cantidad de sets requeridos para el ítem 96: por normas internacionales se considera que los sets de infusión deben cambiarse cada 72 hs. esto hace que cada bomba requiera mensualmente 10 sets de infusión apróx. Por lo tanto, 30 bombas en 12 meses requerirían como mínimo 3.600 sets de infusión. <p>Por otro lado, el set solicitado es el más utilizado ya que su aplicación es para medicación y alimentación parenteral; sin embargo, están solicitando una cantidad muy inferior al ítem 95, el cual se utiliza únicamente para alimentación enteral. Solicitamos reevaluar las cantidades solicitadas para ambos ítems y redistribuir las mismas conforme a la alta demanda que tiene el ítem 96 en el Hospital de Clínicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
<p>1- Aclaremos que las 30 bombas de infusión volumétrica no son adicionales a las que actualmente se encuentran en el Hospital de Clínicas.</p> <p>2- REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.</p> <p>3- AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p>		

Consulta 32 - Especificaciones técnicas ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 23 "Bolsa para colostomía" solicitan: "bolsas para colostomía de dos piezas (Base + Bolsa).Con anillo adhesivo 100% hidrocoloide recortable y extra flexible ,con sistema de acoplamiento guiado entre ambas partes . Drenable con tejido protector cutaneo ,cara exterior transparente y clamp integrado. Filtro para gases y olores incorporados."</p> <p>Solicitamos a la convocante: Aclarar si lo solicitado corresponde a sistema de acoplamiento adhesivo guiado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 33 - Especificaciones técnicas ítem 29.

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 29 "Catéter intravenoso vía central pediátrico" solicitan: "catéter vía central 3 lumen pediátrico 3,5 fr 16+-cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp."</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar a: "catéter vía central 3 lumen pediátrico de 3 a 5 FR 16 +- 4 cm de largo, poliuretano, técnica de Seldinger, guía de nitinol, con válvula de seguridad sin aguja, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp."</p> <p>Esto debido a que los catéteres centrales pediátricos existentes en el mercado son de entre 3,5 a 5 FR y con una longitud de entre 15 a 20 cm, por lo que permitiría un mayor número de oferentes sin un impacto negativo en la aplicación del producto.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 34 - Especificaciones técnicas ítem 96.

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 96 "Set para bomba de infusión" solicitan:</p> <p>"Set para bombas de infusión para administración parenteral de soluciones con 30 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumétricas, con uno o más sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o fármacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo."</p> <p>Solicitamos a la convocante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aclarar si las 30 bombas de infusión volumétricas son adicionales a las que actualmente se encuentran operativas en el Hospital de Clínicas.2. Aclarar el plazo para el comodato: es importante establecer el periodo de tiempo en el que las bombas de infusión permanecerán en el Hospital en condición de comodato; sugerimos considerar 12 meses.3. Reevaluar la cantidad de sets requeridos para el ítem 96: por normas internacionales se considera que los sets de infusión deben cambiarse cada 72 hs. esto hace que cada bomba requiera mensualmente 10 sets de infusión apróx. Por lo tanto, 30 bombas en 12 meses requerirían como mínimo 3.600 sets de infusión. <p>Por otro lado, el set solicitado es el más utilizado ya que su aplicación es para medicación y alimentación parenteral; sin embargo, están solicitando una cantidad muy inferior al ítem 95, el cual se utiliza únicamente para alimentación enteral. Solicitamos reevaluar las cantidades solicitadas para ambos ítems y redistribuir las mismas conforme a la alta demanda que tiene el ítem 96 en el Hospital de Clínicas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
1- Aclaremos que las 30 bombas de infusión volumétrica no son adicionales a las que actualmente se encuentran en el Hospital de Clínicas. 2- REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. 3- AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 35 - Especificaciones técnicas ítem 23

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 23 "Bolsa para colostomía" solicitan:</p> <p>"bolsas para colostomía de dos piezas (Base + Bolsa).Con anillo adhesivo 100% hidrocoloide recortable y extra flexible ,con sistema de acoplamiento guiado entre ambas partes . Drenable con tejido protector cutaneo ,cara exterior transparente y clamp integrado. Filtro para gases y olores incorporados."</p> <p>Solicitamos a la convocante: Aclarar si lo solicitado corresponde a sistema de acoplamiento adhesivo guiado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 36 - ítem 28 Cateter Epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial establecido en el ítem 28 conforme al precio utilizado en el ítem 160 ya que ambos ítems son el mismo producto con diferentes calibres, aparte de utilizar como antecedentes llamados con precios desfasados y el ítem 160 si establece un precio referencial acorde al precio del mercado por lo que deberían de tener el mismo referencial.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 37 - ítem 35 Catéter Percutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial establecido en el ítem 35, teniendo en cuenta como antecedente para el mismo el llamado con el ID 410902 ítem 20 del IPS (Gs. 1.415.000) que es el mas reciente y con el precio actualizado del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 38 - Ítem 39 Cateter Umbilical

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
<p>Solicitamos a la convocante modifique el precio referencial establecido en el ítem 39 teniendo en cuenta el precio del ítem 42 ya que solo se diferencian en la medida y el costo referido en el ítem 42 es el que se encuentra conforme al mercado también para el ítem 39. Favor establecer el mismo referencial que el ítem 42 al ítem 39.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 39 - Item 161 Catéter Epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
Solicitamos a la convocante tener en cuenta el precio referencial establecido en el ítem 160 también para el ítem 161, ambos productos solicitados se diferencian solo en el calibre y el precio establecido en el referencial del ítem 160 es el acorde al precio del mercado actual por lo tanto solicitamos tengan en cuenta para establecer el mismo referencial para el ítem 161,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 40 - Item 165 Sonda Transpilórica

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
Consulta, en las especificaciones técnicas no especifica el material de la sonda solicitada, se refiere a Sonda de Silicona 100% como lo establece el ítem 164?, aclarando que el material Silicona 100% es de larga permanencia y con esto la institución obtiene una mejor relación costo-beneficio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 41 - Item 180 Sonda Transpilórica

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
Consulta, en el ítem 180 no especifica el material de la sonda solicitada, se refiere a material Silicona 100% como el ítem 164?, aclarando que el material 100% Silicona es de larga permanencia y con esto la institución obtendría una mejor relación costo - beneficio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 42 - Item 160 Catéter Epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
En el ítem 160 la convocante solicita catéter epicutáneo Fr: 1,9 y establece diámetro de "...1 diámetro de 0,3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm..." el mismo es incompatible con lo solicitado ya que el Fr: 1,9 tiene un diámetro de 0,28 x 0,60, solicitamos a la convocante ajustar el diámetro en las especificaciones técnicas y también ampliar el rango de longitud solicitado en "30 a 50 cm de longitud".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 43 - Item 161 Catéter Epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
En el ítem 161 la convocante solicita catéter epicutáneo Fr: 1,8 y establece diámetro de "...1 diámetro de 0,3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm..." el mismo es incompatible con lo solicitado ya que el Fr: 1,8 tiene un diámetro de 0,28 x 0,57,. Solicitamos a la convocante corregir dicha situación a modo de evitar inconvenientes durante la evaluación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.		

Consulta 44 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 12: Aguja para insulina: aguja nº 25 g 5/8 p/insulina descartable - para aplicación de insulina descartable, estéril.. Solicitamos a la convocante ampliar la media de la aguja a 27,5 G ½.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 13: Aguja Raquídea. Solicitamos a la Convocante que la presentación de entrega se amplié, a modo de que el producto Aguja Raquídea, tanto la aguja como el introductor se encuentren en envases individuales dentro de un mismo empaque con el fin de garantizar la esterilidad en la manipulación del producto a ser cotizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 14: Aguja Raquídea. Solicitamos a la Convocante que la presentación de entrega se amplié, a modo de que el producto Aguja Raquídea, tanto la aguja como el introductor se encuentren en envases individuales dentro de un mismo empaque con el fin de garantizar la esterilidad en la manipulación del producto a ser cotizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 29: Catéter intravenosa vía central pediátrico. Solicitamos a la convocante ampliar la medida y poder ofertar catéter vía central 3 lumen pediátrico 4fr fr 16+-cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 53 EQUIPO EXTENSOR: de dos lumen trainer reducido conector siliconado de 2 vias libre de agujas y sistema cerrado con camp pediátrico.		
<p>Entendemos que los productos de bioseguridad (Libre de aguja, sistema cerrado) solicitado por la convocante, es a fin de beneficiar a los pacientes y profesionales de blanco con productos que brinden seguridad en la reducción de infecciones hospitalarias y accidentes corto punzantes, es por ello que solicitamos que el "EQUIPO EXTENSOR de 2 lumen" sea de desplazamiento neutro esto permitirá minimizar la entrada de sangre al catéter disminuyendo la frecuencia de recambio, como así también que el conector sea 100% transparente a fin de visualizar el lavado después de las infusiones de los medicamentos evitando de que queden residuos dentro del conector y la posibilidad de formación de biopelículas, ayudando a reducir el riesgo de contaminación bacteriana y mejorar los resultados con los pacientes, y de este manera se dará cumplimiento a lo contemplado en el Art. 4 de la Ley 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 54 EQUIPO EXTENSOR: de dos lumen trainer reducido conector siliconado de 2 vias libre de agujas y sistema cerrado con campm ADULTO		
<p>Entendemos que los productos de bioseguridad (Libre de aguja, sistema cerrado) solicitado por la convocante, es a fin de beneficiar a los pacientes y profesionales de blanco con productos que brinden seguridad en la reducción de infecciones hospitalarias y accidentes corto punzantes, es por ello que solicitamos que los "Conectores de 2 vias para Infusión Parenteral libre aguja" sea de desplazamiento neutro esto permitirá minimizar la entrada de sangre al catéter disminuyendo la frecuencia de recambio, como así también que el conector sea 100% transparente a fin de visualizar el lavado después de las infusiones de los medicamentos evitando de que queden residuos dentro del conector y la posibilidad de formación de biopelículas, ayudando a reducir el riesgo de contaminación bacteriana y mejorar los resultados con los pacientes, y de este manera se dará cumplimiento a lo contemplado en el Art. 4 de la Ley 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 86 Papel para esterilización		
Solicitamos a la Convocante aclarar si se podrá ofertar Papel para esterilización de la medida 130 cm x 130 cm + - 10 cm de polipropileno		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM 89 Prolongador de Vía		
<p>Entendemos que los productos de bioseguridad (Libre de aguja, sistema cerrado) solicitado por la convocante, es a fin de beneficiar a los pacientes y profesionales de blanco con productos que brinden seguridad en la reducción de infecciones hospitalarias y accidentes corto punzantes, es por ello que solicitamos que los "Prolongador de vía con tapa bioconector libre de aguja" sea de desplazamiento neutro esto permitirá minimizar la entrada de sangre al catéter disminuyendo la frecuencia de recambio, como así también que el conector sea 100% transparente a fin de visualizar el lavado después de las infusiones de los medicamentos evitando de que queden residuos dentro del conector y la posibilidad de formación de biopelículas, ayudando a reducir el riesgo de contaminación bacteriana y mejorar los resultados con los pacientes, y de este manera se dará cumplimiento a lo contemplado en el Art. 4 de la Ley 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 52 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 15: Aparato para detección de glicemia en sangre		
<p>Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 16atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 66.000</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 53 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 16: Tira reactiva para glucosa en sangre		
<p>Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 16atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1.650</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 54 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 15: Aparato para detección de glicemia en sangre		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 15 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 66.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 55 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 18: Apósito transparente		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 18 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 4.400		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 56 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 49: Colector / contenedor de orina		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 49 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 2.200		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 57 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 64: Hoja para bisturí		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 64 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 58 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 65: Hoja para bisturí		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 65 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 59 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 66: Hoja para bisturí		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 66 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 60 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 67: Hoja para bisturí		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 67 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 61 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 71: Jeringa desechable con aguja		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 71 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 660		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 62 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 72: Jeringa desechable con aguja		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 72 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 660		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 63 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 73: Jeringa desechable con aguja		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 73 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 660		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 64 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 74: Jeringa desechable con aguja		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 74 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 1100		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 65 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 78: Lanceta para dispositivo de puncion		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 78 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 550		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 66 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 81: Mascara para oxigeno pequeño		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 81 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 7128		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 67 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 83: Micronebulizador adulto		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 83 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 9900		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 68 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 97 Sistema Colector de orina		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 97 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 44000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 69 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 114 Trampa de mocus		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 114 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 11000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 70 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 138 Tubo corrugado p/ Máquina de Anestesia Adulto		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 138 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 66000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 71 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 139 Tubo corrugado p/ Máquina de Anestesia Pediátrico		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 139 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 66000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 72 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2023
ITEM: 145 Película para ecografía		
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 145 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 132000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 73 - Porcentaje de Multas

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2023
Solicitamos a la convocante que el porcentaje de multas sea de 0.01% , teniendo en cuenta que seria un sobre costo en el producto a adquirir por la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 74 - Item 86

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2023
----------	-------------------	------------

En el ítem 86 donde dice Papel para esterilización 140 cm x 140 cm + - 10 cm de polipropileno, Solitamos que este punto pueda ser de la siguiente manera "Papel para esterilización 140 cm x 140 cm (±) 20 cm con GRAMAJE DE 40MG/M2 MINIMO RESISTENTE A LIQUIDOS PARA AUTOCLAVE Y OXIDO DE ETILENO

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 75 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2023
----------	-------------------	------------

En el apartado de Experiencia Requerida donde dice, Demostrar experiencia en Provisión de descartables con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3 años] años (2020,2021, 2022) en promedio; Solicitamos a la convocante que solicite Insumos médicos con contratos y/o facturaciones del 30% en los 3 últimos años y en caso que en cualquiera de los años cumpla con el porcentaje se tomara como valedera la experiencia esto es a manera de mayor participación de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.