

Consultas Realizadas

Licitación 424286 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Solicitamos a la convocante que el plazo de entrega de los reactivos e insumos sea extendido a por lo menos 20 días hábiles posterior a la emisión de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de entrega establecido es en base a la necesidad del servicio.		

Consulta 2 - Lote 46 Placa de Petri

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo - Favor aclarar si están necesitando 20/40 Bolsa x 20 unidades ó Caja x 500 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se aclara al potencial oferente que la presentación es de 20/40 bolsas como mínimo en 500 unidades (cada caja).		

Consulta 3 - Lote 8 Dengue Test Rápido

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
Favor aclarar si es correcto lo solicitado en la cantidad máxima que dice 300 determinaciones, siendo que en la cantidad mínimo están solicitando 250 determinaciones o viceversa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 4 - Lote 49

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2023
¿Podemos ofertar con una presentación de Caja x 24 test como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se aclara al potencial oferente que si se podrá ofertar caja x 24 determinaciones (tener en cuenta cantidad máxima 400 determinaciones, serian 16,66 cajas. Se podría redondear a 17 cajas que serían 408 determinaciones como máximo).		

Consulta 5 - LOTE 1 - INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2023
Un (1) Equipo Automatizado para Análisis Inmunológico basado en el sistema de detección por quimioluminiscencia de última generación de la más alta sensibilidad y especificidad. ¿SE ACEPTA POR EL METODO DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se aclara al potencial oferente que se acepta el método de electro quimioluminiscencia.		

Consulta 6 - LOTE 1 QUIMICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2023
DOS (2) Equipo en comodato automatizado para Química Sanguínea. Con capacidad de procesar 400 determinaciones hora como mínimo. ¿AMBOS INSTRUMENTOS DEBEN SER DE 400 DETERMINACIONES HORA COMO MÍNIMO?, UNO DE ELLOS PUEDE SER MENOS DETERMINACIONES POR HORA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 7 - LOTE 1 QUIMICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2023
Con 50 posiciones como mínimo de reactivos refrigerados a bordo, reactivos líquidos listos para su uso y cerrados. EN CUANTO A LAS POSICIONES DE LOS REACTIVOS: ¿UNO DE LOS INSTRUMENTOS PUEDE DE MENOS POSICIONES DE REACTIVOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 8 - LOTE 1 QUIMICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2023
Con equipo de eritrosedimentación con muestras con EDTA, volumen no más de 175 microlitros, capacidad para 60 muestras, carga directa de Racks, rendimiento 150 muestras por hora, lector de código de barras incluido, conectado al software de gestión EN CUANTO AL EQUIPO DE ERITROSEDIMENTACIÓN: ¿SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 40 MUESTRAS Y RENDIMIENTO DE 150 DE MUESTRAS POR HORA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones teniendo en cuenta que lo requerido es un equipo con capacidad para 60 muestras, carga directa de Racks, rendimiento 150 muestras por hora, teniendo en cuenta el flujo de pacientes atendidos en el hospital.		

Consulta 9 - Lote N° 6

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante separar estos 2 ítems que están en este lote a fin de dar mayor oportunidad a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 10 - Lote N° 8

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante separar estos 2 ítems que están en este lote, a fin de dar mayor oportunidad a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 11 - Lote N° 4

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante separar estos 2 ítems que están en este lote a fin de dar mayor oportunidad a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 12 - LOTE ITEM 1 contador hematológico de metodología SF

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico de metodología SF Cube para contar WBC (cuantificación de células nucleadas mediante citometría de flujo con enfoque hidrodinámico tras la lisis y tinción fluorescente de las células nucleadas, que son clasificadas en un escatergrama tridimensional de acuerdo con su complejidad interna, tamaño y contenido en ácidos nucleicos), diferencia de 5 partes, NRBC, RET y PLT-O Método de impedancia de CC para RBC y PLT?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al Oferente que, si la metodología es citometría de flujo para la cuantificación de WBC, impedancia para RBC y PLT el instrumento será admitido.

Consulta 13 - LOTE 1 ITEM 1 contador hematológico de backup

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un contador hematológico de backup que ya incluya ESR (eritrosedimentación), con capacidad de reportar 18 parámetros en fluidos biológicos (7 parámetros reportables, 11 parámetros de investigación), con volumen de muestra: CD 25 ul (CD + ESR)/ Sangre entera (160 ul, prediluido 20 ul), CD: 80 T/H CDR 45 T/H CD+ESR 40 T/H?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, el equipo debe reunir el requisito de capacidad como mínimo 21 parámetros hematológicos, teniendo en cuenta el flujo de pacientes atendidos.

Consulta 14 - LOTE I ITEM 2 AL 4 equipo de coagulación 1

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría considerar un equipo de coagulación que tenga un rendimiento de 60 test/h para TP. 50 test/h para TP y APTT?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
-----------	--------------------	------------

En el Pliego de Bases y Condiciones se cita: que procese como mínimo 40 muestras / hora. Lavado automático de agujas para evitar el arrastre. Si las características del instrumento son mayores a las citadas pueden ser aceptadas.

Consulta 15 - LOTE 1 ITEM 2 AL 4 equipo de coagulación 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un equipo de coagulación con metodologías: fotométricas, coagulométricas, turbidimétrica y cromogénicas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
-----------	--------------------	------------

En el Pliego de Bases y Condiciones se cita: método electromagnético y/o foto-óptico. Por lo expuesto, se solicita al Oferente ajustarse al PBC.

Consulta 16 - LOTE 1 ITEM 30 AL 58 equipos de quimioluminiscencia 1

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir hasta 2 equipos de quimioluminiscencia para completar todas las determinaciones solicitadas en el lote en caso de no contar con todas las determinaciones dentro de un mismo equipo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que en el servicio deben optimizar los espacios dentro del área de trabajo. Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 17 - LOTE 1 ITEM 30 AL 58 2 equipos de quimioluminiscencia

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante permitir la oferta de hasta 2 equipos de quimioluminiscencia en caso de no contar con un equipo que realice todas las determinaciones solicitadas en el lote, lo que posibilita la libre competencia y mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que en el servicio deben optimizar los espacios dentro del área de trabajo. Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 18 - LOTE 2 ITEM 1 equipo de gasometria

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un equipo de gasometria que dé medición directa de: pH, pCO₂, pO₂, NA, K, Cl, Ca, Hct, Glu, Lac; parámetros calculados: cH⁺, HCO₃-act, HCO₃-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO₂, sO₂(est), Ca⁺⁺(7.4), AnGap, tHb(est), pO₂(A-a), pO₂(a/A), RI, pO₂/FIO₂, cH⁺(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), RI(T), pO₂(T)/FIO₂,etc, del tipo portátil y ligero ideal para transportar a los sitios de urgencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que lo solicitado por el Departamento de Laboratorio es un equipo con instalación fija. Por lo expuesto se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 19 - LOTE 1 Y 2 ITEM 6 equipo automatizado

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con longitudes de onda de 5 LED (430, 500, 565, 635, 760 nm)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 20 - LOTE 1 Y 2 ITEM 6 equipo automatizado 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital de celda de flujo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 21 - LOTE 1 Y 2 ITEM 6 equipo automatizado 3

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 22 - LOTE 1 Y 2 ITEM 6 equipo automatizado 4

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 23 - LOTE 1 Y 2 ITEM 6 equipo automatizado 5

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, sin la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 24 - LOTE 11 ITEM 1 cuáles drogas estaría precisando

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se solicita a la convocante determinar cuáles drogas estaría precisando?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Debe incluir por lo menos: - Benzodiacepina - Opiáceos - Anfetaminas - Cocaína - Barbitúricos. - Marihuana (THC)		

Consulta 25 - LOTE 11 ITEM 1 test multidrogas

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir un test multidrogas para 10 drogas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Sí. Se puede admitir.		

Consulta 26 - LOTE 13 ITEM 1 agar KANAMICINA ESCULINA AZIDA

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir un agar KANAMICINA ESCULINA AZIDA en presentación de 100 gr?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se precisa en presentación de 500 gramos. Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - LOTE 13 ITEM 2 SUPLEMENTO SELECTIVO DE SULFATO DE KANAMICINA

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir SUPLEMENTO SELECTIVO DE SULFATO DE KANAMICINA en presentación de 5 viales de 10 mg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Sí se podría admitir en presentación de 5 viales de 10mg.		

Consulta 28 - LOTE 14 ITEM 1 agar Simmons Citrato

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir agar Simmons Citrato en presentación de 100 o de 500 gr?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Sí se podría admitir ambas presentaciones, 100 o de 500 gramos.		

Consulta 29 - LOTE 16 ITEM 1 agar TSI

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir agar TSI en presentación de 100 o de 500 gr?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Sí se podría admitir ambas presentaciones, 100 o de 500 gramos.		

Consulta 30 - LOTE 44 ITEM 1 coloración ZIEHL NEELSEN

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir kit de coloración ZIEHL NEELSEN en presentación de 3 x 250 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Sí se podrá admitir en presentación de 3 x 250 ml.		

Consulta 31 - LOTE 45 ITEM 1 latex para estreptococcus

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
Se podría admitir latex para estreptococcus en presentación de 6 frascos x 1,5 ml? Lo que permitiría evitar contaminaciones y pérdida de reactivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta el uso exclusivo del látex grupo B de esta manera se evita la pérdida de los reactivos puesto que la galería de estreptococcus en presentación de 6 frascos se da para la clasificación de Lancefield A, B, C, D, F, y G. Se precisa para la determinación del estreptococcus grupo B evitando así la pérdida de los otros reactivos.		

Consulta 32 - LOTE 50 ITEM 1 test rápido de ROTAVIRUS

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un test rápido de ROTAVIRUS con >98% de especificidad, con punto de corte en 50 mg/dl?

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
-----------	--------------------	------------

Sí se podrá admitir un test rápido de ROTAVIRUS con >98% de especificidad, con punto de corte en 50 mg/dl. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 33 - LOTE 43 ITEM 1 kit de coloración GRAM

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir kit de coloración GRAM en presentación de 4 x 250 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
-----------	--------------------	------------

Sí se podría admitir kit de coloración GRAM en presentación de 4 x 250. ml. Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2

Consulta 34 - LOTE 6 - EQUIPO AUTOMATIZADO DE ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
----------	-------------------	------------

Podría la convocante tener como opción para el Módulo de Sedimento del equipo de orina, el método de sedimentación por gravedad? Sin necesidad de centrifugación interna y externa. Dando de esta forma el mismo rendimiento al equipo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 35 - LOTE 6 - EQUIPO AUTOMATIZADO DE ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
----------	-------------------	------------

Podría la convocante modificar lo solicitado para el Módulo de Sedimento y aceptar que el rendimiento sea de 100 test por hora, como mínimo? Dando de esta forma mayor participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 36 - LOTE 1 ITEM 5 al 29, 60 reactivos ofertados deben ser de la misma marca

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
----------	-------------------	------------

La EETT de: "Todos los reactivos ofertados deben ser de la misma marca", serian referentes sólo a los reactivos entre sí o a los reactivos en conjunto con el equipo ofertado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
-----------	--------------------	------------

El sistema debe ser homogéneo, se refiere a que los reactivos y equipo deben ser de la misma marca, con ello aseguramos la calidad de nuestros resultados porque fueron validados por el fabricante y es lo solicitado por la convocante. Por todo lo expuesto, se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 37 - LOTE 1 ITEM 5 al 29, 60 equipo de electrolito

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Se podría admitir un equipo de electrolitos en caso de no contar con las determinaciones dentro del equipo de química sanguínea?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. El equipo integrado y de química (bakup) deben procesar las determinaciones de electrolitos optimizando así la muestra y el tiempo de procesamiento de las mismas, por el alto flujo de pacientes internados y Urgencias del hospital.		

Consulta 38 - LOTE 1 Y 2 ITEM 6 equipo automatizado de orina

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, con la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario en forma de alarma?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 39 - Capacidad Financiera y Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en la sección de Capacidad Financiera y Experiencia Requerida, que los últimos 3 años deberían ser los años 2020, 2021 y 2022 ya que los años solicitados no corresponden a los 3 últimos ejercicios fiscales cerrados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se aclara al potencial Oferente que en cuanto a la Experiencia Requerida se requiere de los 3 últimos años 2020, 2021 y 2022. Y en lo que respecta a la CAPACIDAD FINANCIERA se requiere que sea de los años 2019, 2020 y 2021, teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los Estados Financieros para el Ejercicio Fiscal 2022, no es todavía exigible por parte de la SET.		

Consulta 40 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 53

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante ofertar dos equipos automatizados con capacidad mínima de 64 muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, el Equipo automatizado debe se con capacidad mínima de 120 muestras, teniendo en cuenta que el servicio no cuenta con espacio físico para dos equipos.		

Consulta 41 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 53

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante ofertar un equipo automatizado que permita identificar levaduras y organismos levaduriformes, Gram positivos, (Enterococcus, Streptococcus, Estafilococcus) y Anaerobios y para N. gonorrhoeae, N. meningitidis y Haemophilus como no son frecuentemente recuperados o aislados, ofreciendo paneles para estos microorganismos, esto permitiría mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los citados microorganismos no son considerados poco frecuentes según epidemiología.		

Consulta 42 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 53

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante ofertar un equipo automatizado microbiológico cuyas tarjetas o paneles contentan los siguientes antibióticos: Gram negativos (Ampicilina / Sulbactam, Cefalotina y/o efazolina, Cefuroxima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ertapenem, meropenem, imipemen, gentamicina, ciprofloxacina/levofloxacina, nitrofurantoina, tigeciclina, Trimetoprim sulfametoxazol), esto permitiría mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, lo requerido se ajusta a las necesidades del servicio.		

Consulta 43 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
CONDICIONES GENERALES: Se solicita amablemente a la convocante un tiempo estipulado entre la denuncia telefónica realizada a un número de la empresa del desperfecto del equipo y la presencia del técnico en el laboratorio mínimo de sesenta (60) minutos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Sí, lo solicitado es de 60 minutos.		

Consulta 44 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante separar Hemograma, Crasis, Química, Inmunología por lotes, esto permitiría mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
La modificación solicitada no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería práctico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor, por grupo de Determinaciones, en razón de que representaría una mayor necesidad de logística, de tiempo y de espacio físico, que demandarían cambios considerables y costos para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. Otros puntos a tener en cuenta son: La unificación del sistema informático de Laboratorio, los reactivos e insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clínico y que aseguran la calidad del servicio. La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.		

Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante ofertar un equipo con sistema de lavado de puntas para el equipo de Inmunología, esto permitiría mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Las puntas de pipetas del equipo deberán ser descartables para eliminar la contaminación por arrastre, o gradillas de muestras en lugar de rotores con carga continua. Se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 46 - PRECIO REFERENCIAL - LOTE 55

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante verificar el precio referencial de acuerdo a la cantidad de paneles solicitados en un solo lote.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, los precios referenciales fueron fijados en base a la Resolución de la DNCP 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Para todos los lotes, donde menciona "En caso de realizarse los controles de calidad, se realizarán en forma aleatoria y una vez retirado y entregado el producto a la institución que realizará los controles, será comunicado al proveedor por nota. El costo de los análisis y los muestreos deben ser abonados por el proveedor del producto, además la empresa adjudicada deberá reponer la cantidad de producto que fue retirado en el muestreo, sin costo para la convocante en un plazo no mayor a 72 horas." se solicita amablemente a la convocante aclarar si este punto es referente a los equipos en comodato, ya que los controles en test rápido no tendría mucho aval ya que se realizaría de manera aleatoria.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que el punto es a los equipos a comodato.

Consulta 48 - INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Donde menciona "Equipos: dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del Contrato. Insumos: emitirá Órdenes de Compra para la provisión de insumos y reactivos (en vista a la fluctuación de requerimientos de pacientes que acuden), el plazo de entrega será de 5 (cinco) días hábiles." se solicita amablemente a la convocante modificar a "Equipos: dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del Contrato. Insumos: emitirá Órdenes de Compra para la provisión de insumos y reactivos (en vista a la fluctuación de requerimientos de pacientes que acuden), el plazo de entrega será de 30 (treinta) días hábiles." al ser equipos y reactivos importados, llevan un plazo de tiempo para que lleguen a destino.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de entrega establecido es en base a la necesidad del servicio.

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Lote 4 ítem 1: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Reactivo para HCG- cualitativo" aclarar metodología inmunoensayo se realizara, teniendo en cuenta el costo referencial puesto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se aclara al potencial oferente que la metodología es inmunocromatográfico.		

Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Lote 5 ítem 1: donde menciona "Reactivo antígeno V.D.R.L." se solicita amablemente a la convocante aclarar si se necesita que el reactivo vaya con control o sin control.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se aclara al potencial oferente que se solicita con control.		

Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
LOTE 6: donde menciona "Fotometría de reflectancia a 4 longitudes de onda (465, 528, 560 y 615 nm u otras) para las tiras reactivas" se solicita amablemente a la convocante abrir el rango de longitud de onda (505, 530, 620, 660 nm) para mayor participación de oferentes, las longitudes de lectura no influyen en las mediciones mencionadas, y no limitar las especificaciones a marcas que puedan ofertar específicamente esa capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 52 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Lote 8 ítem 1: Se solicita amablemente a la convocante verificar la cantidad mínima, si es 150 o 250, y la máxima si es 300 o 500 ya que no corresponden según los montos y cantidad de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones -Versión 2.		

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
Lote 8 ítem 2: Se solicita amablemente a la convocante especificar para que diana se requiere para el monotest (IGG, IGM u otros en específico) y de no ser necesaria una diana en particular, especificar que puede ser de cualquier diana ya mencionada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
Se requiere que la diana sea del tipo IGM.		

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

LOTE 9 ítem 2: donde menciona "Test Rápido para Influenza B" se solicita a la convocante poder ofertar test para detección de influenza A y B, ya que cumplen la función de detección de influenza B como solicita, y puede utilizarse para detección de ambos dando ventaja a la hora de análisis y evita sesgos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que sí se puede ofertar.

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 45

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

LOTE 45: donde menciona "Prueba de látex (aglutinación para identificación de estreptococos beta hemolíticos del Grupo A y B en aislamientos clínicos. Deben contar con certificados de calidad del país de origen. Frasco x 3ml como mínimo." se solicita amablemente a la convocante modificar a "Prueba de látex (aglutinación para identificación de estreptococos beta hemolíticos del Grupo A y/o B en aislamientos clínicos. Deben contar con certificados de calidad del país de origen. Frasco x 3ml como mínimo." para no limitar la participación de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Potencial Oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 46

Consulta	Fecha de Consulta	05-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Lote 46 ítem 1: se solicita amablemente a la convocante modificar "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo" a "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm (+-1) en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo" ya que no es una característica limitante de la función del insumos, y dar mayor participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, las características establecidas en el PBC son las que se ajustan a las necesidades del servicio.

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Lote 5: Se solicita amablemente a la convocante modificar en el pliego la aclaración del reactivo con control.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que debe ser reactivo con control.

Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aclarar en que lugar se instala el equipo de orina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al Oferente que el equipo de orina será instalado en el Servicio de Laboratorio, en un espacio destinado para el efecto.

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>LOTE 6: donde menciona "Almacenamiento de datos con mínimo 300.000 registros, incluyendo las imágenes de microscopia." solicitamos modificar a "Almacenamiento de datos con mínimo de 10.000 registros, incluyendo las imágenes de microscopia, y almacenamiento externo para mayor registro"</p> <p>Donde menciona "Mínimo 5 longitudes de onda: 720nm, 620 nm, 570nm, 550nm, 470nm" se solicita amablemente a la convocante colocar un rango de longitudes de onda ya que difieren por equipo presentado y las tiras de orina son las que deben ser compatible con el equipo presentado.</p> <p>Donde menciona "Por cada muestra debe captar 50 a 150 imágenes" se solicita amablemente a la convocante modificar a "Por cada muestra debe captar mínimo de 20 imágenes" para dar mayor participación a los oferentes, siendo que no se considera una capacidad limitante para la función.</p> <p>Donde menciona "Rendimiento: 300 muestras/hora" solicitamos modificar a "Rendimiento: 240 muestras/hora" para dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.</p> <p>Donde menciona "Interfaz: RS-232, LPT, LAN, USB, Interfaz de lector de código de barras interno" se solicita modificar a "Interfaz: RS-232, USB, Interfaz de lector de código de barras interno, como mínimo"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
<p>Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, versión 2. Por las siguientes razones expuestas mas abajo: Por la alta demanda de pacientes es necesario un almacenamiento de datos mínimo de 300.000 registros que incluyan todas las imágenes de microscopia teniendo en cuenta la importancia de esa base de datos en el tiempo que dure el contrato.</p> <p>Considerando como mínimo 5 longitudes de onda solicitadas, se aceptarían siempre y cuando las 5 longitudes de onda, se encuentren dentro del espectro de las siguientes longitudes de onda: 720nm, 620nm, 570nm, 550nm.</p> <p>Es importante que el equipo pueda captar un mínimo de 50 a 150 imágenes de sedimento, se solicita ajustarse a las mismas, teniendo en cuenta que ésta capacidad permitirá evaluar con mayor eficacia el estado de cada paciente, permitiendo reclasificar y detectar con mayor precisión alguna anomalía o patología.</p> <p>En cuanto al rendimiento del equipo de 300 Test/hora, es el mínimo necesario atendiendo la alta demanda de pacientes.</p>		

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 11

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>LOTE 11: Se solicita amablemente a la convocante especificar screening de cuantas drogas es necesario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
<p>Se aclara al Oferente que se necesita screening de 10 drogas.</p>		

Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 46

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>LOTE 46: Se solicita amablemente a la convocante modificar a 90x 14 o 90x 15, para evitar interpretaciones erróneas ya que la medida universal es 90x15</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, versión 2, las características establecidas en el PBC son las que se ajustan a las necesidades del servicio.</p>		

Consulta 62 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante especificar el porcentaje de entrega de acuerdo a la primera, segunda y tercera entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Todos los equipos en comodato y el 5% de la cantidad mínima adjudicada de reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local del Laboratorio del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y en el Hospital Regional Sta. Rosa de Lima de la ciudad de Cnel. Oviedo, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del Contrato. Lo restante de acuerdo a la necesidad del Servicio		

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 58

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
LOTE 58: se solicita amablemente a la convocante especificar la metodología que se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se aclara al Oferente que el método es inmunocromatográfico.		

Consulta 64 - PRECIOS REFERENCIALES - LOTE 55

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante analizar todos los programas que integran el lote, principalmente los precios referenciales, ya que los mismos no se ajustan a los precios del mercado, siendo que la convocante obtuvo precios referenciales de varios oferentes en el estudio previo para realizar la estimación de cada uno de los referenciales, de igual forma los mismos no se ajustan a los precios del mercado, son prácticamente irrisorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, los precios referenciales fueron fijados en base a la Resolución de la DNCP 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".		

Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 55

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se solicita amablemente a la convocante considerar aumentar las cantidades máximas de acuerdo a que la licitación es para 2 años que serían 24 meses y figura como cantidad máxima 12 controles, el mismo no alcanzaria en relacion a la duración establecida para el Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se aclara al potencial Oferente que el proceso licitatorio es plurianual, y las cantidades definidas son las que se ajustan a la Disponibilidad Presupuestaria de la Institución.		

Consulta 66 - LOTE 1 ITEM 58

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir la determinación de HAV IgM (Hepatitis A)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se aclara al Oferente que si se podría admitir la determinación HAV IgM.		

Consulta 67 - lote 1 - ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir la determinación de Anti-HCV?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al Oferente que si se podría admitir la determinación Anti - HCV.

Consulta 68 - lote 8 - ítem 1 - Dengue Test rapido

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de dengue test (NS1/IgG/IgM) en caja x 25 test?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí se puede admitir una presentación de dengue test (NS1/IgG/IgM) en caja x 25 test.

Consulta 69 - Lote 9 - Ítem 1 - 2 - Test Rapido para Influenza

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un test de Influenza que realice A + B en un solo test?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que sí se puede ofertar de esa manera.

Consulta 70 - Lote 11 - Ítem 1 - Test multidrogas para orina

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante determinar cuáles drogas estaría precisando?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Debe incluir por lo menos:

- Benzodiacepina
- Opiáceos
- Anfetaminas
- Cocaína
- Barbitúricos.
- Marihuana (THC)

Consulta 71 - Lote 11 - Ítem 1 - Test multidrogas para orina

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un test multidrogas para 10 drogas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí. Se puede admitir.

Consulta 72 - LOTE 13- ITEM 1 - Agar Base Kanamicina- Azida

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar KANAMICINA ESCULINA AZIDA en presentación de 100 gr?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se precisa en presentación de 500 gramos. Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, versión 2.

Consulta 73 - LOTE 13 - ITEM 2 - Suplemento Kanamicina

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir SUPLEMENTO SELECTIVO DE SULFATO DE KANAMICINA en presentación de 5 viales de 10 mg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí se podría admitir en presentación de 5 viales de 10mg.

Consulta 74 - LOTE 14 - ITEM 1 - Agar Simons Citrato

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir agar Simmons Citrato en presentación de 100 o de 500 gr?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí se podría admitir ambas presentaciones, 100 o de 500 gramos.

Consulta 75 - LOTE 16 - ITEM 1 - Agar TSI (Triple Azucar Hierro)

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir agar TSI en presentación de 100 o de 500 gr?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí se podría admitir ambas presentaciones, 100 o de 500 gramos.

Consulta 76 - LOTE 20 - ITEM 1- Agar Lisina de Hierro

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir agar Lisina de Hierro en presentación de 100 o de 500 gr?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí se podría admitir ambas presentaciones, 100 o de 500 gramos.

Consulta 77 - LOTE 22 - ITEM 1 - Antisuero polivalente de Salmonella

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un antisuero polivalente de salmonella en presentación de 1 vial x 1 ml como mínimo para evitar contaminaciones y dar mayor oportunidad a oferentes?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - versión 2, lo requerido se ajusta a las necesidades del servicio.

Consulta 78 - LOTE 45- ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir latex para estreptococcus en presentación de 6 frascos x 1,5 ml? Lo que permitiría evitar contaminaciones y pérdida de reactivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, teniendo en cuenta el uso exclusivo del látex grupo B de esta manera se evita la pérdida de los reactivos puesto que la galería de estreptococcus en presentación de 6 frascos se da para la clasificación de Lancefield A, B, C, D, F, y G. Se precisa para la determinación del estreptococcus grupo B evitando así la pérdida de los otros reactivos.		

Consulta 79 - LOTE 44- ITEM 1 - Kits para Tinción de Ziehl-Nielsen

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir kit de coloración ZIEHL NEELSEN en presentación de 3 x 250 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Sí se podrá admitir en presentación de 3 x 250 ml.		

Consulta 80 - LOTE 45 - ITEM1

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir latex para estreptococcus en presentación de 6 frascos x 1,5 ml? Lo que permitiría evitar contaminaciones y pérdida de reactivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, teniendo en cuenta el uso exclusivo del látex grupo B de esta manera se evita la pérdida de los reactivos puesto que la galería de estreptococcus en presentación de 6 frascos se da para la clasificación de Lancefield A, B, C, D, F, y G. Se precisa para la determinación del estreptococcus grupo B evitando así la pérdida de los otros reactivos.		

Consulta 81 - LOTE 46- ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir placa de petri de material PS de grado médico de alta transparencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
No se podrá admitir, teniendo en cuenta que lo solicitado en el PBC es de material descartable estéril que sería desechado luego del uso. Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.		

Consulta 82 - LOTE 48- ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir Test para identificación de Staphylococcus aureus en presentación de 2 viales x 1,5 ml como mínimo? Para evitar contaminaciones y dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, lo requerido se ajusta a las necesidades del servicio.		

Consulta 83 - LOTE 50 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Favor aclarar si la sgte línea: Con certificado de realizar un mínimo de 20 determinaciones por presentación. Se refiere a que debe contar con certificado de calidad y en presentación de 20 test x presentación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se aclara al Oferente que sí debe contar con certificado de calidad y en presentación de 20 test x presentación.		

Consulta 84 - LOTE 1 - ITEM 1 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir un contador hematológico de backup que ya incluya ESR (eritrosedimentación), con capacidad de reportar 18 parámetros en fluidos biológicos (7 parámetros reportables, 11 parámetros de investigación), con volumen de muestra: CD 25 ul (CD + ESR)/ Sangre entera (160 ul, prediluido 20 ul), CD: 80 T/H CDR 45 T/H CD+ESR 40 T/H?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se solicita al Oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, el equipo debe reunir el requisito de capacidad como mínimo 21 parámetros hematológicos, teniendo en cuenta el flujo de pacientes atendidos.		

Consulta 85 - LOTE 1 - ITEM 1 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir un contador hematológico de metodología SF Cube para contar WBC (cuantificación de células nucleadas mediante citometría de flujo con enfoque hidrodinámico tras la lisis y tinción fluorescente de las células nucleadas, que son clasificadas en un escatergrama tridimensional de acuerdo con su complejidad interna, tamaño y contenido en ácidos nucleicos), diferencia de 5 partes, NRBC, RET y PLT-O Método de impedancia de CC para RBC y PLT?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se aclara al Oferente que, si la metodología es citometría de flujo para la cuantificación de WBC, impedancia para RBC y PLT el instrumento será admitido.		

Consulta 86 - LOTE 1 - ITEM 2 AL 4 - COAGULOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría considerar un equipo de coagulación que tenga un rendimiento de 60 test/h para TP. 50 test/h para TP y APTT?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
En el Pliego de Bases y Condiciones se cita: que procese como mínimo 40 muestras / hora. Lavado automático de agujas para evitar el arrastre. Si las características del instrumento son mayores a las citadas pueden ser aceptadas.		

Consulta 87 - LOTE 1 - ITEM 2 AL 4 - COAGULOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir un equipo de coagulación con metodologías: fotométricas, coagulométricas, turbidimétrica y cromogénicas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
En el Pliego de Bases y Condiciones se cita: método electromagnético y/o foto-óptico. Por lo expuesto, se solicita al Oferente ajustarse al PBC - Versión 2.		

Consulta 88 - LOTE 1- ITEM 5 AL 29 - QUIMICA E INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir un equipo integrado de química e inmunología con plataforma ALP + AMPPD para el módulo de inmunoensayo de quimioluminiscencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se aclara al Oferente que se podrá admitir si, con las Especificaciones Técnicas de quimioluminiscencia o variantes.		

Consulta 89 - LOTE 1 -ITEM 5 AL 29 - QUIMICA E INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Favor aclarar a que se refiere con: con Capacidad como mínimo de 800 tests /hora con ISE y máximo de 6000 tests/h con ISE?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Sería mínimo 800 tests/hora tanto fotométricos como electrolitos.		

Consulta 90 - LOTE 1 - ITEM 5 AL 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir un equipo de química e inmunología integrado con capacidad de 800 pruebas fotométricas por hora, 600 pruebas ISE por hora. Hasta 71 químicos en máquina. 140 posiciones de carrusel de muestra integrado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Sí cumple con las demás Especificaciones Técnicas se puede admitir.		

Consulta 91 - LOTE 1 - ITEM 5 AL 29 - QUIMICA E INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con: Con capacidad de 60 canales de reactivos como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Los canales de reactivos sería la capacidad de carga de reactivos a bordo.		

Consulta 92 - LOTE 1 - ITEM 5 AL 29 - QUIMICA E INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
Se podría admitir un equipo de inmunoanálisis de backup en caso de que el equipo principal no realice todas las determinaciones solicitadas en el lote?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
Se aclara al Oferente que no podrá admitir un equipo de inmunoanálisis de backup por el espacio físico reducido que cuenta el servicio.		

Consulta 93 - LOTE 1 - ITEM 5 AL 29

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química clínica backup con rendimiento de 300 pruebas / hora, hasta 450 pruebas / hora con ISE, hasta 225 pruebas por hora en módulo ISE?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara al Oferente que si se podrá admitir el equipo con esas características.

Consulta 94 - LOTE 2 - ITEM 1 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un equipo de gasometría que dé medición directa de: pH, pCO₂, pO₂, NA, K, Cl, Ca, Hct, Glu, Lac; parámetros calculados: cH⁺, HCO₃-act, HCO₃-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO₂, sO₂(est), Ca⁺⁺(7.4), AnGap, tHb(est), pO₂(A-a), pO₂(a/A), RI, pO₂/FIO₂, cH⁺(T), pH(T), pCO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), RI(T), pO₂(T)/FIO₂, etc, del tipo portátil y ligero ideal para transportar a los sitios de urgencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que lo solicitado por el Departamento de Laboratorio es un equipo con instalación fija. Por lo expuesto se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2.

Consulta 95 - EETT Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
----------	-------------------	------------

1. Se solicita amablemente a la convocante que para el Lote 8 ítem 1 "Dengue Test rápido", las especificaciones técnicas se presenten en cassette individuales como Dengue NS1 Antígeno y Dengue IgG/IgM, a fin de aumentar la mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, la forma presentación requerida es la que se ajusta a las necesidades del servicio.

Consulta 96 - EETT Lote 9

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
----------	-------------------	------------

2. Se solicita amablemente a la convocante que para el Lote 9 ítem 1 "Test rápido para influenza", la especificación técnica se presente en un solo cassette como Influenza A+B, a fin de aumentar la mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que sí se puede ofertar.

Consulta 97 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2023
<p>donde dice Demostrar haber suministrado satisfactoriamente la Provisión de Reactivos e Insumos con Provisión de Equipos en comodato para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y de bacteriología para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2020-2021-2022) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado. Solicitamos que quede de la siguiente manera a manera de tener mayor cantidad de oferentes Demostrar haber suministrado satisfactoriamente la Provisión de Reactivos y/o Insumos y/o Equipos en comodato para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y de bacteriología para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2020-2021-2022) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2023
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Versión 2, teniendo en cuenta que el objeto de la Licitación es la adquisición de reactivos para Laboratorio con provisión de equipos en comodato y por lo tanto el Oferente deberá demostrar la experiencia requerida.</p>		