

Consultas Realizadas

Licitación 427373 - ADQUISICION DE DESFIBRILADOR Y OTROS - AD REFERENDUM

Consulta 1 - Precio Referencial - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2023
Se solicita verificar y aumentar el precio referencial del ítem 1 por el siguiente motivo: De acuerdo a las especificaciones técnicas publicadas el equipo solicitado es un equipo Cardiodesfibrilador y el equipo tomado para establecer el precio de referencia (publicación de internet) es un equipo DEA eventualmente de uso por personal no medico con otras prestaciones, siendo la diferencia de precio sustancial entre abos tipos de equipos. Las adjudicaciones de otros procesos tomadas para establecer el referencial también corresponden a DEA, no a las eett requeridas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 2 - Cantidad Requerida ítem 1 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2023
Se consulta la posibilidad de indicar la cantidad a ser requerida para el ítem 1 (desfibriladores) considerando que normalmente no se tienen almacenados en grandes cantidades y deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
El presente llamado es con la modalidad de contrato abierto POR MONTOS y no por cantidad, los bienes seran adquiridos teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, monto mínimo de Gs. 90.000.000 y monto maximo de Gs. 180.000.000		

Consulta 3 - Plan de Entregas - ítem 1 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2023
Para el ítem 1 Desfibrilador. Se solicita extender el plazo de entrega a 30 días, considerando que normalmente no se tienen almacenados en grandes cantidades y deben ser importados, o de lo contrario, favor aclarar la cantidad a ser requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 4 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2023
En el PBC indica la vigencia del contrato: 12 meses. pero no indica a partir de cuando ¿Cuál sería el inicio de la vigencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
12 meses a partir de la fecha de formalizacion del contrato.		

Consulta 5 - Ítem 1 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2023
<p>Las especificaciones técnicas establecidas no corresponden a un equipo DEA, sino a un equipo monitor desfibrilador, por lo que solicitamos modificar, según el siguiente ejemplo:</p> <p>Forma de onda: bifásica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energía de descarga: automática, con guía visual y/o auditiva. - Seguridad del paciente: todas las conexiones de paciente deberán estar aisladas desde el punto de vista eléctrico. - Tiempo desde el inicio del análisis hasta la descarga en 200J: <25 segundos. - Tiempo máximo de carga en 360J, no mayor a 10 segundos. - Asesoramiento de la desfibrilación: evalúa la conexión del electrodo y el ECG del paciente para determinar si se requiere la desfibrilación. - Rango de medición de la impedancia del paciente: como mínimo 25 ohmios y como máximo 300 ohmios. - Capacidad de batería: ≥ 300 Descargas - Registro de datos y almacenamiento: datos de ECG y RCP. - Grado de protección: IP56 o mejor - Pantalla LCD que muestre curva de ECG - Capacidad de autodiagnóstico de funciones y batería. - Batería interna recargable de al menos 15hs de uso continuo. - Desfibrilación por medio de palas adhesivas multifuncionales <p>ACCESORIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolso de transporte. - 1 parches descartables para adultos (vida útil mínima de 2 años). - 1 batería con su cargador. - 1 Cable de ECG de 3 vías. - Gabinete. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 6 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2023
Solicitamos establecer la cantidad mínima y máxima de cada equipo , a los efectos de una mejor cotización y compresión de lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
El presente llamado es con la modalidad de contrato abierto POR MONTOS y no por cantidad, los bienes seran adquiridos teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, monto mínimo de Gs. 90.000.000 y monto maximo de Gs. 180.000.000		

Consulta 7 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2023
<p>Solicitamos ampliar el plazo de entregas a por lo menos 30 días, desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Igualmente solicitamos informar si todos los equipos serán entregados e instalados en el mismo lugar o establecer los lugares de instalación, principalmente del ítem 1 Desfibrilador DEA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-08-2023
Remitirse a la Adenda N° 1. Los bienes deberán ser entregados en la Circunscripción Judicial del Dpto. Central - Palacio de Justicia de San Lorenzo.		

Consulta 8 - ITEM 4 nivel de batería

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante que en la pantalla sea visible nivel de batería, SpO2, FP (frecuencia cardiaca), y grafico plestimograma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 8 - ITEM 4 Oximetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar a la convocante si pide un Oximetro de pulso. En las especificaciones técnicas no figura los rangos de medición de SpO2. Solo figura el rango de medición de la frecuencia cardiaca. Debería ser de la siguiente manera: Rango de medición: SpO2 0% ~ 100% , FP 25bpm a 300 bpm, Presición SpO2 \pm 2% , Presición Frecuencia cardiaca \pm 3 bpm, Resolución SpO2 1% - Frecuencia Cardiaca 1bpm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 9 - ITEM 4 nivel de bateria-2

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante que en la pantalla sea visible nivel de bateria, SpO2, FP (frecuencia cardiaca), y grafico plestimograma. (Se vuelve a hacer la consulta ya que se recibe como numero de consulta dos veces el N° 8

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 10 - ITEM 4 precisaN un oximetro de pulso de mano

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante especificar si precisa un oximetro de pulso de mano (con sensor de SpO2 para el dedo) o oximetro de pulso con sensor integrado para el dedo. Los tamaños son diferentes como los precios. El Oximetro de pulso de mano es el mas completo y preciso para la medición del estado del paciente. En el caso de buscara un oximetro de pulso de mano, favor ajustar el monto de referencia esta muy por debajo. Hay referencias de licitaciones diferentes. Las especificaciones técnicas de la adenda VERSIÓN 3 hace referencia a oximetro de pulso de mano.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 11 - ITEM 4 cantidad de baterias para el oximetro

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
----------	-------------------	------------

item 4. El tipo y la cantidad de baterias para el oximetro de pulso de mano varia entre 3 a 4 unidades del tipo AA. Favor ajustar

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 12 - Ítem 1 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
Donde dice: Desfibrilación pediátrica (con llave opcional para recién nacidos/niños instalada): ¿Podría ser automático, según el tipo de pala conectada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2023
Si, se podrá ofertar automático según el tipo de pala conectada.		

Consulta 13 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
Considerando que los bienes solicitados corresponden a equipos de uso médico, consultamos si los oferentes deben contar con los siguientes documentos que los habiliten en dicho rubro: 1. Autorización de apertura vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos. 2. Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por el MSPyBS. 3. Certificado de Registro Sanitario, de conformidad a la Ley N° 4959/12, para el ítem 1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2023
No serán necesarias presentar dichas documentaciones. Se mantiene lo establecido en el PBC.		

Consulta 14 - Dirección Entrega de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
Favor informar la dirección exacta de la oficina donde debe ser entregada la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2023
Prof. Dr. Vittorio Curiel y Dr. Oscar Paciello - Palacio de Justicia de San Lorenzo		

Consulta 15 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
Favor aclarar la dirección exacta de entrega de los productos y la oficina responsable de la recepción.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2023
Prof. Dr. Vittorio Curiel y Dr. Oscar Paciello - Palacio de Justicia de San Lorenzo, 1er. piso, Sección Recursos Humanos.		

Consulta 16 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Se consulta si para acreditar la experiencia, serán considerados como "bienes similares a los solicitados" los equipos médicos en general, incluso de mayor complejidad, para demostrar que la actividad económica del oferente pertenece al ramo de los bienes objeto del llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-08-2023
Si fueron consideradas. Se mantiene lo establecido en el PBC.		

Consulta 17 - Ítem 3 Estetoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
¿Se podría cotizar con los siguientes parámetros?: Peso: 150 gramos como máximo Longitud: tubo 28 in / 69 a 71 cm Diámetro de Campana: en 1,25 in / 3,3 cm como máximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2023
Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación.		

Consulta 18 - Ítem 4 Oxímetro de Pulso

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
¿Se podría cotizar con los siguientes parámetros?: Rango de medición: SpO2 0% ~ 100% o 70% ~ 100% FP 25bpm a 300 bpm o 30 a 235bpm Precisión Frecuencia cardiaca ± 2 a 3bpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2023
Se mantiene lo establecido en la Carta de Invitación.		