

## Consultas Realizadas

### Licitación 427720 - Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y odontológicos

#### Consulta 1 - Ítem N° 54

| Consulta   | Fecha de Consulta | 24-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar la tromboplastina cálcica de 6 viales x 2 ml = caja x 60 det como mínimo ó 6 viales x 10 ml = caja x 300 det? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En cuanto a su consulta se encuentra publicada Adenda N° 01/2023. |                    |            |

#### Consulta 2 - Plazo de entrega

| Consulta   | Fecha de Consulta | 24-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega de los bienes a por lo menos 30 días hábiles, este pedido es debido a que mayormente los ítems solicitados son importados del exterior y hasta la actualidad no se han regularizado todo el proceso de importación y producción o elaboración a tiempo de los reactivos, insumos, medios de cultivos, discos, etc. en cuestión. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 25-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en cuanto a los plazos de entrega, en referencia a la Resolución DNCP N° 3057/2023 "Por la cual se establecen plazos máximos para la comunicación de llamados, adjudicaciones y contratos que afecten a los procesos que comprometan el PGN 2023". |                    |            |

#### Consulta 3 - Ítem N° 55

| Consulta  | Fecha de Consulta | 24-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| ¿Podemos ofertar el APTT de 6 viales x 4 ml = caja x 240 det como mínimo? |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 27-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En cuanto a su consulta se encuentra publicada Adenda N° 01/2023. |                    |            |