

Consultas Realizadas

Licitación 428274 - ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA

Consulta 1 - Especificaciones técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Favor notar que en el PBC las Especificaciones Técnicas no son legibles en la parte final del lado derecho. Favor corregir para evitar errores al momento de ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se realizan modificaciones, favor remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas. Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
ITEM 3. BOTELLA DE VIDRIO, TRANSPARENTE, 1000 ML. Se puede ofrecer frasco vidrio Borosilicato ámbar, 1000 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Tal como se indica en la descripción del bien registrado en el lote N°3, la convocante requiere "Botellas de vidrio borosilicato, transparente, de 1000 ml", favor regirse por las especificaciones técnicas del PBC.		

Consulta 3 - ESPEFICIACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
Favor se solicita incluir el texto completo de las EETT expuesta en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se realizan modificaciones, favor remitirse a la Versión 2 del PBC.		

Consulta 4 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
Favor tener en cuenta para los sgtes items la exoneración de la autorización del fabricante ya que son productos genéricos y no muy específicos que hagan que este requisito sea indispensable LOTE 1-2-3-7-8-9-10-11-12-1-16-21-23-24-25-26-27-28-33-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se requiere autorización del fabricante para los bienes registrados en los lotes números N°10 al N°32 tal como se indica en el PBC. Lo anterior teniendo en cuenta que dichos bienes son utilizados con equipos específicos instalados en el Laboratorio y utilizados para ensayos de calidad de combustibles y biocombustibles Nota: de lo anterior se deduce que la convocante no requiere autorización del fabricante para los bienes indicados en los lotes números 1-2-3-7-8-9-33, no obstante cada lote cuenta con su propio requisito tal como se indica en el PBC.		

Consulta 5 - lote 1-2-3

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente aceptar para estos frascos tapa de color azul

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

La convocante acepta tapa de color azul para los bienes registrados en los lotes número 1-2-3; siempre y cuando las tapas cumplan con los demás requisitos del PBC, por ejemplo: tapa rosca de polipropileno adecuado para diámetro de boca de 25mm de las botellas de 500 ml y 1.000 ml.

Se realizan modificaciones, favor remitirse a la Versión 2 del PBC.

Consulta 6 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita considerar aumentar el plazo de entrega de los bienes a mínimo 90 días a partir de la recepción de la orden de compra, ya las importaciones actualmente tienen esos lead times. Favor tener en cuenta que el aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Debido a la necesidad imperiosa de contar con los bienes solicitados, la convocante solicita regirse al PBC y mantener el plazo de entrega de los bienes = 60 días corridos