

Consultas Realizadas

Licitación 431746 - LPN N° 80/2023 - "ADQUISICIÓN DE TIJERAS PARA ELECTROBISTURÍ CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSPYBS"

Consulta 1 - Especificaciones técnicas del equipo de Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes.		
Teniendo en cuenta que la forma de manipular el equipo no afecta la capacidad del mismo, solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con pantalla táctil o con manejo mediante botones y mando giratorio.		
Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante requerir esta especificación técnica de la siguiente forma:		
Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes o Pantalla LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes y con mando giratorio y botones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas del equipo de Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Potencias: Monopolar puro: 300 W, Blend 200W, coag 120W, bipolar Alto 95W.		
Esta especificación técnica es de marca COVIDIEN (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP para este llamado), por ende no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051		
Respetuosamente sugerimos que esta parte quede redactada de la siguiente manera:		
Potencias: Monopolar puro: 300 W o superior, Blend 200W o superior, coag 120W o superior, bipolar 95W o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas del equipo de Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Capacidad de almacenamiento: 8GB		
Esta especificación técnica es de marca COVIDIEN (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP para este llamado), por ende no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051		
Respetuosamente sugerimos que esta parte quede redactada de la siguiente manera:		
Capacidad de almacenamiento: 8GB o la posibilidad de guardar 90 procedimientos o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 4 - Especificaciones técnicas del equipo de Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2023
En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Sistema REM.		
Esta especificación técnica es de marca COVIDIEN (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP para este llamado), por ende no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051		
Respetuosamente sugerimos que esta parte quede redactada de la siguiente manera:		
Sistema REM o similar de acuerdo a cada fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 5 - En la página 24 del PBC solicitan la descripción de los productos de la siguiente manera:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la página 24 del PBC solicitan la descripción de los productos de la siguiente manera:		
ITEM 1 Tijera para Electrobisturí ITEM 2 Tijera para Electrobisturí ITEM 3 Tijera para Electrobisturí		
Solicitamos respetuosamente al Convocante agregar las palabras o cuchilla con la finalidad de permitir la participación de más de un oferente en el presente llamado. Es importante mencionar que en la Licitación Pública Nacional con ID 422117, el Convocante modificó estas descripciones conforme esta solicitud, por lo que consideramos que en esta actual Licitación se puede obrar de igual manera, por ajustarse a estricto derecho.		
Por lo expuesto, respetuosamente sugerimos que queden redactados de la siguiente manera:		
ITEM 1 Tijera (o cuchillas) para Electrobisturí ITEM 2 Tijera (o cuchillas) para Electrobisturí ITEM 3 Tijera (o cuchillas) para Electrobisturí		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 6 - En la página 24 del PBC solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la página 24 del PBC solicitan:		
Obs: Garantía escrita 1 año. -		
Solicitamos respetuosamente al Convocante eliminar este punto, teniendo en cuenta que los insumos (tijeras o cuchillas) solicitados desechables, además los equipos que serán entregados lo serán en calidad de comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 7 - En la página 24 del PBC solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la página 24 del PBC solicitan:		
EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar si los equipos deben ser nuevos o usados. En caso de ser nuevos, solicitamos respetuosamente al Convocante que solicite de la siguiente manera:		
EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades. Nuevos y no remanufacturados con antigüedad de fabricación no mayor a 2 (dos) años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 8 - En la página 24 del PBC solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la página 24 del PBC solicitan:		
EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades		
Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar si los equipos deben ser nuevos o usados. En caso de ser nuevos, solicitamos respetuosamente al Convocante que solicite de la siguiente manera:		
En caso de ser usados, solicitamos respetuosamente al Convocante que solicite de la siguiente manera:		
EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades. Usados con antigüedad de fabricación no mayor a 3 (tres) años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 9 - En la página 24 del PBC solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la página 24 del PBC solicitan:		
TIJERA PARA ELECTRIBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 18cm a 21cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO		
Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con:		
TIJERA PARA ELECTRIBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 18cm a 23cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 10 - En la página 24 del PBC solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la página 24 del PBC solicitan:		
TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		
Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con:		
TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 cm +/- 1cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 11 - En la página 24 del PBC solicitan:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la página 24 del PBC solicitan:		
TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		
Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con:		
TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 cm +/- 1cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 12 - En la planilla (formato Excel) los ítems 1, 2 y 3 son descriptos de la siguiente manera:

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2023
En la planilla (formato Excel) los ítems 1, 2 y 3 son descriptos de la siguiente manera:		
ITEM 1 Tijera para Electrobisturí		
ITEM 2 Tijera para Electrobisturí		
ITEM 3 Tijera para Electrobisturí		
Solicitamos respetuosamente al Convocante agregar las palabras o cuchilla con la finalidad de permitir la participación de más de un oferente en el presente llamado. Es importante mencionar que en la Licitación Pública Nacional con ID 422117, el Convocante modificó estas descripciones conforme esta solicitud, por lo que consideramos que en esta actual Licitación se puede obrar de igual manera, por ajustarse a estricto derecho.		
Por lo expuesto, respetuosamente sugerimos que queden redactados de la siguiente manera:		
Ítem 1 - TIJERA (o cuchillas) PARA ELECTROBISTURI		
Ítem 2 - TIJERA (o cuchillas) PARA ELECTROBISTURI		
Ítem 3 - TIJERA (o cuchillas) PARA ELECTROBISTURI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 13 - En la Página 12 del PBC en el apartado Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
En la Página 12 del PBC en el apartado Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato no especifica el tiempo de validez. Por favor, especificarlo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 14 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
En la Página 13 del PBC en su apartado Plazo de reposición de bienes dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (cinco) días hábiles Es un tiempo muy corto, se trata de un equipo de alta complejidad que no puede reponerse tan rápidamente, por ende solicitamos al Convocante extender a 30 días hábiles el plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 15 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
En la Página 26 del PBC en su apartado Plan de entrega de los bienes dice: Los equipos en comodato serán entregados a los 15 días corridos posteriores a la firma del Contrato en los lugares mencionado más abajo. Considerando que los equipos que serán entregados en calidad de Comodato deben ser nuevos y deben ser importados, solicitamos al Convocante extender a 60 (sesenta) días corridos posteriores a la firma del Contrato en los lugares mencionado más abajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 16 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
En la Página 26 del PBC en su apartado Plan de entrega de los bienes dice: La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato. Visto y considerando la gran cantidad de insumos, solicitamos al Convocante que el plazo de entrega sea por lo menos de 60 (sesenta) días corridos posteriores a la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 17 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
En la Página 26 del PBC en su apartado Plan de entrega de los bienes dice: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. La emisión de la Orden de Compra de la totalidad de las cantidades adjudicadas, será emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato. Primera entrega a los 5 días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. En esta parte se describe la forma de entrega de la cantidad restante (posterior a la entrega de la Primera Orden de Compra). Considerando la gran cantidad de insumos, solicitamos al Convocante que el plazo de entrega sea por lo menos de 60 (sesenta) días corridos posterior a la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 18 - Denominación de los ítems 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita modificar la denominación de los ítems a una genérica que abarque cualquier marca, por ejemplo "Sellador de Vasos" o "Pieza de Mano para electrobiturí", de manera a no limitar el tipo de sellador por una marca específica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta 19 - Planilla de Precios - Especificaciones Técnicas - SICP

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se observa que la descripción de cada uno de los ítems dice: "Tijera para Electrobiturí o Cuchilla de Tijera para Electrobiturí". Considerando que las piezas de mano descritas corresponden a marcas específicas, se consulta si será aceptada cualquier pieza de mano/sellador de vaso para electrobiturí independientemente a su denominación, de manera a no restringir la participación por direccionar a una marca, en contravención a los principios de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta 20 - Denominación de los ítems 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Con relación a la denominación de los 3 ítems "Tijera para Electrobiturí o Cuchilla de Tijera para Electrobiturí". Favor aclarar con SI o NO si se aceptará el sellador de vaso compatible con el equipo en comodato, tal como se requiere en las especificaciones técnicas, independientemente a la denominación del mismo por cada tipo de marca, pudiendo ser tijera, cuchilla, pinza u otro

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta 21 - EETT - Equipos en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice:

Construcción acorde a normas internacionales: ISO, CE, FDA, TUV, al menos 2 de ellas.

Favor aceptar que cuente al menos con 1 de las normas de construcción.

Así también, se solicita excluir TUV porque no corresponde a una norma, sino a una firma certificadora.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Consulta 22 - EETT Ítem 2 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 +/-2cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 23 - EETT Ítem 3 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Donde dice: 3- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, como así también el tipo de punta de la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 3- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 +/- 2CM; PUNTA MARYLAND O DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL FABRICANTE; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 24 - EETT Electrobiturí Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Donde dice: Alimentación eléctrica 220Vca+- 10%/50Hz.Potencia 270-300W aproximadamente. Con toma de alimentación eléctrica tipo Schuko Solicitamos a la convocante ampliar la potencia del equipo, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Alimentación eléctrica 220Vca+- 10%/50Hz.Potencia 270W o mayor. Con toma de alimentación eléctrica tipo Schuko.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 25 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Donde dice:		
Pantalla táctil LCD de 7" con 4 cuadrantes. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU).		
Solicitamos a la convocante establecer un rango de medida de la pantalla táctil, además de los tipos de conexiones, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia.		
Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción:		
Pantalla táctil LCD o LED de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de vasos y Resección Bipolar (RTU) o UNIVERSAL según tecnología del fabricante. La conexión del sellador de vasos podría ser independiente o no al electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 26 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Donde dice:		
2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos		
Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia.		
Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción:		
2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de vasos / universal, según tecnología del fabricante. El sellador de vasos podría ser independiente o no del electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 27 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Donde dice:		
Capacidad de almacenamiento: 8GB		
Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor procedimiento		
Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Capacidad de almacenamiento de 8GB o la posibilidad de guardar 30 procedimientos o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 28 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Donde dice:		
Sistema REM		
Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia.		
Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Sistema de detección de adherencia de la placa neutra al paciente, de acuerdo a cada fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 29 - Criterios de Evaluación - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
En la experiencia requerida dice: Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020,2021,2022. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Por otra lado, en el requisito documental para acreditar la experiencia indica: Copias de facturaciones Favor aclarar si serán aceptados contratos y/o facturas o únicamente facturas como requisito documental para acreditar la experiencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 30 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Dice: Los equipos en comodato serán entregados a los 15 días corridos posteriores a la firma del Contrato en los lugares mencionado mas abajo. Primera entrega a los 5 días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Considerando los plazos para importación se solicita, al menos para la primera orden de compra, extender a 45 días el plazo de entrega tanto para los equipos en comodato como para los selladores de vasos, más aún teniendo en cuenta las cantidades requeridas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 31 - Equipos en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2023
Favor aclarar si los equipos en comodato deben ser nuevos o podrán entregarse equipos usados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 32 - ITEM 1 , 2 Y 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se solicita a la convocante que aclare en la descripción de estos tres items ademas de ser sellador , si estos tres items deben de cortar. pueden ser solo selladores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 33 - Capacidad de almacenamiento: 8GB

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Solicitamos a la convocante que se amplie esta característica para mayor participación de oferentes a Capacidad de almacenamiento: 8GB o con memoria para por lo menos 50 a 100 programas.ya que en este equipo lo importante es la capacidad de almacenamiento que hay de programas .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2023
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 34 - EETT Ítem 2 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 +/- 1 cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca especifica, imposibilitando ofertar otras marcas sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 +/-2cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 35 - EETT Ítem 3 Tijera para electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
DONDE DICE:		
TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 +/- 1 cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer el tipo de punta de la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica, imposibilitando ofertar otras marcas, sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 3- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 +/- 1CM; PUNTA MARYLAND O DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL FABRICANTE; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 36 - EETT Electro bisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
Donde dice:		
Pantalla táctil LCD de 7" +/- 2" con 4 cuadrantes. Debe ser pantalla táctil ya que es la tecnología actual utilizada y tiene un interfaz fácil de utilizar. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, sellador de vasos y resección bipolar (RTU). Solicitamos a la convocante establecer una modificación de los tipos de conexiones, debido a que la misma corresponde a una marca específica, imposibilitando ofertar otras marcas, sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Pantalla táctil LCD de 7" +/- 2" con 4 cuadrantes. Debe ser pantalla táctil ya que es la tecnología actual utilizada y tiene un interfaz fácil de utilizar. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, sellador de vasos y resección bipolar (RTU) o UNIVERSAL según tecnología del fabricante. La conexión del sellador de vasos podría ser independiente o no al electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 37 - EETT Electrobisturi Alta Complejidad - Sellador de Vasos

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
<p>Donde dice:</p> <p>2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos</p> <p>Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica, imposibilitando ofertar otras marcas, sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia.</p> <p>Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción:</p> <p>2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de vasos / universal, según tecnología del fabricante. El sellador de vasos podría ser independiente o no del electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2023
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		