

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 432362 - LPN N° 86/2023 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS - MSPYBS

Consulta 1 - ITEM 24 Jeringa de aspiración 50 ml

Consulta Fecha de Consulta 25-08-2023

Se podría admitir una jeringa de aspiración de 60 ml, con pico LUER LOCK (CON ROSCA)?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC.

## Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 29-08-2023

Ítem 27

Gasa de Algodón:

Gasa de Algodón Hidrófilo, de Algodón 100%, Paq.0,90m x 40 m. rectilínea doblada en zigzag. De 16 hebras como mínimo por cm2, absorbente, con terminaciones laterales, con cinta radiópaca.

Atendiendo que el producto lo solicitan con cinta radiopaca, se entiende que es de uso quirúrgico. Se debería de solicitar esterilizado en ese caso. Favor corroborar y modificar las especificaciones de ser necesaria.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Se aclara que la gasa será esterilizada de acuerdo a las cantidades y necesidades de los servicios. Ajustarse a los términos establecidos en el PBC

29/07/25 01:49



## Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2023

Según PBC Solicitan el siguiente plan de entregas.

Cantidad mínima solicitada

1ra Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: La Orden de Compra será emitida dentro los 30 días posteriores de la fecha de la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega, contados a partir de la recepción de la orden de compra.

- 2. 2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: La Orden de compra será emitida dentro de los 12 meses posteriores de la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra.
- 2. Saldo de la cantidad mínima: La Orden de Compra deberá ser emitida dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta los 15 (Quince) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra.

Solicitamos a la convocante tenga a bien considerar para la primera provisión 45 días contados a partir de la emisión de la orden de compra.

Y para la 2da y 3ra provisión 30 días corridos a partir de la emisión de la Orden de Compra. Estos tiempos son considerados razonables teniendo en cuenta que los bienes requeridos son importados y los procesos tienen tiempos estipulados. Favor considerar la modificación para ampliación de plazos de entrega.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Se aclara que el cronograma de entrega se estableció de acuerdo a las necesidades de los servicios. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.

## Consulta 4 - Ítem 9-Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 30-08-2023

ITEM 9 Bolsa de papel con indicador químico

PAPEL CREPE DE 120 X 120 CM. GRAMAJE DE 50 G/M2. MINIMO. RESISTENTE A LIQUIDOS, PARA AUTOCLAVE Y OXIDO DE ETILENO. Caja x 100 unidades.

Favor Aclarar que cantidad de bolsas de papel seria destinada para procesos por vapor y que cantidad para procesos por oxido de etileno puesto que son procesos por medios distintos, no se emplean ambos envoltorios para los mismos procesos mismo por exposición a medios y temperaturas distintas.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que debe ser para autoclave

# Consulta 5 - Item 23 Malla de polipropileno para hernia

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Se solicita a la COnvocante que amplie el rango de medida de poros a +-1mm y que las lineas radiopacas sean de modo OPCIONAL, a fin de dar mayor oportunidad a otros oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC.

29/07/25 01:49



## Consulta 6 - Item 6 Hilo de Kirscher

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: Hilo de Kirscher N° 3.5

Solicitamos a la convocante aceptar Hilo de Kirscher N° 3.0 y especificar la longitud del hilo

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC.

## Consulta 7 - Item 25 Hilos de Kirschner

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice Hilos de Kirschner N° 1. Envase estéril individual

Consulta: Solicitamos a la convocante especificar la longitud del hilo.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC.

## Consulta 8 - ITEM 8 PRECIO DE REFERENCIA

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Solicitamos a la convocante ampliar el precio de referencia del Item 8 Set de Nefrostomia, ya que en las EETT solicitan el kit completo y el precio de referencia corresponde solamente al Cateter de Nefrostomia

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Es el precio más bajo, debido a que se utilizaron cotizaciones recepcionadas conforme a las Especificaciones Técnicas. Ajustarse al PBC

## Consulta 9 - Ítem 1: Bolsa de anestesia

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: Bolsas respiratorias. Bolsa para anestesia 250 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable. Envase estéril individual

Solicitamos se pueda ampliar de 250 a 500 cc, a fin de dar oportunidad a otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que lo solicitado es de 250cc, de acuerdo a la necesidad de los servicios.

# Consulta 10 - Ítem 4: Catéter de aspiración

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: N°6 con Trampa para Mucus. Tipo catéter DELEE. Envase estéril individual

Solicitamos se pueda ampliar el rango de 6 a 8 Fr., a fin de dar oportunidad a otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Las EETT son de acuerdo a la necesidad del servicio. Ajustarse al PBC

29/07/25 01:49



# Consulta 11 - Ítem 20: Catéter de Aspiración

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: 8.Fr. Con válvula de control manual, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril x 50 cm mínimo

Solicitamos ampliar el rango de tolerancia a +/- 2cm, a fin de dar oportunidad a otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC

## Consulta 12 - Ítem 27: Gasa de Algodón

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: Gasa de Algodón Hidrófilo, de Algodón 100%, Paq.0,90m x 40 m. rectilínea doblada en zigzag.De 16 hebras como mínimo por cm2, absorvente, con terminaciones laterales, con cinta radiópaca. Paquete

Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar con o sin cinta radiopaca, a fin de contar con más opciones de ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que lo solicitado es con cinta radioopaca

## Consulta 13 - Ítem 13: Bolsa de papel con indicador químico

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: Bolsa de papel para envoltorio de esterilización, por autoclave grado médico, gramaje de 40 gr/m2 como mínimo 32 x 12 x 54 cm. El ancho + el fuelle puede variar + - 3 cm y la altura + - 5 cm Caja con mínimo 100 unidades

Solicitamos se pueda ampliar el rango como sigue: 110x30x19, a fin de dar oportunidad a otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor ajustarse al PBC

## Consulta 14 - Ítem 14: Bolsa de anestesia

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: Bolsa respiratoria. Bolsa para anestesia 1, 1/2 Lt. De látex, con superficie antideslizante y reusable. Envase estéril individual

Solicitamos aclaración de la medida solicitada, si corresponde a 1 Litro y 1/2?

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Se aclara que la bolsa para anestesia solicitada es de un litro y medio

29/07/25 01:49 4/9



## Consulta 15 - Ítem 14: Bolsa de anestesia

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Donde dice: Bolsa respiratoria. Bolsa para anestesia 1, 1/2 Lt. De látex, con superficie antideslizante y reusable. Envase estéril individual

Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar en las siguientes medidas 0,5L , 1L , 3L., a fin de dar oportunidad a otros oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Se aclara que la bolsa para anestesia solicitada es de un litro y medio

## Consulta 16 - EETT ítem 10 Catéter venoso periférico

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual.

Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo

Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC

# Consulta 17 - EETT ítem 11 Catéter venoso periférico

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual.

Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo

Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC

29/07/25 01:49 5/9



## Consulta 18 - ítem 10 Catéter venoso periférico

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual.

Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo

Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC

## Consulta 19 - ítem 11 Catéter venoso periférico

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual.

Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo

Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-09-2023

Favor verificar la última versión del PBC

## Consulta 20 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 2 Aguja lumbar.

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS.27.500 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 21 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 3 Cateter de aspiracion.

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS.88.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

29/07/25 01:49 6/9



#### Consulta 22 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 4 Cateter de aspiracion.

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS.10.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 23 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 5 Tubo endotraqueal

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 93.500 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 24 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 7 Sonda Vesical

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 22.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 25 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 9 Bolsa de papel con indicador quimico

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 8.800 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 26 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 13 Bolsa de papel con indicador quimico

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 3.300 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

29/07/25 01:49 7/9



## Consulta 27 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 17 Jeringa desechable sin aguja

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 3.300 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

#### Consulta 28 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 19 Cateter de aspiracion

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 2200 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 29 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 20 Cateter de aspiracion

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 2.200 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 30 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 21 Sonda Vesical

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 10.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

## Consulta 31 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 24 Jeringa desechable sin aguja

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 3300 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

29/07/25 01:49 8/9



#### Consulta 32 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 27 Gasa de Algodon

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 130.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.

#### Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

ITEM 15 Canula de Traqueostomia sin balón

Solicitamos a la convocante si se puede ofertar con diametro externo 5. 0 ya que en la actualidad el diámetro 4,0 ya no es comercializado.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Aclarando que el diámetro 5.0 ya fue adjudicado en otra licitación que se encuentra en ejecución de contrato, por lo que lo solicitado es de 4.0 a fin de evitar duplicidad del mismo.

#### Consulta 34 - FSPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 31-08-2023

Consultamos si los ítems 17 y 24 Jeringa desechable sin aguja se pueden unificar las cantidades en un mismo ítem, ya que ambos contienen las mismas especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 12-09-2023

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Aclarando que lo solicitado en el ítem 17 es: sin rosca y en el ítem 24 es: con rosca

# Consulta 35 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD

Consulta Fecha de Consulta 17-10-2023

solicitamos a la convocante donde solicitan registro sanitario vigente, si en en caso de encontrarse vencido se prodra presentar la constancia de que el mismo se encuentra en tramite de renovacion expidido por dnys

Respuesta Fecha de Respuesta 27-10-2023

Favor ajustarse a la última versión del PBC

29/07/25 01:49 9/9