

Consultas Realizadas

Licitación 432858 - ADQUISICION DE SILLON ODONTOLOGICO PARA LA DIGETREN

Consulta 1 - Items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
Se podria cotizar con estas características ya estas especificaciones son mas estandar y permitira que se presente oferentes a su llamado. Unidad Odontologica Sillón Estructura(base y respaldo) construida en acero solido y revestido con tratamiento anticorrosivo y antideslizante. Tapizado sin costuras, no toxico y antiflama. Material de cuerina y con respaldo fácilmente desmontable(sin tornillo) para su desinfección El equipo debe ser estable sin necesidad de fijar al piso. Caja de conexiones en la base del sillón Apoya brazos izquierdo fijo y derecho rebatible. El soporte interno del brazo debe ser metálico Capacidad de movimiento independiente entre asiento y respaldo. Accionamiento de movimientos electromecánicos. Apoya cabeza biarticulado con sistema de bloqueo. Capacidad de soportar pacientes de 170 Kg Posibilidad de accionamiento de movimientos del sillón a través de un pedal de comando ubicado en la base del sillón y un comando ubicado en la unidad dental. Tres posiciones de trabajo programables por el odontólogo y vuelta a cero Ambidiestro Unidad Dental Movimiento de la unidad dental en forma horizontal y vertical con brazos articulados y bloqueo neumático. Los movimientos son manejados de forma bilateral. Una manguera con jeringa triple. Con pico desmontable y autoclavable Una manguera de terminal de acople borden para alta rotación con refrigeración Una manguera con terminal para micromotor neumático con acople borden con refrigeración (baja rotación). Pedal neumático individual para las piezas de mano, progresivo que permite el control de la velocidad de accionamiento y en cualquier punto del pedal. Bandeja de acero inoxidable, desmontable para su desinfeccion Escupidera Unidad de agua rebatible manualmente con movimiento horizontal de 90º Jeringa triple auxiliar. Con pico desmontable y autoclavable Un succionador de saliva venturi Accionamiento automático de cada succionador Escupidera de cerámica,desmontable para fácil limpieza. Con drenaje para retener los sólidos y la cobertura para evitar salpicaduras. Filtro de residuos individuales para cada manguera succionador, de fácil acceso, extracción y limpieza Con sensor de proximidad que accione automáticamente el flujo de agua en la escupidera evitando el riesgo de contaminación cruzada. Con sistema de regulación de flujo de agua. Permite el ajuste fino del flujo de agua. Reflector odontologico El reflector con fuente de luz blanca y fría		

Accionamiento en el pedal de comando del sillón y en la unidad dental

Manijas bilaterales en forma de asa

Espejo multifacetado o iluminación directa

Intensidad de iluminación: entre 8.000 y 35.000 Lux

Cabeza en material resistente, con 620º de rotación de la cabeza

Banqueta odontologica

Sistema de elevación a gas, accionado con palanca lateral.

Base metálica con tratamiento anticorrosivo y protectores plásticos de alta resistencia 5 o mas ruedas para fácil desplazamiento

Tapizado sin costuras.

Respuesta**Fecha de Respuesta**

29-03-2024

ante su consulta aclaramos que el PBC se elaboro a modo de satisfacer las necesidades de la institución por lo que cada oferente deberá adecuarse a las exigencias del mismos.

Consulta 2 - Sillon Odontologico

Consulta**Fecha de Consulta**

21-08-2023

Se podria cambiar las especificaciones tecnicas en donde sea mas acorde a lo que el mercado Paraguayo ofrece y que se esta ofertando en los llamados de sillones

Respuesta**Fecha de Respuesta**

29-03-2024

ante su consulta aclaramos que el PBC se elaboro a modo de satisfacer las necesidades de la institución por lo que cada oferente deberá adecuarse a las exigencias del mismos.