

## Consultas Realizadas

### Licitación 432883 - ADQUISICION DE REACTIVOS ANTICUERPOS PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

Consulta 1 - En los Item 6,9,10,11 dice PARA EQUIPO PROPIO AUTOMATIZADO DEL INCAN

Consulta	Fecha de Consulta
Consulta: Los anticuerpos solicitados en los ítem citados piden claramente los anticuerpos con clones específicos de una marca de reactivos con un equipo que se encuentra en el servicio de Anatomía Patológica del INCAN. Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado, teniendo como fundamento que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas	12-09-2023

Respuesta	Fecha de Respuesta
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023

#### Consulta 2 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta
El anticuerpo SINAPTOFISINA con Clone MRQ-40 es específico de una marca de reactivo en particular ROCHE, Se puede aceptar la oferta de: SINAPTOFISINA ANTICUERPO MONOCLONAL SINAPTOFISINA con clona 27G12 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas. Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas	12-09-2023

Respuesta	Fecha de Respuesta
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023

#### Consulta 3 - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta
El anticuerpo ANTI - CROMOGRANINA A con Clone LK2H10 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de ANTI - CROMOGRANINA A ANTICUERPO MONOCLONAL con clona 5H7 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas. Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas	12-09-2023

Respuesta	Fecha de Respuesta
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023

## Consulta 4 - item 5

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>El anticuerpo CONFIRMATORIO EMA con Clone E29 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de EMA con clona GP1.4 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 5 - item 9

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CDX - 2 con Clone EPR2764 Y es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CDX - 2 con clona EP25 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 6 - item 11

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo TTF - 1 con Clone SP141 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de TTF-1 con clona SPT24 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 7 - item 14

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CEA con Clone CEA31 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CEA con clona COL-1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 8 - item 15

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo PR con Clone 1E2 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de PR con clona 16 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 9 - item 16

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo ER con Clone 5P1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de ANTI ER con clona 6F11 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 10 - item 17

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo HER - 2 con Clone NEU(4B5) es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de HER-2 con clona CB11 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 11 - item 18

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo P63 con Clone 4*A*A es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de P63 con clona 7JUL para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 12 - item 22

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo MYO 01 con Clone EP212 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de MYO 01 con clona S131 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 13 - item 24

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
Consulta		
El NEXES REAGENT es Marca Registrada de ROCHE, Se solicita amablemente al oferente aclarar el ítem 24 la posibilidad de ofertar un producto (tinción) equivalente ya que están solicitando un reactivo muy específico de una marca de reactivos Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

## Consulta 14 - item 25

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
Consulta		
El anticuerpo CD 1 con Clone EP3622es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD1 con clona MTB1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas		
Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítems solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

## Consulta 15 - item 26

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
Consulta		
El anticuerpo CD 3 con Clone 2GV6 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 3 con clona LN10 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas		
Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítems solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

## Consulta 16 - item 27

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD 10 con Clone SP67 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 10 con clona 56C6 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 17 - item 30

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD 30 con Clone VER-H2 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 30 con clona JCM182 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 18 - item 35

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD 68 con Clone KP-1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 68 con clona 514H12 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 19 - item 38

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo WT1 con Clone 6F-H2 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de WT1 con clona WT49 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 20 - item 43

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo KI-67 con Clone 30-9 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de KI-67 con clona MM1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	

## Consulta 21 - item 50

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD43 con Clone L60 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD43 con clona MT1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 22 - item 51

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>El anticuerpo CD4 con Clone SP35 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD4 con clona 4B12 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítems solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 23 - item 52

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD8 con Clone SP57 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD8 con clona 4B11 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 24 - item 57

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El NEXES REAGENT es específico de una marca de reactivo en particular, Se solicita amablemente a la oferente aclarar el ítem 57 si se puede ofertar reactivo equivalente ya que están solicitando un reactivo muy específico de una marca de reactivos</p>	12-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 25 - item 57

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El NEXES REAGENT es específico de una marca de reactivo en particular, Se solicita amablemente a la oferente aclarar el ítem 57 si se puede ofertar reactivo equivalente ya que están solicitando un reactivo muy específico de una marca de reactivos</p>	12-09-2023	

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 26 - item 66

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CITOKERATINA 17 con Clone SP95 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CITOKERATINA 17 con clona E3 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 27 - item 74

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo EP - CAM con Clone VER -EP4es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de EP - CAM con clona MOC31 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 28 - item 78

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CALDESMONA con Clone EP- PAB es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CALDESMONA con clona OC31 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 29 - item 79

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CITOKERATINA 8 &amp; 18 con Clone 822.1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CITOKERATINA 8 &amp; 18 con clona 5d3 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 30 - item 79

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CITOKERATINA 8 &amp; 18 con Clone 822.1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CITOKERATINA 8 &amp; 18 con clona 5d3 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	03-10-2023	

## Consulta 31 - item 80

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo HEPATOCITO SPEC ANT (OCH1ES) solo un fabricante de reactivos actualmente lo fabrica. Se puede hacer una oferta alternativa de este anticuerpo?</p>	12-09-2023	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1	18-09-2023	