

## Consultas Realizadas

# Licitación 433337 - CD N° 67/2023 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL - MSPYBS".

### Consulta 1 - ITEM 2-ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
Se podría admitir una balanza de precisión con capacidad máxima de 310 gramos y precisión: 0,001g?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
SE PRODRA COTIZAR BALANZAS CON MAYOR CAPACIDAD EN GRAMOS, NO OBSTANTE SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PRECIO UNITARIO DE LA BALANZA DE PRECISION		

### Consulta 2 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2023
Por la presente se solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de 60 a 90 días el pedido obedece a que lo solicitado por la convocante requiere de equipos para importación, con esto se permitirá una mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
SE REALIZARA LA MODIFICACION UNA VEZ PUBLICADA LA ADENDA N° 2 Y SE RE ABRIRA LOS PAZOS DE CONSULTA,		

### Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
Se solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 90 días, debido a la importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
SE REALIZARA LA MODIFICACION UNA VEZ PUBLICADA LA ADENDA N° 2 Y SE RE ABRIRA LOS PAZOS DE CONSULTA,		

### Consulta 4 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
Se solicita amablemente a la convocante extender el plan de entrega a 45 días, debido a los tiempos de importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
SE REALIZARA LA MODIFICACION UNA VEZ PUBLICADA LA ADENDA N° 2 Y SE RE ABRIRA LOS PAZOS DE CONSULTA,		

## Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
Ítem 2: Se solicita amablemente a la convocante aceptar una balanza de precisión con capacidad máxima de 4,6 kg y precisión de 0,001 gramos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
FAVOR AJUSTARSE AL PBC		

## Consulta 6 - Item 1 estufa de cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
Se solicita amablemente a la convocante favor admitir la presentación de una estufa de cultivo de 42 Litros o mayor hasta 54L, esto para permitir una mayor cantidad de oferentes y no limita a un solo fabricante debido a que cada fabricante posee capacidades y litrajes distintos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
FAVOR AJUSTARSE EL PBC		

## Consulta 7 - Item 1 estufa de cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
Se solicita amablemente a la convocante favor considerar ampliar el tiempo de entrega a 90 días, debido a que los bienes solicitados requieren de importación además de favorecer la participación de una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
SE REALIZARA LA MODIFICACION UNA VEZ PUBLICADA LA ADENDA N° 2 Y SE RE ABRIRA LOS PAZOS DE CONSULTA,		