

Consultas Realizadas

Licitación 433592 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

Consulta 1 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
<p>Donde dice: Demostrar experiencia en Provisión de Venta y Distribución en el ramo de equipos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3 años] años (2020, 2021,2022) en promedio.</p> <p>Solicitamos a la Convocante ampliar las opciones y permitir la presentación de contratos, a fin de contar con la mayor participación de oferentes, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Demostrar experiencia en Provisión de Venta y Distribución en el ramo de equipos con facturaciones de venta y/o contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3 años] años (2020, 2021,2022) en promedio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC</p>		

Consulta 2 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
<p>Donde dice: 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Solicitamos a la Convocante ampliar la opción a presentación de contratos, quedando de la siguiente manera:</p> <p>1. Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC</p>		

Consulta 3 - Item 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
<p>Item 2 Monitor Multiparamétrico En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tendencias de hasta 160 horas. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Tendencias de 140 horas o mas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
<p>Remitirse a la adenda.</p>		

Consulta 4 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Batería interna con autonomía de 4 horas como mínimo. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Batería interna con autonomía de 2 horas como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 5 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico SPO2 En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de Medición: al menos 10 % a 100%. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Rango de Medición: de 10% (o menor) a 100%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 6 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pantalla táctil (touch screen). Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Pantalla táctil (touch screen) o con botones de mando giratorios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 7 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico Temperatura En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Precisión: 0.1°C Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Precisión: +/- 0.2°C		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda.		

Consulta 8 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico Temperatura En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medida de 0 a 50 °C. ¿se está refiriendo a los límites de la alarma? consideramos que sí, teniendo en cuenta que más abajo se describe las configuraciones de la alarma		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Refiere al rango de medidas de actuación del termómetro, y no a los límites de alarma. El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 9 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico PI (presión invasiva) En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de Medición: -40 o menos a 370 o más mmHg. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Rango de Medición: -40, +-10 a 300mmHg o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 10 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico PI (presión invasiva) En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Exactitud: ± 1 mmHg Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Exactitud: ± 4 mmHg o menor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda.		

Consulta 11 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared de fabricación nacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
En el mencionado ítem no especifica la procedencia del sistema de fijación o del soporte de pared. EL oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 12 - Ítem 7 Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 7 Electrocardiografo Características Técnicas En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pre-visualización de 3 6 12 señales en LCD antes del registro. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Electrocardiografo con Previsualización de 3 o 12 señales en LCD antes del registro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 13 - Ítem 7 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 7 Electrocardiógrafo Características Técnicas En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Capacidad de almacenar hasta 100 pacientes Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafo con Capacidad de almacenar 100 pacientes (como mínimo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 14 - Ítem 7 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 7 Electrocardiógrafo Especificaciones En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Resolución A/D 12 bit. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafo con Respuesta en frecuencia Resolución A/D 12 bit como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda.		

Consulta 15 - Ítem 7 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 7 Electrocardiógrafo Especificaciones En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Respuesta en frecuencia 0.05Hz 150 Hz. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafo con Respuesta en frecuencia 0.05Hz (o menor) y 150 Hz (o mayor).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda.		

Consulta 16 - Ítem 7 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 7 Electrocardiógrafo Otras características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Los equipos deberán contar con 2 (dos) años de garantía. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Electrocardiógrafo con 1 (un) año de garantía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 17 - Ítem 2 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 2 Monitor Multiparamétrico Otras características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Los equipos deberán contar con 2 (dos) años de garantía. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor Multiparamétrico con 1 (un) año de garantía		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 18 - Ítem 7 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
2.14.5 Voltaje de calibración 1mV +/-5% ¿Se podría cotizar en el rango de +/- 3 a 5%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 19 - Ítem 5 Caja para instrumental

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Entre las características técnicas requeridas no se observa el contenedor para los instrumentales ¿Se debe cotizar una caja o contenedor capaz de albergar la totalidad de instrumentos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, el oferente podrá cotizar de manera opcional todo aquello que crea conveniente para completar su oferta		

Consulta 20 - Ítem 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
9.2 Rango de medición: -40 o menos a 370 o más mmHg ¿Se podría cotizar de -50 o menos a 300 o más mmHg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 21 - Ítem 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
8.10 Exactitud: +-5mmHg ¿Se podría cotizar +/-8mmHg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 22 - Ítem 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
8.8 DIA: 15 -200 (mmHg) ¿Se podría cotizar 10-215 mmHg)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 23 - Ítem 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
8.7 SYS: 40 - 250 (mmHg) ¿Se podría cotizar 40 - 270 mmHg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda.		

Consulta 24 - Ítem 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
8.4 Rango de medición de Pulso: 30 -250 lpm ¿Se podría cotizar 40 - 270 LPM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda.		

Consulta 25 - Ítem 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
6.5 Límite bajo: 3 o menos a al menos 120 rpm ¿Se podría cotizar 6 o menos a al menos 120 rpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 26 - Ítem 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
3.7 Límite bajo: 100 a 200 lpm ¿Se podría cotizar 100 a 300lpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Corresponde al límite alto, no al bajo. El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 27 - Precio referencial - Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Precio referencial - Silla de Rueda Plegable Respetuosamente solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial, atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado que mínimamente sería de 3.000.000, considerando las especificaciones técnicas, tales como: capacidad de carga de 150 kilogramos, estructura de acero galvanizado, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 28 - Ítem 9. Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 9. Silla de Rueda Plegable Características Técnicas En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Estructura de acero galvanizado sin aristas vivas o partes filosas. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Sillas de rueda con: Estructura de acero galvanizado o acero al carbono pintado, sin aristas vivas o partes filosas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 29 - Ítem 9. Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 9. Silla de Rueda Plegable Características Técnicas En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Posabrazos rebatibles y acolchados, Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Sillas de ruedas con: Posabrazos rebatibles o fijos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 30 - Ítem 9. Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 9. Silla de Rueda Plegable Características Técnicas En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Longitud Total como máximo 100 cm. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Sillas de ruedas con: Longitud Total como mínimo 100 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 31 - Ítem 9 Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Ítem 9 Silla de Rueda Plegable Otras características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Los equipos deberán contar con 1 (un) años de garantía desde la puesta en funcionamiento Solicitamos a la convocante permitir la cotización de: Silla de rueda Plegable con 6 (seis) meses de garantía desde la puesta en funcionamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 32 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Punto 2.7 Donde dice Pantalla Táctil (touchscreen) solicitamos que este punto sea opcional ya que encarece el costo del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 33 - Lista de Ítems Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En la lista de los ítems solicitados del presente llamado dice: Ítem 8- Laringoscopio Adulto. Sin embargo, las características solicitadas dentro del PBC en la página 39 corresponde a un set de Laringoscopio con hojas neonatales y pediátricas. Favor corregir la descripción del bien.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
en el ítem 8.1.1 se aclara la descripción. Favor considerar como laringoscopio neonatal / pediátrico		

Consulta 34 - Ítem 23 - Laringoscopio adulto.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En las Páginas 24 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 23 - Laringoscopio adulto. Medidas: 115mm x 16mm 135mm x 17mm 155mm x 17mm Solicitamos amablemente a la Convocante, permita la variación de +/- 5 mm para la longitud de la espátula de las hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 35 - Ítem 5 - Cajas para instrumental.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En las Páginas 34 y 35 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 5 - Cajas para instrumental. En el punto 5 - 2.8, donde dice: 2 x Porta agujas MAYO-HEGAR 24 cm. -Solicitamos amablemente a la Convocante a fin de permitir la participación de más oferentes, permita cotizar la variación de +/- 6 cm, para la porta aguja. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: 2 x Porta agujas MAYO-HEGAR 24 cm (+/- 6 cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC		

Consulta 36 - Ítem 5 - Cajas para instrumental.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En las Páginas 34 y 35 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 5 - Cajas para instrumental. En el punto 5 - 2.13, donde dice: 1 x Par de separadores doble PARKER (FARABEU) 18 cm. -Solicitamos amablemente a la Convocante a fin de permitir la participación de más oferentes, permita cotizar la variación de +/- 3 cm, para el separador. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: 1 x Par de separadores doble PARKER (FARABEU) 18 cm (+/- 3 cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Se aclara que en el punto se especifica: Todas las medidas indicadas serán consideradas en un rango de +/- 2 mm. Las medidas expresadas en mm, serán consideradas en +/- 2mm		

Consulta 37 - Ítem 5 - Cajas para instrumental.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En las Páginas 34 y 35 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 5 - Cajas para instrumental. En el punto 5 - 2.17, donde dice: 1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm -Solicitamos amablemente a la Convocante a fin de permitir la participación de más oferentes, permita cotizar la variación de +/- 3 cm, para la pinza. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: 1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm (+/- 3 cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Se aclara que en el punto se especifica: Todas las medidas indicadas serán consideradas en un rango de +/- 2 mm. Las medidas expresadas en mm, serán consideradas en +/- 2mm		

Consulta 38 - Ítem 5 - Cajas para instrumental.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En el punto 5 - 2.17, donde dice: 1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm -Solicitamos amablemente a la Convocante a fin de permitir la participación de más oferentes, permita cotizar la variación de +/- 3 cm, para la pinza. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: 1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm (+/- 3 cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Se aclara que en el punto se especifica: Todas las medidas indicadas serán consideradas en un rango de +/- 2 mm. Las medidas expresadas en mm, serán consideradas en +/- 2mm		

Consulta 39 - Ítem 5 - Cajas para instrumental.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En las Páginas 34 y 35 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 5 - Cajas para instrumental. En el punto 5 - 3.2. donde dice: "Los equipos deberán contar con al menos 2 (dos) años de garantía desde la puesta en funcionamiento. Presentar declaración Jurada." Solicitamos amablemente a la Convocante omitir éste punto de modo a que no corresponde a instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 40 - Ítem 5 - Cajas para instrumental.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En las Páginas 34 y 35 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 5 - Cajas para instrumental. Es importante señalar que en este ítem solicitan instrumentales. Entendemos que debería solicitarse también caja para resguardo. Por lo mismo sugerimos a la convocante las siguientes medidas para la caja: 1 (una) Caja Acero inoxidable 25 x 12 x 06 cm (con tapa), con rango de diferencia de +/-5cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Se debe cotizar una caja con las medidas adecuadas para los instrumentales solicitados. Remitirse a la adenda de las EETT.		

Consulta 41 - Ítem 8 - Laringoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En la Página 39 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 8 - Laringoscopio Adulto -Foco de repuesto.- Solicitamos amablemente al convocante aclarar el tipo de foco. Sugerimos en este apartado quede de la siguiente manera: Iluminación LED o Halógena. Incluir Foco de repuesto (en caso de que la iluminación sea Halógena).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
En las EETT no se especifica el tipo de luz que se requiere, por lo tanto el oferente podrá cotizar el tipo de iluminación que crea conveniente, y por lo tanto el foco de repuesto deberá corresponder al tipo de iluminación cotizado.		

Consulta 42 - Ítem 1 - Laringoscopio adulto.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En las Páginas 24 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Ítem 1 - Laringoscopio adulto. Medidas: 115mm x 16mm 135mm x 17mm 155mm x 17mm Solicitamos amablemente a la Convocante, permita la variación de +/- 5 mm para la longitud de la espátula de las hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda de las Especificaciones Técnicas		

Consulta 43 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En la Pagina 20 del PBC dice: Demostrar experiencia en Provisión de Venta y Distribución en el ramo de equipos con facturaciones de venta y/o recepciones finales. Solicitamos a la Convocante permitir también la presentación Contratos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 44 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En la Pagina 21 del PBC dice: 8. Certificado de Registro Sanitario, de Conformidad a la Ley N° 4959/12 Solicitamos al Convocante incluir la Constancia de estar en trámite, de ser así quedaría redactado de la siguiente manera: Certificado de Registro Sanitario, de Conformidad a la Ley N° 4959/12 y/o Constancia de estar en Tramite.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 45 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En la Pagina 45 del PBC dice: PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES El 100% dentro de los 45 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor Solicitamos al convocante que la entrega de los bienes sea de 60 días corridos considerando que algunos de los equipos solicitados por la convocante tienen que ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 46 - MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
En la pagina 56 del PBC dice: Porcentaje de Multas: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,05 %. Solicitamos al Convocante que el porcentaje de multas se de 0,01 % por día de atraso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 47 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Donde dice batería interna con autonomía de 4 horas como mínimo, solicitamos permita ofertar equipos con batería interna con autonomía de 3,5 horas o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 48 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2023
Donde dice Demostrar experiencia en Provision de Venta y Distribucion en el ramo de equipos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3 años] años (2020, 2021,2022) en promedio. Solicitamos excluir la palabra promedio y que sea en la sumatoria de los 3 años citados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 49 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
8.4 Rango de medición de Pulso: 30 - 250 lpm. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar 40 ~ 240 bpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 50 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
8.5 Tiempo de inflado total: <30 seg (para brazaletes estándar adulto). Solicitamos a la convocante aceptar Tiempo de medición total 20 ~ 45s (que es el valor típico)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 51 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
8.10 Exactitud: ± 5 mmHg. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar rango ± 3 mmHg , ± 0.4 kPa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 52 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
9.2 Rango de Medición: -40 o menos a 370 o mas mmHg. Consulta: solicitamos a la convocante aceptar rango de (-50 mmHg ~ + 360mmHg)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC		

Consulta 53 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
9.4 Exactitud: ± 1 mmHg- Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar de ± 2 mmHg o $\pm 2\%$		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
Remitirse a la adenda.		

Consulta 54 - ITEM 2 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023
<p>10.7 Para medición de la presión invasiva (PI) incluir: al menos dos cables interface para PI y por lo menos diez (10) sets de catéteres desechables para PI estériles con fecha de vencimiento de 1 año o mas de la fecha de entrega del material.</p> <p>Consulta: Solicitamos a la convocante dejar como opcional la entrega de diez (10) sets de catéteres desechables para PI estériles</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-08-2023
<p>El oferente deberá ajustarse a lo especificado en el PBC</p>		