

Consultas Realizadas

Licitación 433830 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS - PLURIANUAL

Consulta 1 - Lote 1 Tutores Externos

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Suministros Requeridos Lote No 1 Item No 8 Clavo de Schanz de 4,5mm, 150mm long y rosca 30mm, solicitamos habilitar un rango de +-5mm en la medida de la rosca del clavo. Las medidas que figuran en el PBC estan realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo ofertente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 2 - Lote 1 Tutores Externos

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Suministros Requeridos Lote No 1 Item No 9 Clavo de Schanz de 5,0mm, 180mm long y rosca 30mm, solicitamos habilitar un rango de +-5 mm en la longitud y en la rosca del clavo. Las medidas que figuran en el PBC estan realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo ofertente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 3 - Lote 1 Tutores Externos

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Suministros Requeridos Lote No 1 Item No 10 Clavo de Schanz de 5,0mm, 180mm long y rosca 40mm, solicitamos habilitar un rango de +-5mm en la longitud y +-8 mm en la rosca del clavo. Las medidas que figuran en el PBC estan realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo ofertente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 4 - Lote 1 Tutores Externos

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Suministros Requeridos Lote No 1 Item No 11 Clavo de Schanz de 5,0mm, 180mm long y rosca 50 mm, solicitamos habilitar un rango de +-5 mm en la longitud y +-10 mm en la rosca del clavo. Las medidas que figuran en el PBC estan realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo ofertente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 5 - Sistema de Adjudicación: Por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Suministros Requeridos Lote No 1 Item No 14 Clavo de Schanz de 5,0mm, 200mm long y rosca 60 mm, solicitamos habilitar un rango de +-20 mm en la rosca del clavo. Las medidas que figuran en el PBC estan realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo ofertente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		

Consulta 6 - Lote 1 Tutores Externos

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Lote 8 item 3 Solicitamos una variación de +-5 mm en la medida Las medidas que figuran en el PBC están realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo oferente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
El llamado de referencia no cuenta con el Lote N° 8.		

Consulta 7 - lote 8 item 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Lote 8 item 4 Solicitamos una variación de +-5 mm en la medida Las medidas que figuran en el PBC están realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo oferente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
El llamado de referencia no cuenta con el Lote N° 8.		

Consulta 8 - LOTE 8 ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Lote 8 ítem 5 Solicitamos una variación de +-5 mm en la medida Las medidas que figuran en el PBC están realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo oferente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
El llamado de referencia no cuenta con el Lote N° 8.		

Consulta 9 - LOTE 8 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Lote 8 ítem 6 Solicitamos una variación de +-5 mm en la medida Las medidas que figuran en el PBC están realizadas en base al catalogo de una marca en particular, motivo por el cual el mismo es limitativo a un solo oferente. Favor realizar las modificaciones correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
El llamado de referencia no cuenta con el Lote N° 8.		

Consulta 10 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Donde dice: Obs: El oferente podrá agregar los datos que considere necesarios. Se solicita la entrega de 1 (una) muestra por cada ítem Consulta: Sugerimos a la convocante solicitar catálogos de los componentes de cada lote.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		

Consulta 11 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica punto d.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica punto d. Certificación ISO 13485 y/o Certificación CE y FDA (al menos dos de ellas), solicitamos encarecidamente que sea aceptado un solo certificado de calidad, debido a que con uno de las certificaciones ya se puede determinar que los implantes son fabricados bajo estrictas normas de calidad, otra certificación como FDA únicamente habilita la comercialización del implante en un país en particular.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas, Suministros Requeridos, Lote 5 Item No 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Especificaciones Técnicas, Suministros Requeridos, Lote 5 Item No 1, Clavos elásticos de titanio (TENS) solicitamos agregar un rango de $\pm 0,5\text{mm}$ en el diámetro de dichos clavos, lo solicitado se debe a dar mayor oportunidad de participación a los oferentes además de que ya efectuaron este tipo de cambios en otros lotes del presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 13 - Lote 1 Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde dice: Clavo de Schanz 5,0mm x 180mm Long. Rosca 50mm, rango de $\pm 5\text{mm}$ en longitud y $\pm 5\text{mm}$ en la rosca del Consulta: Solicitamos una variación de $(\pm 10\text{ mm})$ en la medida de la rosca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 14 - Lote 1 Tutoros Externos

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde dice: Clavo de Schanz 5,0 200mm Long. Rosca 60mm, rango de $\pm 3\text{mm}$ en longitud y $\pm 10\text{mm}$ en la rosca del clavo Consulta: Solicitamos a la convocante una variación de $(\pm 20\text{ mm})$ en la medida de rosca del clavo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2023
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		

Consulta 15 - Lote 1 Tutoros Externos

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Solicitamos una variación de $(\pm 5\text{mm})$ para los ítems 3,4,5 y 6		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2023
Favor dirigirse a la Adenda.		

Consulta 16 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Solitamos a la convocante la presentacion de catálogos, folletos para la evaluación del cumplimiento de los ítems ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2023
Teniendo en cuenta de que los materiales a ser adquiridos serán implantados en el cuerpo humano, por lo que es necesario tomar todas las precauciones para proteger la salud de los usuarios, la Convocante solicita la presentación de muestras de los bienes ofertados a fin de comprobar que los mismos cumplan con las EETT solicitadas y que se pueda corroborar entre otros, que los materiales contengan impreso en los mismos (no solo en el envase) las características de su fabricación. Ejemplo: N° de lote, N° de Código, cuestión de que sería difícil comprobar con un Catálogo o Folleto. Del mismo modo, la Convocante solicita la presentación de los Catálogos originales. Por lo cual solicitamos favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		