

Consultas Realizadas

Licitación 434688 - ADQUISICIÓN DE PANELES DE ALARMA Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES PARA LAS TERAPIAS DEL HOSPITAL DE TRAUMA

Consulta 1 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
Solicitamos a la convocante tener en cuenta y solicitar la Autorización del Fabricante para todos los ítems considerando que, es necesario garantizar que todo lo requerido sea suministrado por proveedores oficiales de la marca y que cuenten con el respaldo suficiente en caso de eventuales desperfectos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE DE LOS PANELES DE ALARMA Y LAS CONSOLAS DE GASES MEDICINALES, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS DEMÁS ITEMS SON CONSIDERADOS ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN LA INSTALACIÓN PRINCIPAL REQUERIDA.		
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 2 - Descripcion de los Items Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
Los Ítem 12, 24 y 36 solicitados en el portal no corresponden a los ítems descriptos en el pliego de bases y condiciones, Favor aclarar dicho punto a modo de saber cual es el que corresponde		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
SE MODIFICA EN EL SICP LOS CÓDIGOS DE CATÁLOGOS MENCIONADOS.		
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 3 - Capacidad Tecnica - PUNTO 5

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
Teniendo en cuenta que los trabajos a realizar tienen intervención industrial y de equipamientos médicos solicitamos que la empresa presente dentro de su staff de técnicos al menos 1 Ingeniero Industrial y 1 Ingeniero Biomédico para proveer asistencia. Recomendamos a la convocante reemplace dicho requerimiento y quede de esta manera: "Declaración jurada de poseer experiencia técnica y contar con un ingeniero biomédico y uno industrial para así asegurar la correcta instalación de lo requerido y proveer asistencia a los Dispositivos Médicos y al sistema de provisión de gases medicinales y que se encarguen de la firma documental de los trabajos realizados una vez terminados"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 4 - Requisito Documental para evaluar Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2023
En el punto (e) donde dice "De poseer experiencia técnica y contar con por lo menos un ingeniero biomédico y/o uno industrial para así asegurar la correcta instalación de lo requerido y proveer asistencia a los Dispositivos Médicos y al sistema de provisión de gases medicinales y que se encarguen de la firma documental de los trabajos realizados una vez terminados" Solicitamos amablemente a la convocante reemplazar dicho requerimiento y quede de esta manera: "De poseer experiencia técnica y contar con al menos un ingeniero biomédico y uno industrial para así asegurar la correcta instalación de lo requerido y proveer asistencia a los Dispositivos Médicos y al sistema de provisión de gases medicinales y que se encarguen de la firma documental de los trabajos realizados una vez terminados". Teniendo en cuenta que son de carácter industrial y de carácter obligatorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 5 - Plan de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Fecha final de entrega de los bienes 20 días calendario, posterior a la recepción del anticipo financiero en la cuenta bancaria del proveedor. Consulta: Solicitamos que el plazo de entrega sea de 60 (sesenta) días después de la recepción del anticipo en la cuenta bancaria del proveedor, ya que los mismo no son fabricado en el Pais, se debe fabricar y también hay que tener en cuenta los tramites de importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 6 - Capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Consulta: Declaración jurada de poseer experiencia técnica y contar con por lo menos un ingeniero biomédico y/o uno industrial para así asegurar la correcta instalación de lo requerido y proveer asistencia a los Dispositivos Médicos y al sistema de provisión de gases medicinales y que se encarguen de la firma documental de los trabajos realizados una vez terminados" Consulta: Consulta: Solicitamos a la convocante para este caso si podría ser un ingeniero biomédico y/o un ingeniero químico y/o un ingeniero industrial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
DIRIGIRSE A LA ADENDA. LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL OFERENTE CUENTE CON PROFESIONALES DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA Y SU MANTENIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN EL PBC.		

Consulta 7 - Requerimiento documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Consulta: Punto e) De poseer experiencia técnica y contar con por lo menos un ingeniero biomédico y/o uno industrial para así asegurar la correcta instalación de lo requerido y proveer asistencia a los Dispositivos Médicos y al sistema de provisión de gases medicinales y que se encarguen de la firma documental de los trabajos realizados una vez terminados Consulta: Consulta: Solicitamos a la convocante para este caso si podría ser un ingeniero biomédico y/o un ingeniero químico y/o un ingeniero industrial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
DIRIGIRSE A LA ADENDA. LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL OFERENTE CUENE CON PROFESIONALES DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA Y SU MANTENIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA ESTABLECIDO EN EL PBC.		