

## Consultas Realizadas

# Licitación 435074 - LPN SBE 104-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS , DISPOSITIVOS LABORATORIALES CON LA PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD A COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL

### Consulta 1 - DOCUMENTOS REQUERIDOS CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En referencia al punto :j. Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica Clínica emitido por un Organismo competente del país de origen tales como la FDA y/o CE (Certificación Europea), ambos deben ser para Diagnostico In Vitro. Solicitamos a la convocante ampliar la solicitud de certificados para proveedores del MERCOSUR, como los de ANMAT y ANVISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Versión.		

### Consulta 2 - CONDICIONES DE LOS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
5-EQUIPOS AUTOMATIZADOS: Los equipos automatizados a comodato deberán ser nuevos con una antigüedad de serie en plaza no mayor a tres años (con documentos respaldatorios). Para este punto solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con 8 años de antigüedad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - CONDICIONES DE LOS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
5-EQUIPOS AUTOMATIZADOS: Los equipos automatizados a comodato deberán ser nuevos con una antigüedad de serie en plaza no mayor a tres años (con documentos respaldatorios). Solicitamos a la convocante poder ofertar equipos hasta 5 años de antigüedad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 4 - Colorantes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Atendiendo que no todas las empresas realizan importaciones de colorantes, sería posible que el oferente done de forma voluntaria los colorantes Giemsa y Wright solicitados de manera a poder competir, atendiendo que los costos de estos no son significativos con relación a la oferta final?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 5 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

FAVOR VERIFICAR EL MODELO DEL CONTRATO DEL PBC, SIENDO UN CONTRATO ABIERTO NO DEBERIA SER HASTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, Y AHI MENCIONA 24 MESES - HASTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, FAVOR ACLARAR BIEN ESTA PARTE.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 6 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

La empresa adjudicada deberá hacerse cargo de la instalación y de las interconexiones del Software de Gestión del Laboratorio (LIS) y este al SIH, del equipamiento, de las conexiones, de la Interface, servicio de internet conforme al requerimiento del Servicio; también la digitalización y seguridad, de los datos para los envíos de resultados por correo electrónico u otro medio digital, incluyendo los dispositivos necesarios para la realización del mismo; así mismo las medidas de certificación digital.

Debe poseer firma digital los PDF generados con los resultados de los análisis?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 7 - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

8. Derivación de muestras a Servicios o centros externos de procesamiento: deberá administrar el envío de muestras hacia otros laboratorios o Servicios, permitiendo elegir entre múltiples centros de procesamiento, generar el envío de muestras y realizar el seguimiento.

Existe algún detalle de la funcionalidad que deberá tener el módulo de derivaciones de muestras?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 8 - Kit detección simultanea de antígenos

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Kit detección simultanea de antígenos SARS COV-2, Influenza A/Influenza B y otros virus respiratorios. Favor aclarar cuantos patógenos en total requiere ya que la Frase otros virus respiratorios implica mas de uno. Serian 4 en total?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 9 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

La empresa adjudicada deberá prever un sistema de registro informático de reserva de los datos de los pacientes que sean ingresados en el periodo de tiempo adjudicado, de forma que el registro quede una copia en el Área de Laboratorio del establecimiento de Salud Beneficiado, con los datos de estudios realizados a los pacientes.

Este registro de reserva es el que debe quedar en el laboratorio una vez culminado el contrato?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 10 - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

"Capacidad de medir otros fluidos corporales"

Favor indicar la convocante que entiende por capacidad de medir otros fluidos corporales en un equipo destinado a medir orina. Y cuales serian los parámetros de tal suerte de considerar utilizar otro instrumento del lote para realizar mediciones de otros fluidos corporales

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 11 - lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

" Velocidad modo sedimento: 120 m/hora combinado (química + sedimento) 120 m/hora

Aceptarían: velocidad de sedimento 100 m/hora pero combinado (química + sedimento) 200 m/hora

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 12 - Lote 3, Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

"Volúmen mínimo 0,5 mL. Considerando que la convocante requiere un valor absoluto. Se solicita establecer al menos un rango que vaya entre el 0,5ml a 2,5ml De tal suerte de dar mayor oportunidad a mas de un oferente, de esta manera estaría direccionando a un modelo específico ya que cada fabricante establece un volumen mínimo de muestra para los diferentes modelos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 13 - LOTE 1 al LOTE 5: REACTIVOS E INSUMOS:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
favor indicar el promedio aproximado de pacientes al mes para estimar la provisión de insumos solicitados (jeringas, curitas, etc.)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Se aclara que el promedio de pacientes por mes son: LOTE 1-Hospital de Luque: En promedio 3500 pacientes por mes,35.000 determinaciones x mes LOTE 2-Clinica Periférica Yrendague: En promedio 2800 pacientes x mes, 29.000 determinaciones x mes LOTE 3-Clinica Periférica Nanawa: Promedio 5500 pacientes x mes, 89.500 determinaciones x mes LOTE 4-Clinica Periférica Boquerón: Promedio 2130 pacientes x mes, 28.000 determinaciones x mes LOTE 5-Clinica Periférica Campo Vía: Promedio 2100 pacientes x mes, 28.500 determinaciones x mes		

### Consulta 14 - LOTE 1 al LOTE 5:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Podrian facilitar el consumo estimado por determinación a fin de poder estimar las cantidades de reactivos a proveer.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Se aclara que el promedio de pacientes por mes son: LOTE 1-Hospital de Luque: En promedio 3500 pacientes por mes,35.000 determinaciones x mes LOTE 2-Clinica Periférica Yrendague: En promedio 2800 pacientes x mes, 29.000 determinaciones x mes LOTE 3-Clinica Periférica Nanawa: Promedio 5500 pacientes x mes, 89.500 determinaciones x mes LOTE 4-Clinica Periférica Boquerón: Promedio 2130 pacientes x mes, 28.000 determinaciones x mes LOTE 5-Clinica Periférica Campo Vía: Promedio 2100 pacientes x mes, 28.500 determinaciones x mes		

### Consulta 15 - LOTE 1 al LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Con relación al transporte y traslado de las muestras tomadas especialmente al laboratorio Central de IPS para que sean procesados, según un cronograma. Favor podrían facilitarnos la periodicidad de los envíos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 16 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podria admitir un hemograma con velocidad de procesamiento de 110 test/hora y que admita liquidos corporales como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 17 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un hemograma que admita los sgtes volúmenes en los diferentes modos: Sangre total (Autocargador, Tubo cerrado) 80uL Sangre capilar (Tubo cerrado) 35uL Prediluido (Tubo cerrado) 20uL Fluido corporal (Tubo cerrado) 85uL como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 18 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un hemograma que admita los sgtes volúmenes en los diferentes modos: Modo de predilución (sangre capilar), tubo abierto 40 ul Modo manual (sangre completa), tubo abierto 150 ul Modo de carga automática (sangre completa), tubo cerrado 200 ul Modo manual (líquido corporal), tubo abierto 150 ul como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 19 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un hemograma con velocidad de procesamiento de 125 test/hora y que admita líquidos corporales como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 20 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de capacidad para 27 muestras en gradillas de 9 posiciones cada una, con 20 posiciones para reactivos + 3 extras para diluyentes y solución limpiadora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 21 - LOTE 1- CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de capacidad para 27 muestras en gradillas de 9 posiciones cada una, con 20 posiciones para reactivos + 3 extras para diluyentes y solución limpiadora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 22 - LOTE 1 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 50 uL para TP, APTT y TT 10 uL para Fibrinógeno como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 23 - LOTE 1 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 500 uL, con velocidad de 200 test/h como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 24 - LOTE 1 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo que admita volumen de muestra: de 1.5-35 ul con incremento de 0.1 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 25 - LOTE 1 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de química y otro equipo de inmunología por separado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 26 - LOTE 1 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de soporte para química y otro para el área de inmunología en caso de no contar con un equipo que realice todas las determinaciones solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 27 - LOTE 1 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química con velocidad de 800T/H, hasta 1200T/H con ISE como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 28 - LOTE 1 - QUIMIC- inmunologia

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de inmunología con velocidad de 180 test/h, con puntas desechables como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 29 - LOTE 1 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de inmunología que admita un volumen de 150 uL como mínimo? Variando entre cada determinación respectiva el volumen requerido

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 30 - LOTE 1 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química que admita entre 1 - 25 ul, con un incremento de 0,1 ul de volumen de muestra como mínimo y de 10~200 ul, con incremento de 1ul para el módulo de inmunología como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 31 - LOTE 1 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podría admitir un equipo de química integrado con inmunología con velocidad de 1000 pruebas fotométricas por hora, hasta 1200 pruebas por hora con ISE y el módulo de inmunología con velocidad de hasta 240 test/hora como mínimo?"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 32 - LOTE 1 - URIANÁLISIS ORINA AUTOMATIZADA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con longitudes de onda de 5 LED (430, 500, 565, 635, 760 nm)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 33 - LOTE 1 - URIANÁLISIS ORINA AUTOMATIZADA.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital de celda de flujo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 34 - LOTE 1 - URIANÁLISIS ORINA AUTOMATIZADA.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 35 - LOTE 1 - URIANÁLISIS ORINA AUTOMATIZADA.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 36 - LOTE 1 - URIANÁLISIS ORINA AUTOMATIZADA.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, sin la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 37 - LOTE 1 - URIANÁLISIS ORINA AUTOMATIZADA.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, con la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario en forma de alarma?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 38 - LOTE 2 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un hemograma con velocidad de procesamiento de 110 test/hora y que admita líquidos corporales como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 39 - LOTE 2 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un hemograma que admita los sgtes volúmenes en los diferentes modos: Sangre total (Autocargador, Tubo cerrado) 80uL Sangre capilar (Tubo cerrado) 35uL Prediluido (Tubo cerrado) 20uL Fluido corporal (Tubo cerrado) 85uL como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 40 - LOTE 2 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de capacidad para 27 muestras en gradillas de 9 posiciones cada una, con 20 posiciones para reactivos + 3 extras para diluyentes y solución limpiadora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 41 - LOTE 2 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 50 uL para TP, APTT y TT 10 uL para Fibrinógeno como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 42 - LOTE 2 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un coagulímetro con capacidad para realizar la pre-dilución automática de las muestras pero con volumen de muestra de 50 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 43 - LOTE 2 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 500 uL, con velocidad de 200 test/h como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 44 - LOTE 2 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo que admita volumen de muestra: de 1.5-35 ul con incremento de 0.1 ul como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 45 - LOTE 2 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química y otro equipo de inmunología por separado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 46 - LOTE 2 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de soporte para química y otro para el área de inmunología en caso de no contar con un equipo que realice todas las determinaciones solicitadas?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 47 - LOTE 2 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química con velocidad de 800T/H, hasta 1200T/H con ISE como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 48 - Lotes N° 1, 2, 3, 4 y 5.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

En todos los lotes Donde dice: Reactivo p/ diagnóstico de Chagas met. De Elisa c/ calibrador y control p/ equipo automatizado. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar la determinación de Chagas en el mismo equipo de inmunología por quimioluminiscencia ya que esta metodología demuestra una mayor sensibilidad y especificidad.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 49 - LOTE 2 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de inmunología con velocidad de 180 test/h, con puntas desechables como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 50 - LOTE 2- QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de inmunología que admita un volumen de 150 uL como mínimo? Variando entre cada determinación respectiva el volumen requerido

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 51 - LOTE 2 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química que admita entre 1 - 25 ul, con un incremento de 0,1 ul de volumen de muestra como mínimo y de 10~200 ul, con incremento de 1ul para el módulo de inmunología como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 52 - LOTE 2 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podría admitir un equipo de química integrado con inmunología con velocidad de 1000 pruebas fotométricas por hora, hasta 1200 pruebas por hora con ISE y el módulo de inmunología con velocidad de hasta 240 test/hora como mínimo?"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 53 - LOTE 2 - UNIANALISIS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con longitudes de onda de 5 LED (430, 500, 565, 635, 760 nm)?"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 54 - LOTE 2 - UNIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital de celda de flujo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 55 - LOTE 2 - UNIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 56 - LOTE 2 - UNIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 57 - LOTE 2 - UNIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, sin la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 58 - LOTE 2 - UNIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, con la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario en forma de alarma?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 59 - LOTE 1 - SOPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un microscopio con distancia interpupilar desde 48 hasta 75 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 60 - LOTE 1 -SOPORTE HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un equipo de eritrosedimentación con velocidad de 180 test/hora como mínimo, que utilice el tubo de EDTA directamente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 61 - LOTE 2 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un microscopio con distancia interpupilar desde 48 hasta 75 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 62 - LOTE 2 - SOPORTE URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría admitir un microscopio con distancia interpupilar desde 48 hasta 75 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 63 - LOTE 2 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un microscopio con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 64 - LOTE 1 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un hemograma con velocidad de procesamiento de 110 test/hora como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 65 - LOTE 1 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

"Se podría admitir un hemograma que admita los sgtes volúmenes en los diferentes modos: Sangre total (Autocargador, Tubo cerrado) 80uL  
 Sangre capilar (Tubo cerrado) 35uL  
 Prediluido (Tubo cerrado) 20uL  
 Fluido corporal (Tubo cerrado) 85uL como mínimo?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 66 - LOTE 1 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

"Se podría admitir un hemograma que admita los sgtes volúmenes en los diferentes modos: Modo de predilución (sangre capilar), tubo abierto 40 ul  
 Modo manual (sangre completa), tubo abierto 150 ul  
 Modo de carga automática (sangre completa), tubo cerrado 200 ul  
 Modo manual (líquido corporal), tubo abierto 150 ul como mínimo?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 67 - LOTE 1 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un hemograma con velocidad de procesamiento de 125 test/hora y que admita líquidos corporales como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 68 - LOTE 1 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podria admitir tubos con gel de 3 y 6 ml? O ambos?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 69 - LOTE 1 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Cual seria el anticoagulante para glucosa solicitado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 70 - LOTE 2 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podria admitir tubos con gel de 3 y 6 ml? O ambos?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 71 - LOTE 2 - URIANALISIS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar tamaño y cantidad estimada a solicitar

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 72 - LOTE 2 - URIANALISIS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar tamaño y cantidad estimada a solicitar

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 73 - Lote 1(Ítem 1)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el Lote 1(Ítem 1), se especifica que la velocidad de procesamiento: 150 muestras/hora como mínimo, teniendo en cuenta que la mayoría de los analizadores hematológicos son de velocidad 120 muestras/hora, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Velocidad de procesamientos 120 muestras/hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 74 - Lotes 1,2,4 y 5(Ítems 2-4)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los Lotes 1,2,4 y 5(Ítems 2-4), se especifica que el Volumen de muestras debe ser de 2.5µl como mínimo, teniendo en cuenta que la mayoría de los analizadores de coagulación tiene un de volumen de muestra mínimo de 5µl, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Volumen de muestras: desde 5µl de muestra como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 75 - Lotes 1 y 2 (Ítems 2-4)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los Lotes 1 y 2 (Ítems 2-4), se especifica que la capacidad de muestra solicitada es de 50 muestras, teniendo en cuenta que la mayoría de los analizadores de coagulación de volumen medios cuentan con capacidad de muestras 40 máximo, se podría aceptar capacidad de 40 muestras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 76 - lotes 1,2,3,4,5 (Ítems 5-30)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los lotes 1,2,3,4,5 (Ítems 5-30), se especifica la Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas. Solicitamos a la convocante aclarar si dicha capacidad se refiere al volumen mínimo de aspiración por determinación de química o al volumen mínimo de aspiración para todo el perfil de la química		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 77 - lotes 1,2,3,4,5 (Ítem 45 y 61)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los lotes 1,2,3,4,5 (Ítem 45 y 61), se especifica metodología ELISA, podría aceptarse la metodología de CLIA, así se podría realizar todos los análisis de inmunología por una misma metodología unificada y en un solo equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 78 - lote 3 (Ítem 6-64)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el lote 3 (Ítem 6-64), se especifica para el equipo de inmunología capacidad de reactivos: 45 reactivos, debido a que la mayoría de los equipos de inmunología cuentan con 40-42 posiciones de reactivos sin auxiliares, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Capacidad de reactivos a bordo: 42 posiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 79 - lote 4 (Ítem 6-64)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el lote 4 (Ítem 6-64), se especifica Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología, o algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

### Consulta 80 - lote 1(Ítem 6-64)

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el lote 1(Ítem 6-64), se especifica Dos (02) equipos totalmente integrados para bioquímica clínica e inmunología y algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote, esto refiere a la cantidad de 2 equipos completamente integrados o refiere a 2 equipos (1 de química y 1 de inmunología) integrados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
<p>El pliego menciona: incluyendo los dispositivos necesarios para la realización del mismo; así mismo las medidas de certificación digital favor aclarar si se trata de dispositivos de firma digital para cada usuario.            Si es afirmativa la respuesta, por favor aclarar cual es la cantidad de usuarios a quienes se debe provisionar de firma digital.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 82 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
<p>Ítem 1: Velocidad de procesamiento: 150 muestras/hora como mínimo, Consultamos a la Convocante si serán aceptados equipo de características similares con velocidad de procesamiento de 80 muestras /hora, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 83 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
<p>Para todos los ítems. Favor aclarar el Promedio de pacientes al mes para el abastecimiento de insumos que no mencionan cantidad, como jeringas, curitas, etc. a fin de establecer un precio real a la necesidad de la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>Se aclara que el promedio de pacientes por mes es de:            LOTE 1-Hospital de Luque: En promedio 3500 pacientes por mes,35.000 determinaciones x mes            LOTE 2-Clinica Periférica Yrendague: En promedio 2800 pacientes x mes, 29.000 determinaciones x mes            LOTE 3-Clinica Periférica Nanawa: Promedio 5500 pacientes x mes, 89.500 determinaciones x mes            LOTE 4-Clinica Periférica Boquerón: Promedio 2130 pacientes x mes, 28.000 determinaciones x mes            LOTE 5-Clinica Periférica Campo Vía: Promedio 2100 pacientes x mes, 28.500 determinaciones x mes</p>		

## Consulta 84 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
<p>Para los ítems 2,3,4 y 5.Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Crasis un equipo con capacidad mínima: 40 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos y con capacidad mínima de 10 posiciones refrigeradas para los reactivos??</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

## Consulta 85 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los ítems 2,3,4 y 5 ¿Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Crasis un equipo con capacidad mínima de volumen de muestra de 3 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 86 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el ítem 65 Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Uroanálisis un equipo Integrado en una sola plataforma con capacidad de 50 muestras como mínimo en el módulo de carga, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 87 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En la solicitud del PBC Menciona con la firma electrónica del Bioquímico responsable, se refiere a la firma digital legal, y si así fuere, ¿Cuántos usuarios deberán ser provistos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 88 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En caso de que existan erogaciones en adecuaciones y remodelaciones la misma está a cargo de la empresa adjudicada. ¿Se podría establecer un máximo de costos para adecuaciones?, teniendo en cuenta que dichos costos impacta sobre el precio de los reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Se aclara que los 5 Laboratorios (lote 1-2-3-4-5), están en funcionamiento. Cuando hablamos de adecuación nos referimos a que si hace falta algo para hacer que el equipo en comodato funcione correctamente, el oferente deberá correr con los gastos (cable, agua, desagüe, refrigeración, internet). El costo no se puede precisar porque depende del requerimiento del equipo		

## Consulta 89 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el ítem 1 Parámetros medidos en sangre total: Mínima de 30 parámetros hematológicos y 2 para líquidos biológicos de punción. ¿Se podría ofertar un equipo capaz de realizar un Mínima de 30 parámetros hematológicos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 90 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el Ítem 1 Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Hemograma un equipo con Velocidad de procesamiento: 80 muestras/hora como mínimo, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 91 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el Ítem 1 Provisión de controles alto, medio y bajo a ser pasados dos veces por día en los tres equipos, por favor aclarar para cuantos equipos será la provisión de controles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 92 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para todos los ítems. Promedio de pacientes al mes para el abastecimiento de insumos que no mencionan cantidad, como jeringas, curitas, algodón, colorantes para tinción May-Grünwald Giemsa, laminas portaobjetos etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Se aclara que en promedio 2800 pacientes x mes, para el lote 2.		

## Consulta 93 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los Items 2,3,4 y 5. Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Crasis un equipo con Capacidad mínima: 40 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos y con capacidad mínima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los Items 2,3,4 y 5. ¿Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Crasis un equipo con capacidad mínima de volumen de muestra de 3 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 95 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los ítems 6 al 64. Solicita Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología, o algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote. Podría ofertarse equipos separados que cumplan con todas las determinaciones solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 96 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el ítem 65 Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Uroanálisis un equipo Integrado en una sola plataforma con capacidad de 50 pruebas /hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 97 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el ítem 65 ¿El equipo podrá tener la capacidad de analizar otros fluidos corporales? Se solicita aclaración sobre el listado de muestras que se requiere que lea el equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los ítems 2,3,4 y 5 Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Crasis un equipo con Capacidad mínima: 40 muestras, en tubos primarios, con adaptadores para tubos pediátricos y con capacidad mínima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los ítems 6 al 64Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología, o algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote. Podría ofertarse equipos separados que cumplan con todas las determinaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los ítems 6 al 64 Con respecto al equipo integrado de Química-Inmuno se puede ofertar equipo con capacidad de muestras de 140 posiciones para el modulo de química.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los ítems 6 al 64 Con respecto al equipo integrado de Química-Inmuno se puede ofertar equipo con capacidad de reactivos a bordo de 36 para el módulo de inmunología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el ítem 65 Con respecto al equipo para uroanálisis se puede ofertar equipo con capacidad de procesamiento: de 50 muestras de orina/hora como mínimo, reporte de por lo menos de 11 parámetros cuantitativos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el ítem 65 Con respecto al equipo para uroanálisis se puede ofertar equipo con capacidad de volumen de muestra: de 3 ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 104 - Lote 1, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crisis sanguínea, en cuanto al volumen de muestra 2,5 &#956;l se refiere al volumen mínimo de pipeteo del equipo para realizar una determinación o la cantidad mínima de muestra a ser procesada por el equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 105 - Lote 1, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, si según lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, el volumen mínimo para procesamiento de muestra sería 1mL tanto para muestras pediátricas como de adultos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 106 - Lote 1, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 107 - Lote 1, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se podría aceptar un equipo totalmente automatizado con capacidad mínima de procesamiento de 5uL para Crasis Sanguínea?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 108 - Lote 1, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 109 - Lote 1, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 110 - Lote 1, Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad a otras empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi-automatizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 111 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 112 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 113 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 114 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

### Consulta 115 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad de competencia a todas las empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi automatizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 116 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crisis sanguínea, en cuanto al volumen de muestra 2,5 µl; se refiere al volumen mínimo de pipeteo del equipo para realizar una determinación o la cantidad mínima de muestra a ser procesada por el equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 117 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar, si según lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, el volumen mínimo para procesamiento de muestra sería 1mL tanto para muestras pediátricas como de adultos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 118 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crasis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 119 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar un equipo totalmente automatizado con capacidad mínima de procesamiento de 5uL para Crasis Sanguínea?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 120 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 121 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 122 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad de competencia a todas las empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi automatizada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 123 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crisis sanguínea, en cuanto al volumen de muestra 2,5 µl se refiere al volumen mínimo de pipeteo del equipo para realizar una determinación o la cantidad mínima de muestra a ser procesada por el equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 124 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita a la convocante aclarar, si según lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crisis sanguínea, el volumen mínimo para procesamiento de muestra sería 1mL tanto para muestras pediátricas como de adultos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 125 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 126 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar un equipo totalmente automatizado con capacidad mínima de procesamiento de 5uL para Crisis Sanguínea?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 127 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 128 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.

## Consulta 129 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita amablemente a la convocante especificar el volumen mínimo requerido para procesamiento en equipos automatizados de orina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 130 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad de competencia a todas las empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi automatizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 131 - Capacidad Técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
La convocante solicita d. Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa teniendo un retraso importante Dinavisa en la emisión de dicho documento. Solicitamos a la convocante o excluir dicho requisito o bien que el proveedor pueda demostrar con algún documento como el pago de la liquidación o el número de trámite de que los mismos se encuentran pendiente de emisión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 132 - Certificado de Buenas practicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
EL pliego de bases y condiciones solicita: Certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento y depósito, emitido por el MSP y BS, el cual deberá estar vigente durante toda la duración del contrato. Este deberá ser para productos de Diagnostico de uso invitro emitido o por laboratorio central o Dinavisa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 133 - Orina automatizada

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante excluir de cada uno de los lotes el equipo de orina automatizada y crear lotes de manera independiente como venía realizando el Instituto de Previsión social en llamados anterior, de esta manera no se limitaría la participación a las empresas de contar indefectiblemente todas las demás determinaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 134 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos Aclarar si las especificaciones Técnicas señaladas entre las páginas 53/95 a 56/95 corresponden al lote 3, ya que suponemos que por error de tipeo en la página 53/95 dice Anexo 3, Lote1, así mismo en la página 56/95 señala Lote 2 previo a la descripción de las Especificaciones de Uroanálisis. Favor corregir, indicando que se refiere al Lote 3

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 135 - LOTE 1 AL 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

La Metodología solicitada para los equipos de Inmunología de todos los lotes es quimioluminiscencia, sin embargo, en el listado de reactivos a procesar por esos equipos se indica en el ítem 45 y el ítem 61 de los analitos Chagas y HIV respectivamente que deben ser procesados por metodología Elisa. Por lo que se solicita a la convocante se corrija la metodología de estos dos ensayos, para que sean procesados todos y cada uno por quimioluminiscencia ya que esta metodología es superior en sensibilidad, reproducibilidad y especificidad. Y recalcando que todos los servicios que están en el llamado, procesan actualmente estos analitos con la metodología quimioluminiscencia, como se solicitaba en la licitación LPN SBE Nro 25/20. ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS AD REFERENDUM 2021 ID 383.793. Versión 3

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 136 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
----------	-------------------	------------

Se verifica discrepancias en todos los lotes respecto a los equipamientos a entregarse en comodato. Por un lado están los cuadros que describen los analitos / reactivos donde también se describe los equipos y por otro lado en otras partes del pliego consta las condiciones y especificaciones de los equipos. La descripción de los equipos en estas dos partes del pliego no coincide. En algunos apartados requieren equipos automatizados, en otros equipos separados, en otros integrados, en otros auxiliares y finalmente en algunos están combinados. De la manera en que esta requerido existe una confusión total, además de que la tecnología debe unificarse optimizando los espacios físicos de los laboratorios, recursos hoy existentes y garantizando un tiempo de respuesta oportuno, ajustándolo también a la forma en que siempre han sido requeridos. Por tanto, solicitamos unificar los equipos de Bioquímica Clínica e Inmunología en todos los lotes a INTEGRADOS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

### Consulta 137 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
El pliego menciona: incluyendo los dispositivos necesarios para la realización del mismo; así mismo las medidas de certificación digital favor aclarar si se trata de dispositivos de firma digital para cada usuario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 138 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para todos los ítems. Solicitamos remitir el promedio de pacientes al mes para el abastecimiento de insumos que no mencionan cantidad, como jeringas, curitas, algodón, colector de orina, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Se aclara que: Lote 4 Boquerón: 1.800 pacientes /mes, 28.000 determinaciones x mes, 1.000 orinas /mes.		

### Consulta 139 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el Item 65 Con respecto al equipo para uroanálisis consultamos a la Convocante si será aceptada oferta con equipo con capacidad de procesamiento: de 50 muestras de orina/hora como mínimo, reporte de por lo menos de 11 parámetros cuantitativos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 140 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
El pliego menciona: incluyendo los dispositivos necesarios para la realización del mismo; así mismo las medidas de certificación digital favor aclarar si se trata de dispositivos de firma digital para cada usuario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 141 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el Item 1 Provisión de controles alto, medio y bajo a ser pasados dos veces por día en los tres equipos, por favor aclarar para cuantos equipos será la provisión de controles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

## Consulta 142 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para los Items 2,3,4 y 5¿Podría ofertarse en el ítem correspondiente a Crasis un equipo con capacidad mínima de volumen de muestra de 3 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 143 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para Todos los ítems. Solicitamos se remita el Promedio de pacientes al mes para el abastecimiento de insumos que no mencionan cantidad, como jeringas, curitas, algodón, colector de orina, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Se aclara que: Lote 5 CP Campo Vía 2100 pacientes/mes, 27,50 determinaciones/mes , 1500 orina/mes en promedio		

## Consulta 144 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Para el Item 65 Con respecto al equipo para uroanálisis consultamos a la Convocante si será aceptada oferta con equipo con capacidad de procesamiento: de 50 muestras de orina/hora como mínimo, reporte de por lo menos de 11 parámetros cuantitativos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 145 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1 Y LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Ítem 1 del Lote 1 y el Ítem 1 del Lote 2 para Hemograma. Se solicita a la Convocante sean aceptada oferta con equipo automático para eritrosedimentación con capacidad de análisis mínimo de 20 muestras hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 146 - Sistema de Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Con respecto al sistema de adjudicación, solicitamos amablemente a la convocante que considere la posibilidad de realizar la adjudicación por ítem. Esto permitirá una mayor participación de oferentes y una más amplia variedad de ofertas, lo cual será beneficioso para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 147 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante que aclare cuáles son los montos mínimos y máximos por cada ítem solicitado, con el fin de manejar las cantidades estimadas de cada ítem. Esto facilitará la realización de cálculos de costos y permitirá presentar una oferta más precisa y adecuada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el promedio de pacientes son los siguientes:  
LOTE 1-Hospital de Luque: En promedio 3500 pacientes por mes, 35.000 determinaciones x mes  
LOTE 2-Clinica Periférica Yrendague: En promedio 2800 pacientes x mes, 29.000 determinaciones x mes  
LOTE 3-Clinica Periférica Nanawa: Promedio 5500 pacientes x mes, 89.500 determinaciones x mes  
LOTE 4-Clinica Periférica Boquerón: Promedio 2130 pacientes x mes, 28.000 determinaciones x mes  
LOTE 5-Clinica Periférica Campo Vía: Promedio 2100 pacientes x mes, 28.500 determinaciones x mes

## Consulta 148 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante proporcionar información detallada sobre la cantidad de determinaciones requeridas para las tiras reactivas de orina solicitadas, así como los parámetros que estas deben incluir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 149 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

En la sección de especificaciones técnicas, en la parte de TEST DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, se solicita reactivo para HCG. Se solicita amablemente a la convocante considerar tanto presentaciones en casete como en tiras. Esta consideración permitirá la participación de un mayor número de oferentes y ofrecerá un rango más amplio de precios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 150 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

En la sección de especificaciones técnicas, en la parte de TEST DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, se solicita DENGUE TEST RAPIDO. Se solicita amablemente a la convocante especificar si se refiere a la detección de anticuerpos contra el dengue

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 151 - Lote 1(Ítem 1)

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el Lote 1(Ítem 1), se especifica que la velocidad de procesamiento: 150 muestras/hora como mínimo, teniendo en cuenta que la mayoría de los analizadores hematológicos son de velocidad 120 muestras/hora, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Velocidad de procesamientos 120 muestras/hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 152 - LOTE 3 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de capacidad para 27 muestras en gradillas de 9 posiciones cada una, con 20 posiciones para reactivos + 3 extras para diluyentes y solución limpiadora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 153 - Lotes 1,2,4 y 5(Ítems 2-4)

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los Lotes 1,2,4 y 5(Ítems 2-4), se especifica que el Volumen de muestras debe ser de 2.5µl como mínimo, teniendo en cuenta que la mayoría de los analizadores de coagulación tiene un de volumen de muestra mínimo de 5ul, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Volumen de muestras: desde 5µl de muestra como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 154 - LOTE 3 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 50 uL para TP, APTT y TT 10 uL para Fibrinógeno como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 155 - Lotes 1 y 2 (Ítems 2-4)

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los Lotes 1 y 2 (Ítems 2-4), se especifica que la capacidad de muestra solicitada es de 50 muestras, teniendo en cuenta que la mayoría de los analizadores de coagulación de volumen medios cuentan con capacidad de muestras 40 máximo, se podría aceptar capacidad de 40 muestras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 156 - LOTE 3 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un coagulímetro con capacidad para realizar la pre-dilución automática de las muestras pero con volumen de muestra de 50 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 157 - lotes 1,2,3,4,5 (Ítems 5-30)

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los lotes 1,2,3,4,5 (Ítems 5-30), se especifica la Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas. Solicitamos a la convocante aclarar si dicha capacidad se refiere al volumen mínimo de aspiración por determinación de química o al volumen mínimo de aspiración para todo el perfil de la química		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 158 - LOTE 3 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 500 uL, con velocidad de 200 test/h como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 159 - lotes 1,2,3,4,5 (Ítem 45 y 61),

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para los lotes 1,2,3,4,5 (Ítem 45 y 61), se especifica metodología ELISA, podría aceptarse la metodología de CLIA, así se podría realizar todos los análisis de inmunología por una misma metodología unificada y en un solo equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 160 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo que admita volumen de muestra: de 1.5-35 ul con incremento de 0.1 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 161 - LOTE 3 - QUIMICA - INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química y otro equipo de inmunología por separado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 162 - lote 3 (Ítem 6-64)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el lote 3 (Ítem 6-64), se especifica para el equipo de inmunología capacidad de reactivos: 45 reactivos, debido a que la mayoría de los equipos de inmunología cuentan con 40-42 posiciones de reactivos sin auxiliares, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Capacidad de reactivos a bordo: 42 posiciones.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 163 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de soporte para química y otro para el área de inmunología en caso de no contar con un equipo que realice todas las determinaciones solicitadas?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 164 - lote 4 (Ítem 6-64)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el lote 4 (Ítem 6-64), se especifica Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología, solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro para que quede de la siguiente manera: Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología, o algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 165 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de química con velocidad de 800T/H, hasta 1200T/H con ISE como mínimo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

### Consulta 166 - lote 1(Ítem 6-64

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
En las especificaciones técnicas del equipo automatizado a ser entregado en comodato para el lote 1(Ítem 6-64), se especifica Dos (02) equipos totalmente integrados para bioquímica clínica e inmunología y algún equipo auxiliar en caso que no realice todas las determinaciones en el lote, esto refiere a la cantidad de 2 equipos completamente integrados o refiere a 2 equipos (1 de química y 1 de inmunología) integrados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 167 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de inmunologia con velocidad de 180 test/h, con puntas desechables como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 168 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de inmunologia que admita un volumen de 150 uL como mínimo? Variando entre cada determinación respectiva el volumen requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 169 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química que admita entre 1 - 25 ul, con un incremento de 0,1 ul de volumen de muestra como mínimo y de 10~200 ul, con incremento de 1ul para el módulo de inmunologia como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 170 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo de química integrado con inmunologia con velocidad de 1000 pruebas fotométricas por hora, hasta 1200 pruebas por hora con ISE y el modulo de inmunologia con velocidad de hasta 240 test/hora como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 171 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo de química/inmunología integrado con velocidad de 2000 pruebas fotométricas/hora, hasta 2400 pruebas/hora incluyendo ISE?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 172 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología integrado con capacidad de hasta 580 muestras, con 144 posiciones de reactivos para el módulo de química?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 173 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología con velocidad de hasta 500 pruebas/hora como mínimo para el módulo de inmunología?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 174 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir más de un equipo de soporte en caso de que 1 no cumpla con todo lo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 175 - LOTE 3 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología con capacidad en el módulo de inmunología de hasta 36 posiciones de reactivos de carga continua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 176 - LOTE 3 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con longitudes de onda de 5 LED (430, 500, 565, 635, 760 nm)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

### Consulta 177 - LOTE 3 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital de celda de flujo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 178 - LOTE 3 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 179 - LOTE 3 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 180 - LOTE 3 -URINOANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, sin la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 181 - LOTE 3 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, con la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario en forma de alarma?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 182 - LOTE 4 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un hemograma con velocidad de procesamiento de 110 test/hora, con 31 parametros y que admita líquidos corporales como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 183 - LOTE 4 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un hemograma que admita los sgtes volúmenes en los diferentes modos: Sangre total (Autocargador, Tubo cerrado) 80uL Sangre capilar (Tubo cerrado) 35uL Prediluido (Tubo cerrado) 20uL Fluido corporal (Tubo cerrado) 85uL como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 184 - LOTE 4 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de capacidad para 27 muestras en gradillas de 9 posiciones cada una, con 20 posiciones para reactivos + 3 extras para diluyentes y solución limpiadora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 185 - LOTE 4 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 50 uL para TP, APTT y TT 10 uL para Fibrinógeno como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 186 - LOTE 4 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un coagulímetro con capacidad para realizar la pre-dilución automática de las muestras pero con volumen de muestra de 50 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 187 - LOTE 4 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 500 uL, con velocidad de 200 test/h como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 188 - LOTE 4- CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 500 uL, con velocidad de 200 test/h como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 189 - LOTE 4 - INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo que admita volumen de muestra: de 1.5-35 ul con incremento de 0.1 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 190 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química y otro equipo de inmunología por separado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 191 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de soporte para química y otro para el área de inmunología en caso de no contar con un equipo que realice todas las determinaciones solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 192 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química con velocidad de 800T/H, hasta 1200T/H con ISE como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 193 - LOTE 4- QUIMICA - INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de inmunología con velocidad de 180 test/h, con puntas desechables como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 194 - LOTE 4 - QUIMICA INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de inmunología que admita un volumen de 150 uL como mínimo? Variando entre cada determinación respectiva el volumen requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 195 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química que admita entre 1 - 25 ul, con un incremento de 0,1 ul de volumen de muestra como mínimo y de 10~200 ul, con incremento de 1ul para el módulo de inmunología como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 196 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo de química integrado con inmunología con velocidad de 1000 pruebas fotométricas por hora, hasta 1200 pruebas por hora con ISE y el modulo de inmunología con velocidad de hasta 240 test/hora como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 197 - LOTE 4 - QUIMICA INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo de química/inmunología integrado con velocidad de 2000 pruebas fotométricas/hora, hasta 2400 pruebas/hora incluyendo ISE?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 198 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología integrado con capacidad de hasta 580 muestras, con 144 posiciones de reactivos para el módulo de química?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 199 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología con velocidad de hasta 500 pruebas/hora como mínimo para el módulo de inmunología?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 200 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir más de un equipo de soporte en caso de que 1 no cumpla con todo lo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 201 - LOTE 4 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología con capacidad en el módulo de inmunología de hasta 36 posiciones de reactivos de carga continua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 202 - LOTE 4 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con longitudes de onda de 5 LED (430, 500, 565, 635, 760 nm)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 203 - LOTE 4 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital de celda de flujo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 204 - LOTE 4 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 205 - LOTE 4 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 206 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

En el Pbc en la capacidad técnica solicita "Certificado de buenas practicas emitido por el Ministerio de Salud," favor excluir dicho requisito debido a que Dnvs (ente regulador y emisor de dicha documentación) a la fecha no está emitiendo lo solicitado para diagnóstico de uso in vitro

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 207 - LOTE 4 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos:

RBC Eritrocitos

WBC Leucocitos

NEC Células epiteliales no escamosas

SEC Células epiteliales escamosas

YEA Levaduras

CRY Cristales

BAC Bacterias

HYA Cilindros hialinos

SPRM Esperma

MUC Mocos, sin la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 208 - LOTE 4 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, con la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario en forma de alarma?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 209 - LOTE 5 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un hemograma con velocidad de procesamiento de 110 test/hora, con 31 parametros y que admita líquidos corporales como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 210 - LOTE 5 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un hemograma que admita los sgtes volúmenes en los diferentes modos: Sangre total (Autocargador, Tubo cerrado) 80uL Sangre capilar (Tubo cerrado) 35uL Prediluido (Tubo cerrado) 20uL Fluido corporal (Tubo cerrado) 85uL como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 211 - LOTE 5 - CRISIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de capacidad para 27 muestras en gradillas de 9 posiciones cada una, con 20 posiciones para reactivos + 3 extras para diluyentes y solución limpiadora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 212 - LOTE 5 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 50 uL para TP, APTT y TT 10 uL para Fibrinógeno como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 213 - LOTE 5 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un coagulímetro con capacidad para realizar la pre-dilución automática de las muestras pero con volumen de muestra de 50 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 214 - LOTE 5 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de coagulación que admita volumen de muestra: 500 uL, con velocidad de 200 test/h como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 215 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo que admita volumen de muestra: de 1.5-35 ul con incremento de 0.1 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 216 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química y otro equipo de inmunología por separado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 217 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de soporte para química y otro para el área de inmunología en caso de no contar con un equipo que realice todas las determinaciones solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 218 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química con velocidad de 800T/H, hasta 1200T/H con ISE como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 219 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de inmunología con velocidad de 180 test/h, con puntas desechables como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 220 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de inmunología que admita un volumen de 150 uL como mínimo? Variando entre cada determinación respectiva el volumen requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 221 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo que admita volumen de muestra: de 1.5-45 ul con incremento de 0.1 ul como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 222 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo integrado de química/inmunología con velocidad de 600 pruebas fotométricas/hora, hasta 800 pruebas/hora con ISE, con 80 posiciones de reactivos con sistema de refrigerado como mínimo, para el módulo de química y de hasta 240 pruebas/hora?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 223 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química que admita entre 1 - 25 ul, con un incremento de 0,1 ul de volumen de muestra como mínimo y de 10~200 ul, con incremento de 1ul para el módulo de inmunología como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 224 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo de química integrado con inmunología con velocidad de 1000 pruebas fotométricas por hora, hasta 1200 pruebas por hora con ISE y el módulo de inmunología con velocidad de hasta 240 test/hora como mínimo?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 225 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo de química/inmunología integrado con velocidad de 2000 pruebas fotométricas/hora, hasta 2400 pruebas/hora incluyendo ISE?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 226 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología integrado con capacidad de hasta 580 muestras, con 144 posiciones de reactivos para el módulo de química?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 227 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología con velocidad de hasta 500 pruebas/hora como mínimo para el módulo de inmunología?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 228 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología integrado con capacidad de hasta 580 muestras, con 144 posiciones de reactivos para el módulo de química?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 229 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de química/inmunología con capacidad en el módulo de inmunología de hasta 36 posiciones de reactivos de carga continua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 230 - LOTE 5 - QUIMICA- INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir más de un equipo de soporte en caso de que 1 no cumpla con todo lo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 231 - LOTE 5 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con longitudes de onda de 5 LED (430, 500, 565, 635, 760 nm)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 232 - LOTE 5 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con principio de medición: Reflectancia, Refractometría y Imagen digital de celda de flujo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 233 - LOTE 5 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 225 muestras por hora, Máximo 400 tiras (200 tiras x 2 cajas de alimentación), con carga máxima de 100 muestras (circulación)?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 234 - LOTE 5 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo automatizado de orina con rendimiento de 60 muestras por hora para el módulo de sedimento con resultado dentro de los 10 minutos y consumo menor al 1 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 235 - LOTE 5 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, sin la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 236 - LOTE 5 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
"Se podría admitir un equipo automatizado de orina que cuente con los sgtes parámetros analíticos: RBC Eritrocitos WBC Leucocitos NEC Células epiteliales no escamosas SEC Células epiteliales escamosas YEA Levaduras CRY Cristales BAC Bacterias HYA Cilindros hialinos SPRM Esperma MUC Mocos, con la identificación de cilindros patológicos para la unidad de sedimento urinario en forma de alarma?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 237 - LOTE 5 - URIANALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se solicita amablemente a la convocante separar el item de orina del lote 1,2,3,4,5 como un lote independiente, para dar mayor oportunidad a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 238 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Lote 1, Lote 2 : Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, en cuanto al volumen de muestra 2,5 &#956;l se refiere al volumen mínimo de pipeteo del equipo para realizar una determinación o la cantidad mínima de muestra a ser procesada por el equipo?Lote 1, Lote 2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 239 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Lote 1, Lote 2 : Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, en cuanto al volumen de muestra 2,5 &#956;l se refiere al volumen mínimo de pipeteo del equipo para realizar una determinación o la cantidad mínima de muestra a ser procesada por el equipo?Lote 1, Lote 2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 240 - LOTE 3 - SOPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un equipo de eritrosedimentación con velocidad de 180 test/hora como mínimo, que utilice el tubo de EDTA directamente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 241 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Lote 1, Lote 2 Se solicita a la convocante aclarar, si según lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, el volumen mínimo para procesamiento de muestra sería 1mL tanto para muestras pediátricas como de adultos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 242 - LOTE 3 - SOPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir una centrifuga sin regulador de temperatura?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 243 - LOTE 3 - SOPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Se podría admitir un microscopio con distancia interpupilar desde 48 hasta 75 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 244 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Lote 1, Lote 2 Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crasis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

### Consulta 245 - LOTE 3 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un microscopio con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 246 - LOTE 3 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podría admitir un microscopio binocular de polarización con luz reflejada y transmitida, incluyendo filtros polarizadores, sin lente de Bertrand para observación oblicua, sin filtro azul, filtro giratorio, filtro rojo luz incidente con filtro polarizador?"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 247 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Lote 1, Lote 2 Se podría aceptar un equipo totalmente automatizado con capacidad mínima de procesamiento de 5uL para Crasis Sanguínea?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

### Consulta 248 - LOTE 4 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un microscopio con distancia interpupilar desde 48 hasta 75 mm, con iluminación NEOled?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 249 - LOTE 4 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una centrifuga sin regulador de temperatura?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 250 - LOTE 4 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un microscopio con distancia interpupilar desde 48 hasta 75 mm?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 251 - LOTE 4 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un microscopio con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 252 - LOTE 4 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podría admitir un microscopio binocular de polarización con luz reflejada y transmitida, incluyendo filtros polarizadores, sin lente de Bertrand para observación oblicua, sin filtro azul, filtro giratorio, filtro rojo luz incidente con filtro polarizador?"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 253 - LOTE 5 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un microscopio con distancia interpupilar desde 48 hasta 75 mm, con iluminación NEOled?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 254 - LOTE 5 - SOPORTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una centrifuga sin regulador de temperatura?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 255 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Lote 1, Lote 2 Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 256 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Lote 1, Lote 2 Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

: El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 257 - Para los lotes 1,2,3,4,5

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un equipo soporte que realice la determinación de chagas por separado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 258 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Lote 1, Lote 2 Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad a otras empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi-automatizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 259 - Para los lotes 1,2,3,4,5

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo soporte que realice la determinación de hepatitis A por separado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 260 - Para los lotes 1,2,3,4,5

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo que realice la determinación de HIV por CLIA automatizado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

### Consulta 261 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Lote 3 Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

### Consulta 262 - Para los lotes 1,2,3,4,5

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo que realice la determinación de HIV por CLIA automatizado?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 263 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Lote 3 Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión</p>		

## Consulta 264 - Para los lotes 1,2,3,4,5

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Se precisaràn tiras manuales o solo las tiras para equipo automatizado? Para los lotes 1,2,3,4,5. Favor aclarar cantidad estimada segùn sea el caso</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 265 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Lote 3 Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50&amp;#956;l como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión</p>		

## Consulta 266 - LOTE 3 - INSUMOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Se podria admitir tubos con gel de 3 y 6 ml? O ambos?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 267 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Lote 3 Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad de competencia a todas las empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi automatizada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 268 - LOTE 3 - INSUMOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Se solicita a la convocante aclarar tamaño y cantidad estimada a solicitar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>Se aclara que se estima que atenderán en promedio 5.500 pac/mes, 89.000 determinaciones/mes.</p>		

## Consulta 269 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Lote 4 Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, en cuanto al volumen de muestra 2,5 &amp;#956;l se refiere al volumen mínimo de pipeteo del equipo para realizar una determinación o la cantidad mínima de muestra a ser procesada por el equipo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión</p>		

## Consulta 270 - LOTE 3 - INSUMOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Se solicita a la convocante aclarar tamaño y cantidad estimada a solicitar</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>Se aclara que se estima que atenderán en promedio 5.500 pac/mes, 89.000 determinaciones/mes.</p>		

## Consulta 271 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Lote 4 Se solicita a la convocante aclarar, si según lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, el volumen mínimo para procesamiento de muestra sería 1mL tanto para muestras pediátricas como de adultos?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión</p>		

## Consulta 272 - LOTE 3- INSUMOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir tubos con gel de 3 y 6 ml? O ambos?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 273 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Lote 4 Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 274 - LOTE 4 - INSUMOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir tubos con gel de 3 y 6 ml? O ambos?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 275 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Lote 4 Se podría aceptar un equipo totalmente automatizado con capacidad mínima de procesamiento de 5uL para Crisis Sanguínea?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 276 - LOTE 4 - INSUMOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar tamaño y cantidad estimada a solicitar

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que el promedio de pacientes por mes del LOTE 4-Clinica Periférica Boquerón es de 2130 pacientes, 28.000 determinaciones por mes.

## Consulta 277 - LOTE 4 - INSUMOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar tamaño y cantidad estimada a solicitar

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el promedio de pacientes por mes del LOTE 4-Clinica Periférica Boquerón es de 2130 pacientes, 28.000 determinaciones por mes.

## Consulta 278 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Lote 4 Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 279 - LOTE 5 - INSUMOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Que cantidad sería la necesaria, favor especificar o estimar cantidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el promedio de pacientes por mes del LOTE 5-Clinica Periférica Campo Vía es de 2100 pacientes, 28.500 determinaciones por mes.

## Consulta 280 - LOTE 5 - INSUMOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir tubos con gel de 3 y 6 ml? O ambos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 281 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
----------	-------------------	------------

Lote 4 Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50µl como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 282 - LOTE 5 - INSUMOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar tamaño y cantidad estimada a solicitar

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que el promedio de pacientes por mes del LOTE 5-Clinica Periférica Campo Vía es de 2100 pacientes, 28.500 determinaciones por mes.

## Consulta 283 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Lote 4 Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad de competencia a todas las empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi automatizada.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 284 - LOTE 5- INSUMOS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar cantidad estimada a solicitar

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que el LOTE 5-Clinica Periférica Campo Vía tiene un promedio 2100 pacientes por mes, 28.500 determinaciones por mes y trabajan 24 hs de Lunes a Lunes

## Consulta 285 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Lote 5 Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, en cuanto al volumen de muestra 2,5 &#956;l se refiere al volumen mínimo de pipeteo del equipo para realizar una determinación o la cantidad mínima de muestra a ser procesada por el equipo?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 286 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Lote 5 Se solicita a la convocante aclarar, si según lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Crasis sanguínea, el volumen mínimo para procesamiento de muestra sería 1mL tanto para muestras pediátricas como de adultos?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 287 - EETT - Registro Sanitario.

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que aclare el siguiente punto donde dice: Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por el Laboratorio Central del MSP y BS, ya que el ente regulador que emite este registro actualmente es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 288 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
LOTE 5: Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 289 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
LOTE 5: Se podría aceptar un equipo totalmente automatizado con capacidad mínima de procesamiento de 5uL para Crisis Sanguínea?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 290 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
LOTE 5: Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Bioquímica Clínica e Inmunología, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión		

## Consulta 291 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>LOTE 5: Se solicita a la convocante aclarar, lo expresado en las Especificaciones técnicas de los equipos para Bioquímica Clínica e Inmunología, en el ítem que expresa Capacidad de procesar pequeños volúmenes de muestras (50#956;l como mínimo) para todas las determinaciones químicas, se solicita aclarar si esto se refiere a que con esta cantidad de muestra, no se debe presentar inconveniente al momento de procesar cualquiera de las determinaciones solicitadas o si se refiere a que con ese volumen se debe tener la capacidad de procesar todas las determinaciones</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión</p>		

## Consulta 292 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>LOTE 5: Se solicita amablemente a la convocante especificar el volumen mínimo requerido para procesamiento en equipos automatizados de orina.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 293 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>LOTE 5: Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de aceptar un equipo totalmente automatizado para Hemograma, que no realiza las diluciones de forma automática pero sí dispensa el diluyente de forma automatizada, de modo a que el operador solamente debe agregar el volumen de muestra. Se solicita esto a modo a dar posibilidad de competencia a todas las empresas ya que la mayoría de los equipos automatizados de hemograma poseen esta modalidad de dilución semi automatizada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 294 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>La convocante solicita d. Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa teniendo un retraso importante Dinavisa en la emisión de dicho documento. Solicitamos a la convocante o excluir dicho requisito o bien que el proveedor pueda demostrar con algún documento como el pago de la liquidación o el número de trámite de que los mismos se encuentran pendiente de emisión.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión</p>		

## Consulta 295 - Certificado de Buenas practicas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

EL pliego de bases y condiciones solicita: Certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento y depósito, emitido por el MSP y BS, el cual deberá estar vigente durante toda la duración del contrato. Este deberá ser para productos de Diagnostico de uso invitro emitido o por laboratorio central o Dinavisa?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 296 - Capacidad Tecnica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante eliminar el punto donde dice: Certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento y depósito, emitido por el MSP y BS, el cual deberá estar vigente durante toda la duración del contrato. Dicho certificado actualmente no es emitido por el ente regulador que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria el cual es un ente autónomo (no dependiente del ministerio de salud como solicita el pliego).

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 297 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante excluir de cada uno de los lotes el equipo de orina automatizada y crear lotes de manera independiente como venía realizando el Instituto de Previsión social en llamados anterior, de esta manera no se limitaría la participación a las empresas de contar indefectiblemente todas las demás determinaciones.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 298 - Capacidad Tecnica

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-07-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante eliminar el punto donde dice: Certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento y depósito, emitido por el MSP y BS, el cual deberá estar vigente durante toda la duración del contrato. Dicho certificado actualmente no es emitido por el ente regulador que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria el cual es un ente autónomo (no dependiente del ministerio de salud como solicita el pliego).

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-09-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última Versión

## Consulta 299 - ITEMS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Los test de diagnósticos rápidos en laboratorios de análisis clínicos, están incluidos como un título en cada lote requerido. Los diagnósticos rápidos siempre han sido requeridos en forma independiente en razón a que son realizados en forma manual, sin necesidad de equipos automatizados. Por tanto solicitamos excluir este título de los lotes requeridos y en su caso conformarlos en forma independiente bajo un nuevo número de lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 300 - ITEMS-TEST RAPIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Los test de diagnósticos rápidos en laboratorios de análisis clínicos, están incluidos como un título en cada lote requerido. Los diagnósticos rápidos siempre han sido requeridos en forma independiente en razón a que son realizados en forma manual, sin necesidad de equipos automatizados. Por tanto solicitamos excluir este título de los lotes requeridos y en su caso conformarlos en forma independiente bajo un nuevo número de lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		