

Consultas Realizadas

Licitación 436154 - CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024

Consulta 1 - CAPACIDAD TECNICA:

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
<p>En el Punto G La convocante solicita Certificados de Calidad de Origen del producto terminado de los ítems debidamente autenticados, que se requieren en el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos.</p> <p>Solicitamos a la convocante pueda aclarar si este requisito corresponde a las muestras a ser entregadas para peritaje analítico de control de calidad, en la etapa de evaluación o para la entrega del producto adjudicado en el parque sanitario</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
<p>Se aclara que el requerimiento se solicitara durante la etapa de evaluación</p>		

Consulta 2 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
<p>En el punto H la convocante solicita Catalogo de lo ofertado: se deben presentar catálogos técnicos ilustrativos y hojas técnicas del bien ofertado, traducido al español. Con el catálogo se verificará si lo ofertado corresponde y se ajusta al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, etc., que deberá estar de acuerdo a los documentos obrantes en el MSPyBS.</p> <p>Por lo expuesto solicitamos a la convocante modificar a Catalogo de lo ofertado: se deben presentar catálogos técnicos ilustrativos y/o hojas técnicas del bien ofertado, traducido al español. Con el catálogo se verificará si lo ofertado corresponde y se ajusta al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas, origen, marca, fabricante, presentación, etc., que deberá estar de acuerdo a los documentos obrantes en el MSPyBS. Por otra parte unificar el punto h del 9.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 3 - CAPACIDAD TECNICA:

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
<p>En el Punto G La convocante solicita Certificados de Calidad de Origen del producto terminado de los ítems debidamente autenticados, que se requieren en el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos.</p> <p>Solicitamos a la convocante pueda aclarar si el Certificado de origen del producto se refiere al Certificado de Análisis de origen (COA) y si el mismo deberá ser presentado por cada muestra presentada. y unificar el punto h) 9.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
<p>Se aclara que el oferente deberá presentar un certificado de calidad del producto terminado como se encuentra establecido en el Pliego de Bases y Condiciones por cada muestra presentada.</p>		

Consulta 4 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
<p>En el PBC se solicita en el Punto e) Certificado de cumplimiento de normas de calidad en procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen. O en su defecto Certificados ISO 13485 o CE o FDA otorgado por la entidad certificadora de origen. Traducido al español</p> <p>Al respecto solicitamos a la convocante modificar este requisito conforme al Art. 4) inc. D) de la Resolución 669/16 de la DINAVISA, quedando de la siguiente manera: Certificado de cumplimiento de normas de calidad en procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen. O en su defecto Certificados ISO 13485 /CE/ UL/FDA/ TUV otorgado por la entidad certificadora de origen. Traducido al español y unificar el punto e) 9.1 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 5 - PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTIA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
<p>En el punto 24 en el Pliego de Bases y Condiciones solicita lo siguiente: El vencimiento de los productos deber ser igual o superior a 18 (dieciocho) meses, a partir de la entrega de bien en el Departamento de Administración de Suministros Médicos.</p> <p>Al respecto solicitamos a la convocante que el vencimiento de los productos deba ser igual o inferior a los 10 meses, a partir de la entrega del bien en el Departamento de Administración de Suministros Médicos, atendiendo que el contrato es para la provisión de 4 (cuatro) meses.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 6 - VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
<p>Solicitamos a la convocante aclarar si la vigencia del contrato será para una provisión de 4 u 8 meses</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
<p>Se aclara que la Vigencia del contrato será de 4 (cuatro) meses, por lo tanto, el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 7 - Item 28 Catéter Epicutáneo Cava.

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
<p>Favor ajustar el precio referencial establecido ya que contemplan llamados de larga data, podrían tener en cuenta el ID 421.715 de la CVE N° 52/22 del IPS (último llamado realizado), donde se adjudicó el mismo ítem que solicitan a un precio de Gs. 400.000.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
<p>El oferente deberá remitirse a los datos establecidos en el Sistema de Información de Contrataciones Publicas (SICP)</p>		

Consulta 8 - Item 29 Catéter Doble J N° 6 con Guía y Posicionador

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor ajustar el precio referencial establecido ya que contemplan llamados de larga data, podrían tener en cuenta el ID 418.750 de la LPN N° 70/21, donde se adjudicó el mismo ítem que solicitan a un precio de Gs. 418.750.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 9 - Item 30 - Catéter Doble J N° 7 con Guía y Posicionador

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Favor ajustar el precio referencial establecido ya que contemplan llamados de larga data, podrían tener en cuenta el ID 418.750 de la LPN N° 70/21, donde se adjudicó el mismo ítem que solicitan a un precio de Gs. 418.750.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 10 - Item 81 - Sonda Nasogástrica N° 12

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

En la misma solicitan Sonda Nasogástrica N° 12, con longitud mínima de 90 cm, se solicita a la convocante establecer un parámetro de longitud mínima y Máxima como lo tienen las demás sondas Nasogástricas, la misma podría ser de 90 a 125 cm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que lo solicitado se encuentra establecido por el Cuadro Básico de Insumos Médicos, por lo que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 11 - Item 82 - Sonda Nasogástrica Tipo k31

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

En la misma solicitan Sonda Nasogástrica tipo K31, Aclarar la unidad de medida para la Sonda Nasogástrica, ya que tipo k31 no da certeza ni es una unidad de medida, favor fijarse en la RCA -036-020/2021 del propio Consejo de Administración del IPS, donde claramente dice Sonda Nasogástrica FR: 07 - tipo k31- Silicona en la misma se aclara que la unidad de medida es FR: 07 y así lo establece el propio cuadro básico de la institución, favor utilizar lo resuelto por la máxima autoridad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que dentro de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones se encuentra la Unidad de Medida solicitada de acuerdo al Cuadro Básico de la Institución.

Consulta 12 - Item 82 - Sonda Nasogástrica Tipo k31

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
En la misma solicitan Sonda Nasogástrica tipo K31, Aclarar la unidad de medida para la Sonda Nasogástrica, ya que tipo k31 no da certeza ni es una unidad de medida, favor fijarse en la RCA -036-020/2021 del propio Consejo de Administración del IPS, donde claramente dice Sonda Nasogástrica FR: 07 - tipo k31- Silicona en la misma se aclara que la unidad de medida es FR: 07 y así lo establece el propio cuadro básico de la institución, favor utilizar lo resuelto por la máxima autoridad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que dentro de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones se encuentra la Unidad de Medida solicitada de acuerdo al Cuadro Básico de la Institución.		

Consulta 13 - ITEM 10 áposito de 10x25 cm

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Se podría admitir un áposito de 10x25 cm, transparente, version lisa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - ITEM 12 áposito de 9x7 cm

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Se podría admitir un áposito de 9x7 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - ITEM 61 jeringa de 50 ml

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Se podría admitir una jeringa de 50 ml enpaquetada individualmente de la aguja de 21x1 G?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - ITEM 63 llave de 3 vias

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Se podría admitir una llave de 3 vias de policarbonato grado médico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante modificar la longitud de la Tubuladura de 170 cm como mínimo a 200 cm como máximo. Ya que esto favorecerá con el uso en pacientes que se encuentren distantes de la toma de oxígeno central.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante modificar la longitud de la Tubuladura de 170 cm como mínimo a 200 cm como máximo. Ya que esto favorecerá con el uso en pacientes que se encuentren distantes de la toma de oxígeno central.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 31

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL CATETER DEBERA SER SEGURIDAD ACTIVA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que deberá contar con bioseguridad activa como se encuentra establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 32

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL CATETER DEBERA SER SEGURIDAD ACTIVA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que deberá contar con bioseguridad activa como se encuentra establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
EN EL ITEM 33 LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE: CATÉTER INTRAVENOSO PARA VÍA CENTRAL PEDIÁTRICO: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 3 LÚMEN. AL RESPECTO SOLICITAMOS AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SIGUIENTE MANERA: CATÉTER INTRAVENOSO PARA VÍA CENTRAL PEDIÁTRICO: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 A 4 FRENCH 3 LÚMEN, A FIN DE OTORGAR MAYOR PARTICIPACION A POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 83

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Consultamos a la convocante si se podrá ofertar SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL de silicona y/o poliuretano indistintamente ya que ambos son de material de larga duración, a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 106

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Consultamos a la convocante si se podrá ofertar máscara de PVC ya que el precio fijado corresponde a PVC y no a una máscara de silicona.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que lo solicitado se encuentra establecido por el Cuadro Básico de Insumos Médicos, por lo que el oferente deberá ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 24 - EETT ITEM 15 BOLSA PARA COLOSTOMÍA

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
ITEM 15 BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSA P/COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 51 MM EN EL PBC SOLICITA LO SIGUIENTE: Adhesivo hipoalérgico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.		

Al respecto solicitamos a la convocante si se podrá ofertar bolsa de colostomía con anillo de Hidrocoloide recortable, la misma es suficientemente auto adherente, evita irritaciones a la piel y actúa como curativo del estoma. Esto beneficiará a la convocante ya que permitirá poder contar con un producto de mejor calidad y a su vez contar con más oferentes, lo que le redundará en mejores ofertas, por otra evitaría un desabastecimiento a la institución teniendo en cuenta que en la LPN Nº 37/22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS con ID: 410902 fue declarado desierto ya que actualmente las bolsas de colostomía con anillo de karaya están dejando de ser comercializado a nivel internacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - EETT ITEM 16 BOLSA PARA COLOSTOMIA

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
EN EL ITEM 16 BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA A PARA COLOSTOMIA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 38 MM (+ - 1) MM EN EL PBC SOLICITA LO SIGUIENTE: Adhesivo hipoalérgico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.		

Al respecto solicitamos a la convocante si se podrá ofertar bolsa de colostomía con anillo de Hidrocoloide recortable, la misma es suficientemente auto adherente, evita irritaciones a la piel y actúa como curativo del estoma. Esto beneficiará a la convocante ya que permitirá poder contar con un producto de mejor calidad y a su vez contar con más oferentes, lo que le redundará en mejores ofertas, por otra evitaría un desabastecimiento a la institución teniendo en cuenta que en la LPN Nº 37/22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS con ID: 410902 fue declarado desierto ya que actualmente las bolsas de colostomía con anillo de karaya están dejando de ser comercializado a nivel internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - EETT ITEM 17 BOLSA PARA COLOSTOMÍA

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
EN EL ITEM 17 BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA 64 MM (+ - 1) EN EL PBC SOLICITA LO SIGUIENTE: Adhesivo hipoalérgico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.		
<p>Al respecto solicitamos a la convocante si se podrá ofertar bolsa de colostomía con anillo de Hidrocoloide recortable, la misma es suficientemente auto adherente, evita irritaciones a la piel y actúa como curativo del estoma. Esto beneficiará a la convocante ya que permitirá poder contar con un producto de mejor calidad y a su vez contar con más oferentes, lo que le redundará en mejores ofertas, por otra evitaría un desabastecimiento a la institución teniendo en cuenta que en la LPN N° 37/22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS con ID: 410902 fue declarado desierto ya que actualmente las bolsas de colostomía con anillo de karaya están dejando de ser comercializado a nivel internacional</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 27 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 84

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
ITEM 84 VENDA ENYESADA:VENDA ENYESADA 15 CM X 3 MTS DE LARGO MÍNIMO		
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs.10.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP, no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 28 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 8 AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G X 3" A 3 1/2" atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 19.800.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 29 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 86

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
ITEM 86: VENDA SEMIELÁSTICA: VENDA SEMIELASTIZADA 15 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO		
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs.4.400 a fin de ajustar con respecto al ítem 85 es menor tamaño estipulado en el SICP, por otra parte no se ajusta al precio del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 30 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 9 AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 22G X 3 A 3 1/2" atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 19.800.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 31 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 12 APÓSITO TRANSPARENTE: APÓSITO TRANSPARENTE DE 6 CM X 7 CM (+ - 2) HIPOALERGÉNICO P/FIJACIÓN DE CATÉTER" atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1,850		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 32 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 13 COLECTOR CON CONTENEDOR DE ORINA: BOLSA ESTÉRIL PARA RECOLECCIÓN DE ORINA ADULTO C/URINÓMETRO atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 42.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 33 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 14 BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO) atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 22.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 34 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 106

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs.55.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP, no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 35 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 19 CÁNULA DE ASPIRACIÓN DE CAMPO QUIRÚRGICO: CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K66 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 15.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 36 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 34 CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 10 atendiendo al precio requerido en el ítem 35 por otra parte el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 82,917		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 37 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 43 CLAMP UMBILICAL: CLAMP UMBILICAL atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1.100

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 38 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 44 ELECTRODO ADULTO: ELECTRODO DESCARTABLE ADULTOS atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1.100

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 39 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 45 ELECTRODO PEDIÁTRICO: ELECTRODO DESCARTABLE PEDIÁTRICO atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1.100

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 40 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 47 FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 0,22 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL SIN LÍPIDOS atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 44.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 41 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 49 HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE :HOJA DE BISTURÍ N° 15 atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1029

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 42 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 50 HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE :HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 10 atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1029

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 43 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 51 HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE:HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11 atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1029

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 44 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 55 HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE:HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 23 atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1029

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 45 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 56 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA : JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1200

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 46 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 57 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA :JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1200

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 47 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 66 SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8,5 C/ BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 15.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 48 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 67 TUBO ENDOTRAQUEAL:SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2 S/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 49 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 68 TUBO ENDOTRAQUEAL:SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2,5 S/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 50 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 69 TUBO ENDOTRAQUEAL:SO NDAENDOTRAQUEAL N° 3,5 S/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 51 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 70 SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 S/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 52 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 71 TUBO ENDOTRAQUEAL:SO NDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 53 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 72 SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 S/ BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 54 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 73 TUBO ENDOTRAQUEAL:SONDA ENDOTRAQUEAL N° 6 S/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 55 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 75 SONDA ENDOTRAQUEAL:SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 56 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 76 TUBO ENDOTRAQUEAL:SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/BALÓN atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 13.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)		

Consulta 57 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 77 SONDA FOLEY N° 16 C/ BALÓN DE 5 CC atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 8.800

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 58 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 78 SONDA VESICAL DOBLE VIA:SONDA FOLEY N° 10 C/BALÓN 5 CC atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 8.800

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 59 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 80 SONDA FOLEY N°. 14 C/BALÓN DE 30 CC atendiendo a que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 8.800

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en los datos cargados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Consulta 60 - Control de calidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el apartado de MUESTRAS PARA PERITAJE ANALITICO CONTROL DE CALIDAD (DURANTE LA ETAPA DE EVALUACION, la convocante no aclara la farmacopea recomendada, por lo tanto solicitamos aclarar cual seria la metodología utilizada para evaluar el control de calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que durante el peritaje analítico se verificara que lo ofertado cumpla con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 61 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Items - 38 El sustrato solicitado es de tejido 100% de algodón con resina de Polietileno impermeabilizante tipo esparadrappo de alta adherencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que el ítem consultado debe cumplir con las Especificaciones Técnicas, las cuales se encuentran establecidas dentro del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, independientemente a la composición del producto.		

Consulta 62 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Item 42 El sustrato solicitado es de tejido 100% de algodón con resina de Polietileno impermeabilizante tipo esparadrappo de alta adherencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que el ítem consultado debe cumplir con las Especificaciones Técnicas, las cuales se encuentran establecidas dentro del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, independientemente a la composición del producto.		

Consulta 63 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Items 39 Se aceptara sustrato Microporoso que es el standard del mercado de cintas quirúrgicas con certificado de impermeabilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que el ítem consultado debe cumplir con las Especificaciones Técnicas, las cuales se encuentran establecidas dentro del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, independientemente a la composición del producto.		

Consulta 64 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Item 40 Se aceptara sustrato Microporoso que es el standard del mercado de cintas quirúrgicas con certificado de impermeabilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que el ítem consultado debe cumplir con las Especificaciones Técnicas, las cuales se encuentran establecidas dentro del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, independientemente a la composición del producto.		

Consulta 65 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2024
Item 41 Se aceptara sustrato Microporoso que es el standard del mercado de cintas quirúrgicas con certificado de impermeabilidad?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2024
Se aclara que el ítem consultado debe cumplir con las Especificaciones Técnicas, las cuales se encuentran establecidas dentro del Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, independientemente a la composición del producto.		