

## Consultas Realizadas

# Licitación 437904 - LCO N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 30/22 PARA LA DIRECCIÓN DE ANATOMÍA PATOLÓGICA - MSPYBS"

### Consulta 1 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se podría aceptar presentación de dos paquetes x 250 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado originalmente al Pliego de Bases y Condiciones, la presentación de entregas se encuentra establecida de acuerdo a la necesidad del servicio.		

### Consulta 2 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-12-2023
Se puede aceptar una presentación de caja x 72 unidades? Sin separadores entre láminas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2024
Adecuarse a la adenda y a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - VENCIMIENTO ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
ITEM 3 Laminas Porta Objeto Favor establecer en el ítem 3 que no aplica vencimiento. El pedido obedece a que la administración de MSP al presentar la factura, solicita documento de origen, apostillado o legalizado, que informe esa condición para el ítem facturado. Esto implica mayores costos para el producto, que se puede obviar con el dato de - No aplica vencimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2024
Adecuarse a la adenda y a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 4 - VENCIMIENTO ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
ITEM 2 CASSETTE PARA BIOPSIA. Favor establecer en el ítem 2 que no aplica vencimiento. El pedido obedece a que la administración de MSP al presentar la factura, solicita documento de origen, apostillado p legalizado, que informe esa condición para el ítem facturado. Esto implica mayores costos para el producto, que se puede obviar con el dato de - No aplica vencimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2024
Adecuarse a la adenda y a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 5 - REGISTRO SANITARIO ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2023
ITEM 3 LAMINA PORTA OBJETO. Favor considerar que Lamina Porta Objeto es Dispositivo Medico de uso General en laboratorios que según la Res. SG N° 669 del MSP y BS, en su art. 18 excluye a los mismos de la necesidad de contar con Reg. Sanitario. Favor establecer Registro Sanitario según corresponda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2024
Adecuarse a la adenda y a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 6 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de Participación

Consulta	Fecha de Consulta	16-01-2024
En la Página 22 del PBC dice: Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta. Solicitamos al Convocante definir con exactitud cuales son los documentos considerados sustanciales a ser presentados con la oferta en vista de que a partir de la página (22 al 25) no sé indica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2024
La Convocante se mantiene en lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones en la leyenda Requisitos Documentales para Evaluación de las Condiciones de participación. Además, se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 1399/20 en su Art. 57, que dice: Los Documentos que componen la oferta física deberán demostrar que el oferente se encontraba en cumplimiento de los requisitos establecidos en el PBC al momento del inicio de la etapa competitiva de la SBE .		

### Consulta 7 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de Participación

Consulta	Fecha de Consulta	16-01-2024
En la Página 22 del PBC dice: Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. Solicitamos al Convocante definir con exactitud cuales son los documentos que deberán estar vigentes en la etapa competitiva en vista de que a partir de la página (22 al 25) no sé indica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2024
La Convocante se mantiene en lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones en la leyenda Requisitos Documentales para Evaluación de las Condiciones de participación. Además, se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 1399/20 en su Art. 57, que dice: Los Documentos que componen la oferta física deberán demostrar que el oferente se encontraba en cumplimiento de los requisitos establecidos en el PBC al momento del inicio de la etapa competitiva de la SBE .		

### Consulta 8 - Especificaciones técnicas Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2024
ITEM 4 ALUMBRE DE POTASIO. Se puede ofrecer con Concentración mínima 98%? El rango de concentración estándar de esta materia prima es 98% min - 102% máx		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-02-2024
Adecuarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		