

Consultas Realizadas

Licitación 438725 - LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"

Consulta 1 - TIEMPO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2024
Favor considerar la entrega 30 días desde la Orden de compra, en especial para la primera entrega, esto debido a que la cantidad solicitada, de varios ítems, requiere importación y con esto se favorece la mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones teniendo en cuenta que el Cronograma de entrega se realiza en base a las necesidades de los Servicios.		

Consulta 2 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2024
Se requiere experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, pero el llamado es de INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS.		
Considerando esto se solicita modificar el requisito con la siguiente redacción: Demostrar la experiencia en PROVISION DE INSUMOS MÉDICOS, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al PBC última versión		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas Item 14

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Se solicita a la convocante modificar las EETT del Item 14 el Flujo donde dice igual o mayor a 90 ml/min, que se pueda ampliar a flujo igual o mayor a 85 ml/min, de este modo permitirá la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante modificar las EETT del Item 15 el Flujo donde dice igual o mayor a 60 ml/min, que se pueda ampliar a flujo igual o mayor a 55 ml/min, de este modo permitirá la participación de un mayor número de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 5 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: Experiencia Requerida:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Solicitamos a la convocante, la modificación de la experiencia donde dice en provisión de medicamentos, teniendo en cuenta que el objeto del llamado es de insumos y no de medicamentos.

Debiendo quedar de la siguiente manera:

Demostrar la experiencia en PROVISION DE INSUMOS MÉDICOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o

Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para

determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera

de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 6 - Abastecimiento Simultáneo

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en la página 9 establece que: El sistema de abastecimiento simultáneo aplica solo a los ítems del 1 al 58.

Solicitamos a la convocante que el abastecimiento aplique a todos los ítems, del 1 al 84.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 7 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en la página 22 solicitan: Facturas y o contratos de los años 20-21-22..

Teniendo en cuenta que el año 2023 ya se encuentra cerrado

Solicitamos a la convocante que permita incluir contratos y/o facturas del año 2023

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 8 - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en el ítem 1 solicitan Pulsera de identificación de paciente, de polietileno de baja densidad... Solicitamos a la convocante permita ofertar Pulsera de identificación de paciente de PVC Grado médico

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 9 - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en el ítem 2 solicitan Pulsera de identificación de paciente, de polietileno de baja densidad... Solicitamos a la convocante permita ofertar Pulsera de identificación de paciente de PVC Grado médico

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 10 - Ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en la página 26, en el ítem 8, solicitan: Mascarilla facial para anestesia N° 0. Con reborde insuflable de material transparente, con adaptador universal..

Para Mejor confort para el paciente y evitar perdida de gases anestésicos

Solicitamos a la convocante solicitar válvula de regulación para inflado, quedando de la siguiente manera: Mascarilla facial para anestesia N° 0, lactante con reborde insuflable de material transparente, resistente con adaptador universal y válvula de regulación para inflado. Descartable

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 11 - Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en la página 26, en el ítem 9, solicitan: Mascarilla facial para anestesia N° 1. Con reborde insuflable de material transparente, con adaptador universal..

Para Mejor confort para el paciente y evitar perdida de gases anestésicos

Solicitamos a la convocante solicitar válvula de regulación para inflado, quedando de la siguiente manera: Mascarilla facial para anestesia N° 1, lactante con reborde insuflable de material transparente, resistente con adaptador universal y válvula de regulación para inflado. Descartable

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 12 - Ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el PBC, en la página 27, en el ítem 10, solicitan: Mascarilla facial para anestesia N° 4. Con reborde insuflable de material transparente, con adaptador universal.. Para Mejor confort para el paciente y evitar perdida de gases anestésicos Solicitamos a la convocante solicitar válvula de regulación para inflado, quedando de la siguiente manera: Mascarilla facial para anestesia N° 4, lactante con reborde insuflable de material transparente, resistente con adaptador universal y válvula de regulación para inflado. Descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 13 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el PBC, en la página 27, solicitan Mascarilla laríngea N° 0,5.. Solicitamos a la convocante que permita ofertar Mascarilla laríngea N° 1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Cabe destacar que el MSPyBS ya cuenta con adjudicación de la mascarilla laringea N° 1.		

Consulta 14 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el PBC, en el ítem 13 solicitan: Cánula de aspiración Tipo K66 sin Interruptor, de PVC, mínimo 3m flexible Solicitamos a la convocante modificar dicho requisito quedando de la siguiente manera: Cánula de aspiración Tipo K66 sin Interruptor, de PVC, mínimo 3,6 m flexible, transparente y con pico tipo Yankauer, acodada en su extremo proximal con orificio en el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Cabe destacar que el MSPyBS ya cuenta con adjudicación de la mascarilla laringea N° 1.		

Consulta 15 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el PBC, en el ítem 15 solicitan: Catéter venoso Periférico N° 20 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 60 ml/min Solicitamos a la convocante modificar dicho requisito quedando de la siguiente manera: Catéter venoso Periférico N° 20 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 50 ml/min.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 16 - Ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el PBC, en el ítem 26 solicitan HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA Nº 4-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA DE ACERO INOXIDABLE. MULTIFILAMENTO. AGUJA 1/2 CÍRCULO. 17 MM +-1 MM Solicitamos a la convocante que modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA Nº 4-0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA DE ACERO INOXIDABLE. MULTIFILAMENTO. AGUJA 1/2 CÍRCULO. 22 MM +-1 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 17 - Ítem 36

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el pbc, en el ítem 36 solicitan: Solicitamos a la convocante que modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Catéter de succión 6 Fr. Con circuito cerrado. Libre de Látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 50 cm, mínimo. Solicitamos a la convocante modificar dicho requisito quedando de la siguiente manera: Catéter de succión 6 Fr. Con circuito cerrado. Libre de Látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 40 cm, mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Consulta no corresponde al ítem mencionado		

Consulta 18 - Ítem 37

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el PBC, en el ítem 37 solicitan Catéter de succión 6 Fr. Con circuito cerrado. Libre de Látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 50 cm, mínimo. Solicitamos a la convocante modificar dicho requisito quedando de la siguiente manera: Catéter de succión 6 Fr. Con circuito cerrado. Libre de Látex. De PVC flexible, estéril, descartable. Con adaptación universal, puerto de lavado, manga transparente, buena resistencia y catéter milimetrado. x 40 cm, mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 19 - Ítem 49

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
En el PBC, en el ítem 49 solicitan: Papel para esterilización 120 x 120 cm tipo tejido no tejido o polipropileno no tejido Solicitamos a la convocante modificar dicho requisito quedando de la siguiente manera: Papel para esterilización 125 x 125 cm tipo tejido no tejido o polipropileno no tejido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones técnicas se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS		

Consulta 20 - Ítem 59

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en el ítem 59 solicitan: Algodón laminado de 30 cm x 1,5 a 2 mt
Solicitamos a la convocante modificar dicho requisito quedando de la siguiente manera: Algodón laminado de 20 cm x 1,5 a 2 mt

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 21 - Ítem 67

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en el ítem 67 solicitan: Cinta testigo p/ estufa calor seco indicadores p/ proceso de esterilización. Cinta indicadora externa p/ control del proceso de esterilización - estufa, autoadhesiva. X 15 mm min
Solicitamos a la convocante modificar dicho requisito quedando de la siguiente manera: Cinta testigo p/ estufa calor seco indicadores p/ proceso de esterilización. Cinta indicadora externa p/ control del proceso de esterilización - estufa, autoadhesiva. X 18 mm min

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS

Consulta 22 - Ítem 54

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en el ítem 54 solicitan: Hilo para Sutura de Poliamida N° 5 0 atraumática de acero inoxidable.
Teniendo en cuenta que el nylon es mayormente utilizado en tejidos duros difíciles de atravesar porque requiere mayor filo y para un mejor uso en cirugía

Solicitamos que la convocante modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Hilo para Sutura de Poliamida N° 5 0 traumática de acero inoxidable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS

Consulta 23 - Ítem 56

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC, en el ítem 56 solicitan: hilo p/ sutura mononylon c/ aguja atraumática
Teniendo en cuenta que el nylon es mayormente utilizado en tejidos duros difíciles de atravesar porque requiere mayor filo y para un mejor uso en cirugía

Solicitamos que la convocante modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: hilo p/ sutura mononylon c/ aguja traumática

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS

Consulta 24 - Especificaciones Técnicas Item 14

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante modificar las EETT del Item 14 el Flujo donde dice igual o mayor a 90 ml/min, que se pueda modificar a flujo de 90 ml/min (+ - 5 ml/min), de este modo permitirá la participación de un mayor numero de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al PBC última versión

Consulta 25 - Especificaciones Técnicas Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante modificar las EETT del Item 15 el Flujo donde dice igual o mayor a 60 ml/min, que se pueda modificar a flujo de 60 ml/min (+ - 5 ml/min), de este modo permitirá la participación de un mayor numero de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al PBC última versión

Consulta 26 - ITEM 1 y 2 Pulsera de identificación de paciente - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante tener en cuenta que el producto pulsera de identificación de paciente (ítems Nº 1 y 2) no es clasificado como dispositivo médico en atención a lo referido en el art. Nº 2 de la ley 4659/12 A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones: Dispositivos Médicos: Son los instrumentos, aparatos, insumos hospitalarios y otros artículos destinados principalmente al diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento y alivio de enfermedades, daño o incapacidad, es por ello que solicitamos el registro sanitario emitido por la DINAVISA sea para todos los ítems excepto para los ítem 1 y 2.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC teniendo en cuenta que son insumos médicos utilizados en el recién nacido y paciente internado actualmente se ha constatado que esos insumos poseen registro sanitario habilitante.

Consulta 27 - ITEM 6 Bolsa de papel con indicador químico ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente la reformulación de las especificaciones técnicas para el ítem Nº 6 en lo referente al tamaño del fuelle ampliándolo a 60 (+ - 20), a fin de fomentar la mayor participación de los potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y a la última Versión del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 28 - ITEM 11 Mascara laríngea ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos amablemente la reformulación de las especificaciones técnicas para el ítem N° 11 y ampliar el N° solicitado a 0,5 - 1,0 a fin de favorecer la mayor participación de los potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS, esto debido a la necesidad de los Servicios, de la medida solicitada.		

Consulta 29 - ITEM 11 Mascara laríngea PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 11 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 220.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 30 - ITEM 14 Catéter venoso periférico ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante reformular las EETT en lo referente al sistema de bioseguridad, solicitando que la misma sea con sistema de bioseguridad con activación activa ya que la misma una vez comprobada la correcta posición del catéter, permita activar el dispositivo de seguridad, evitando la perdida innecesaria de catéteres I.V. por la no inserción correcta en vena.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.		

Consulta 31 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante que el sistema de Abastecimiento simultaneo sea aplicado a todos los ítems del 1 al 84.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 32 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Teniendo en cuenta que el llamado se trata de Insumos Médicos descartables, Solicitamos amablemente a la convocante a modificar la experiencia requerida a: Demostrar la experiencia en PROVISION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 33 - ITEM 15 Catéter venoso periférico ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante reformular las EETT en lo referente al sistema de bioseguridad, solicitando que la misma sea con sistema de bioseguridad con activación activa ya que la misma una vez comprobada la correcta posición del catéter, permita activar el dispositivo de seguridad, evitando la perdida innecesaria de catéteres I.V. por la no inserción correcta en vena.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.		

Consulta 34 - ITEM 19 Cinta testigo para calor húmedo PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 19 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 22.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 35 - ITEM 20 Sonda vesical doble vía PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 20 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 8.800		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 36 - ITEM 21 Sonda vesical doble vía PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 21 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 22.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 37 - ITEM 22 Hilo para sutura ácido poliglicólico PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 22 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 38 - ITEM 23 Hilo para sutura ácido poliglicólico PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 23 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 39 - ITEM 24 Hilo para sutura de poliamida PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 24 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 6.600		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 40 - ITEM 25 Hilo para sutura de poliglactina PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 25 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 41 - ITEM 26 Hilo para sutura de poliglactina PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 26 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 42 - ITEM 27 Jeringa descartable con aguja PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 27 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 550		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 43 - ITEM 36 Catéter de aspiración PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 36 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 2.200		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 44 - ITEM 37 Catéter de aspiración PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 37 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 88.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 45 - ITEM 39 Sonda vesical PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 39 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 22.000 cada uno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 46 - ITEM 40 Sonda vesical PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 40 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 22.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 47 - ITEM 41 Sonda vesical PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 41 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 8.800		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.		

Consulta 48 - ITEM 42 Sonda vesical doble vía PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 42 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 8.800

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.

Consulta 49 - ITEM 43 Pañal desechable PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 43 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 6.600

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.

Consulta 50 - ITEM 43 Pañal desechable ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Atendiendo a las ambiguas especificaciones detalladas en el PBC, recomendamos a la convocante reformular las EETT del ítem N° 43 de la siguiente manera: Adulto tamaño extra grande, anatómico, con elástico en la cintura de 122cm a 145cm, doble cierre adhesivo resellable a la altura de la cintura, barrera antifugas, elástico suave entre las piernas, indicador de humedad que indique la necesidad de un cambio de pañal. Alta capacidad de absorción, hipoalergénico, impermeable. De esta manera el MSPBS contara con un producto de óptima calidad que otorgue mayores ventajas al momento de la utilización tanto para el paciente como para el profesional de salud.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 51 - ITEM 51 Hilo para Sutura de Poliglactina PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 51 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 16.500

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.

Consulta 52 - ITEM 60 Apósito transparente PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante verificar el precio referencial del ítem N° 60, considerando que el precio adjudicado en el último evento, la LPN N° 97/21 fue de Gs 2.171, ya que el actual precio referencial está muy por debajo del mencionado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.

Consulta 53 - ITEM 70 Electrodo adulto PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 70 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1.200

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.

Consulta 54 - ITEM 70 Electrodo adulto ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la presentación de entrega del ítem N° 70 a paquete x 50 unidades como mínimo, a fin de favorecer la mayor participación de los potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC.

Consulta 55 - ITEM 77 Mascarilla para nebulizador PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 77 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 12.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.

Consulta 56 - ITEM 78 Pañal desechable ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>Atendiendo a las ambiguas especificaciones detalladas en el PBC, recomendamos a la convocante reformular las EETT del ítem N° 78 de la siguiente manera: Adulto tamaño grande, anatómico, con elástico en la cintura de 96cm a 137cm, doble cierre adhesivo resellable a la altura de la cintura, barrera antifugas, elastico suave entre las piernas, indicador de humedad que indique la necesidad de un cambio de pañal. Alta capacidad de absorción, hipoalergenico, impermeable. De esta manera el MSPBS contara con un producto de óptima calidad que otorgue mayores ventajas al momento de la utilización tanto para el paciente como para el profesional de salud.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>Favor adecuarse a la Adenda y a la última Versión del PBC</p>		

Consulta 57 - ITEM 79 Pañal desechable ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>Atendiendo a las ambiguas especificaciones detalladas en el PBC, recomendamos a la convocante reformular las EETT del ítem N° 79 de la siguiente manera: Adulto tamaño mediano, anatómico, con elástico en la cintura de 71cm a 114cm, doble cierre adhesivo resellable a la altura de la cintura , barrera antifugas, elastico suave entre las piernas, indicador de humedad que indique la necesidad de un cambio de pañal. Alta capacidad de absorción, hipoalergenico, impermeable. De esta manera el MSPBS contara con un producto de óptima calidad que otorgue mayores ventajas al momento de la utilización tanto para el paciente como para el profesional de salud.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>Favor adecuarse a la Adenda y a la última Versión del PBC</p>		

Consulta 58 - ITEM 80 Test de Bowie Dick PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 80 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.</p>		

Consulta 59 - ITEM 82 Tubo traqueal para intubación bronquial PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 82 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 385.000</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.</p>		

Consulta 60 - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC la convocante aplica el sistema de abastecimiento simultaneo desde el ítem N° 1 y solo hasta el ítem N° 58, al respecto solicitamos se puedan incluir la totalidad de los ítems, es decir desde el ítem N° 1 al 84 a fin de favorecer la mayor participación de los potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 61 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la sección de experiencia requerida en vista a que en los ítems requeridos en el presente llamado no se solicitan MEDICAMENTOS y por ende quede redactada de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en PROVISION DE INSUMOS MÉDICOS, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 62 - VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS (pág. 36/55)

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
-----------------	--------------------------	------------

La convocante solicita que para productos con vencimiento menor a 18 meses el proveedor, además de la autorización de la D.G.G.I.E.S. deberá presentar una póliza de seguro por el 100% del monto del producto, al respecto solicitamos que la obligación de la presentación de la garantía sea a partir de 12 meses para abajo, esto atendiendo que garantizar un producto con un vencimiento de 17 meses y 364 días representa un alto costo para las empresas proveedoras, además es irrisorio exigir dicha garantía para productos con mas de un año de vida útil, ya que resulta imposible que el MSPBS mantenga en stock productos por mas de un año sin rotación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
------------------	---------------------------	------------

La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC ya que el vencimiento fue establecido de acuerdo a la necesidad del MSPBS .

Consulta 63 - Consulta ITEM 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>En el PBC se exige Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). Solicitamos a la convocante aclare si para el caso de los ítems 1 y 2 Pulseras de identificación de paciente aplican (o no) los requisitos de DINAVISA exigidos, teniendo en consideración que dichas pulseras no son dispositivos médicos, sino mas bien insumos de impresión térmica, donde a través de una impresora termica especial se le identifica a cada paciente. En consecuencia, existiendo en el mercado nacional varias empresas que comercializan estos insumos tecnológicos pero que no son propiamente del rubro médico, estos requisitos de autorizaciones de DINAVISA son un impedimento para cotizar.</p> <p>¿Podría la convocante aceptar para estos ítems (1 y 2) la presentación de certificados expedidos por organismos internacionales (como la Organización Mundial de la Salud o similar) donde se acredite fehacientemente la fabricación con buenas prácticas de estos insumos para utilización en pacientes, en reemplazo de los certificados de DINAVISA? Valga mencionar que en los pliegos no deben exigirse requisitos que no sean técnicamente imprescindibles, ya que eso atenta contra la libre competencia, y por ende, afecta a la posibilidad de obtener mejores precios</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC teniendo en cuenta que son insumos médicos utilizados en el recién nacido y paciente internado actualmente se ha constatado que esos insumos poseen registro sanitario habilitante.</p>		

Consulta 64 - Consulta ITEM 1 y 2 - EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>En el PBC se exige Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos. Solicitamos a la convocante aclare si para el caso de los ítems 1 y 2 Pulseras de identificación de paciente aplican (o no) los requisitos arriba mencionados, teniendo en consideración que dichas pulseras no son dispositivos ni mucho menos insumos médicos, sino mas bien insumos de impresión térmica, donde a través de una impresora termica especial se le identifica a cada paciente.</p> <p>Por tanto ponemos a su consideración, aceptar para estos ítems (1 y 2) la presentación de Experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSUMOS DE IMPRESIÓN DE IDENTIFICACION debido a que existen en el mercado nacional varias empresas que comercializan estos insumos de impresión de identificación, pero que no son propiamente del rubro médico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.</p>		

Consulta 65 - Consulta ITEM 1 y 2 - EXPERIENCIA AÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>En el PBC, en la página 22 solicitan: Facturas y o contratos de los años 20-21-22.. Teniendo en cuenta que el año 2023 ya se encuentra cerrado Solicitamos a la convocante que permita incluir contratos y/o facturas del año 2023</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.</p>		

Consulta 66 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>Sugerimos a la convocante solicitar actas y/o certificados de recepción en instituciones públicas o privadas. Demostrar la experiencia con facturas y/o contratos por valor 50% del material ofertado para los ítems que oferten los oferentes directamente o marca representada en los últimos 5 años. (2019,2020, 2021,2022,2023) a fin de garantizar el que los materiales entregados no tengan rechazo en luego de ser entregados. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.</p>		

Consulta 67 - Especificaciones del ítem 22 Hilo para sutura ácido poliglicólico

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>Sugerimos a la convocante permitir cotizar suturas de poliglactina, pues es la misma composición, sintética absorbible y estéril, cumple con de los mismos fines. Permitiendo además participar a mayor cantidad de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS, según necesidad de los Servicios.</p>		

Consulta 68 - Especificaciones del ítem 23 Hilo para sutura ácido poliglicólico

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>Sugerimos a la convocante permitir cotizar suturas de poliglactina, pues es la misma composición, sintética absorbible y estéril, cumple con de los mismos fines. Permitiendo además participar a mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS, según necesidad de los Servicios.</p>		

Consulta 69 - Item 7 Sonda Nasogástrica Pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
<p>En el mencionado ítem solicitan Sonda Nasogástrica Fr: 04, tipo k35, de 50 cm como mínimo, Consulta, se puede ampliar el rango de longitud solicitado y modificar a " 50 cm de longitud (+/- 5) ya que se refiere a una sonda para prematuros y este sería el rango de las Sondas para ese calibre.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.</p>		

Consulta 70 - Item 31 Catéter Epicutáneo PICC

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Consulta, podrían modificar las especificaciones técnicas solicitadas ya que el calibre solicitado no condice con el diametro señalado, favor tener en cuenta el ID 366005 en el que ocurrió el mismo error en el item 169 y se modifico exitosamente a través de una adenda.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 71 - Item 16 Catéter Epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2024
----------	-------------------	------------

Favor modificar el precio referencial teniendo en cuenta las últimas adjudicaciones del item solicitado, como primer referencia se tiene la LPN 25/22 del MSP con ID 412791 en el item 15, también la CVE 52/22 del IPS con ID 421715 en el item 5, con esos antecedentes se puede llegar a un precio referencial acorde al mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.

Consulta 72 - Cronograma de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos cordialmente se considere un plazo de entrega de 20 días corridos desde la recepción de la orden de entrega en la primera entrega y desde la segunda entrega hasta completar la cantidad máxima un plazo de 30 días corridos teniendo en cuenta el periodo de importación de los insumos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que el plan de entregas fue elaborado en base a las necesidades de los servicios del MSPBS

Consulta 73 - ÍTEM 71 Equipo para Drenaje Pleural Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2024
----------	-------------------	------------

Se sugiere incluir algunas características mínimas como la capacidad de las cámaras, posibilidad de conexión de más de 1 drenaje y otras prestaciones de seguridad, pudiendo modificarse la redacción como sigue:

Sistema de Drenaje. Con 3 cámaras con capacidad de entre 2.200 a 2.400 ml con dispositivo regulador de aspiración incorporado, válvula de seguridad presión negativa, lugar de punción para toma de muestras del líquido drenado y posibilidad de conectar uno o dos drenajes en forma independiente que permita medir el volumen de drenado de cada drenaje. Debe incluir juego de conectores para conectar drenajes desde 20 a 40 french.

Lo sugerido se debe a que las publicadas son en extremo generales, pudiendo ingresar productos que no cumplan con estándares de funcionalidad y seguridad mínimos. Con las modificaciones sugeridas se posibilitará las mejores condiciones de contratación para la convocante tanto en cuando a economía y calidad del producto, obteniendo el mayor valor por dinero en la adquisición.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 74 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica punto Contrato de Fabricación

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2024
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, presentar contrato de fabricación legalizado o apostillado, solicitamos la anulación de este punto debido a que dicho documento es solicitado para la obtención del registro sanitario correspondiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC, Las documentaciones necesarias son las solicitadas		

Consulta 75 - Especificaciones Técnicas, Suministros Requeridos, Item No 66

Consulta	Fecha de Consulta	13-04-2024
Especificaciones Técnicas, Suministros Requeridos, Item No 66 cinta adhesiva quirúrgica, solicitamos la inclusión de un rango de +-0,50mts en la longitud de dicho insumo, con ello se dará oportunidad a una mayor cantidad de potenciales oferentes. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS, esto debido a la necesidad de los servicios, de la medida solicitada.		

Consulta 76 - Especificaciones técnicas ITEM 6 Bolsa de papel con indicador químico

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
Donde dice: FABRICADO CON PAPEL USO MEDICINAL, DOBLE SELLADO LONGITUDINAL, DOBLE DOBLES TERMOSELLABLE Y PEGADO EN EL FONDO, BANDAS TERMOSELLABLES, INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CON FUELLE; MEDIDAS DE COMO MINIMO : 140 (+ - 20)MM DE ANCHO - 40 (+ - 20)MM FUELLE - 250 (+ - 20)MM DE LARGO - TAMAÑO MEDIANO Caja por 100 unidades mínima Solicitamos aclarar que significa DOBLE DOBLES TERMOSELLABLE BANDAS TERMOSELLABLES. La convocante desea adquirir bolsas que son autosellantes sin necesidad de ningún otro equipo o desea adquirir bolsas termosellable las cuales se necesita un sellador con temperatura extra para su correcto uso, recomendamos a la convocante que este insumo sea de tipo autosellable, entendemos que posiblemente se confundieron en este punto de las eett,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 77 - Especificaciones técnicas ITEM 19 Cinta testigo para calor húmedo

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
<p>Donde Dice:</p> <p>Indicadores para proceso de esterilización. Cinta indicadora externa para control del proceso de esterilidad - Autoclave, autoadhesivas, papel semi crepado. Para 121 ° C. con viraje de color.</p> <p>Rollo x 50 m mínimo</p> <p>Solicitamos a la convocante que además de indicar la longitud de 50 metros como mínimo también solicite el ancho de la cinta,</p> <p>Recomendamos como mínimo 10 milímetros de ancho como mínimo para así lograr especificaciones claras y los oferentes puedan identificar el producto solicitado con precisión.</p> <p>Rollo de 10 milímetros de ancho x 50 metros de largo como mínimo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS, esto debido a la necesidad de los servicios.</p>		

Consulta 78 - ITEM 49 Papel para esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
<p>120 X 120 CM, TIPO TEJIDO NO TEJIDO, GRAMAJE DE 40 G/M2. MINIMO PARA AUTOCLAVE, OXIDO DE ETILENO Y PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO</p> <p>CAJA MINIMO x 50 unidades</p> <p>Solicitamos a la convocante que estas especificaciones técnicas sean mínimas pudiendo ofertar medidas como 125cmx 125 cm y de gramajes por metro superiores.</p> <p>Es decir que las especificaciones de 120cm x 120 cm sean mínimas y el gramaje de 40g/m2 también sean mínimas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La Convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones técnicas se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS</p>		

Consulta 79 - ITEM 80 Test de Bowie Dick

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
<p>Donde dice:</p> <p>Indicadores para proceso de esterilización. Indicador químico , interno. Tipo II , para control del proceso de esterilización del autoclave a vapor. Test de Bowie-Dick</p> <p>Paquete x 100 hojas indicadoras como mínimo</p> <p>Solicitamos a la convocante que el test de Bowie Dick sea libre de plomo y con indicaciones para las características del ciclo de 132 grados Celsius por 4 minutos o 134 grados Celsius por 3,5 minutos, con esto se evitaría que las pruebas se realicen en ciclos diferentes y se aseguraría que la prueba de Bowie Dick se realice en las condiciones correctamente establecidas, además de contar por la hoja de Bowie Dick de lugares donde anotar fecha, operador, e identificación de la maquina en la se que realizo la prueba.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La Convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 80 - Requisitos documentales

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que todos los ítem solicitados en esta licitación por reglamentaciones de DINAVISA son dispositivos medicos, solicitamos a la convocante pedir como documentos adicionales la ISO13485 de los ítems ofertados para así asegurar que los mismos cumplen con los requerimientos de dispositivos médicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La Convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. Las documentaciones necesarias son las solicitadas

Consulta 81 - Requisitos documentales

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante tener en cuenta certificaciones como CE, TUV y otros para todos los productos como documentos para asegurar productos de que están certificados y que sean trazables.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

La Convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. Las documentaciones necesarias son las solicitadas

Consulta 82 - EXPERIENCIA REQUERIDA..

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.

Solicitamos a la convocante tener en cuenta que lo solicitado en esta licitacion se refiere a insumos, por lo cual la experiencia en medicamentos no debe ser excluyente en este caso, entonces debería de poder presentar una experiencia en venta de insumos y/o medicamentos

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al PBC última versión

Consulta 83 - EXPERIENCIA REQUERIDA.

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.

Solicitamos a la convocante aceptar el año 2023 como experiencia para así poder obtener oferentes con propuestas actualizadas y así contar con ofertas de empresas que realmente se encuentran vendiendo insumos en nuestro mercado actualmente

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al PBC última versión

Consulta 84 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2024
<p>Solicitamos a la convocante que los tiempos a tener en cuenta para la entrega de los bienes luego de recibir la orden de compra sea de 60 días hábiles teniendo en cuenta que estos productos tienen fechas de vencimiento y que al ser un contrato abierto los mismos podrían vencer en nuestros depósitos e igual manera como proveedores podríamos incumplir por ello en los tiempos de entrega asignados, podrían aumentar en un 50 por ciento la cantidad de entrega para la primera etapa así podrían coordinar mejor con los proveedores adjudicados la entrega de las demás cantidades</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC ya que el plan de entregas fue elaborado en base a las necesidades de los servicios del MSPBS</p>		

Consulta 85 - Item 3 Cateter de Drenaje

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>Donde dice : Catéter de drenaje percutáneo multipropósito. 10 Fr con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiopaca, trocar rígido, con adhesivo para fijar el catéter . Catéter con cola de chancho.Solicitamos ampliar los rangos para mayor participación de oferentes a : Catéter de drenaje percutáneo multipropósito. 10 a 10,5 Fr con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiopaca (en la punta distal), trocar rígido, con adhesivo para fijar el catéter . Catéter con cola de chancho.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>Favor adecuarse a la Adenda y al PBC última versión</p>		

Consulta 86 - Item 4 Cateter de Drenaje

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>Donde dice: Catéter de drenaje percutáneo multipropósito. 15fr con sistema de fijación cateter de drenaje percutaneo multiproposito, terna, cobertura hidrofílica y banda radiopaca, trocar rígido, con adhesivo para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Solicitamos ampliar los rangos para mayor participación de oferentes a: Catéter de drenaje percutáneo multipropósito. 14 a 15 Fr con sistema de fijación cateter de drenaje percutaneo multiproposito, terna, cobertura hidrofílica y banda radiopaca en la punta distal, trocar rígido, con adhesivo para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al PBC última versión		

Consulta 87 - Item 11 Mascara Laríngea

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>Donde dice : Mascarilla laríngea Nº 0, 5. Dispositivos supraglóticos. Mascarilla para el manejo de vía aérea de los pacientes entre menores o iguales a 4 kilos aproximadamente. Descartable y que permita el paso del tubo endotraqueal . Elíptica con un reborde exterior insuflable, con canula de silicona, libre látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable. Solicitamos que la presentación sea REUTILIZABLE . Ya que no existe Mascara Laríngea en esta medida que sea DESCARTABLE .</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.		

Consulta 88 - Item 35 Set de gastrostomía percutánea

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que diga Tubos para Gastrostomía, Endoscópicos Percutáneos. Set. Con aguja introductora, capuchón simple y doble con tapa, anillo de clip de fijación , pinza ergonómica para sujeción y guía flexible para colocación sonda de alimentación 100 % silicona de 20 a 24 Fr., con marcación por centímetro. Siendo que cuanto mas gruesa es la sonda mejor para el paciente . ya sea 20 o 24 fr es de uso de adultos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.</p>		

Consulta 89 - Item 76 Mascara Laringea

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>Donde dice : Mascarilla laríngea Nº 3. Dispositivos supraglóticos. Mascarilla para el manejo de vía aérea de los pacientes entre 30-50 Kg. aproximadamente. Descartable y que permita el paso del tubo endotraqueal . Elíptica con un reborde exterior autopresurizable, con cánula de silicona, libre de látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable Solicitamos ampliar los rangos respetando los kilos ya que algunas marcas manejan diferente medida pero con mismo kilaje y que sean las eett para mayor participación de oferentes: Mascarilla laríngea Nº 2,5 a 3. Dispositivos supraglóticos. Mascarilla para el manejo de vía aérea de los pacientes entre 30-50 Kg. aproximadamente. Descartable y que permita el paso del tubo endotraqueal . Elíptica con un reborde exterior autopresurizable, con cánula de silicona, libre de látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
<p>La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. ya que la solicitud se fundamenta en la necesidad de los servicios del Ministerio de Salud. Cabe destacar que el MSPyBS ya cuenta con adjudicación de la mascarilla laringea Nº 2,5.</p>		

Consulta 90 - ITEM 14 EETT Catéter venoso Periférico N° 18G

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
N° 18 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 90 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad con activación automática.		
Flujos mínimos de 100ml/min lo que garantizará el cumplimiento de la luz interna de cada catéter. Que sea libre de DEHP con estudios que demuestren lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 91 - ITEM 15 - EETT - Catéter venoso Periférico N° 20G

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
N° 20 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 60 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad con activación automática.		
Que sea libre de DEHP con estudios que demuestren lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 92 - Item 45 Aguja para biopsia percutanea

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
Se solicita a la Convocante se pueda cotizar aguja para biopsia percutanea 14G de 15 cm (+-1cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 93 - Item 47 Aguja para biopsia percutanea

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
Se solicita a la convocante se pueda cotizar aguja automatica para biopsia percutanea 18G de 20cm (+-4cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 94 - Item 31 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>Para el producto se ha consignado como material la Silicona. Ello es limitativo y dirigido a una sola marca. El estándar reconocido es el POLIURETANO, solicitando desde ya la modificación correspondiente para asegurar la libre competencia.</p> <p>I</p> <p>Consulta: Considerando que la tendencia a nivel mundial es el uso de Poliuretano en lugar de la silicona como materia prima para dispositivos medicos en hemoterapias.</p> <p>Principales características;</p> <p>Flexibilidad: El poliuretano puede ofrecer una mayor flexibilidad que la silicona, lo que lo hace ideal para dispositivos médicos que necesitan doblarse o flexionarse durante su uso, como catéteres intravenosos o dispositivos implantables.</p> <p>Biocompatibilidad y resistencia: Si bien tanto el poliuretano como la silicona son generalmente biocompatibles, el poliuretano puede ser más biocompatible con ciertas aplicaciones médicas y tejidos biológicos específicos. Además, proporciona resistencia durante la inserción y también suaviza a temperatura corporal para ajustarse a los tejidos del cuerpo y reduce el riesgo de traumatismos vasculares. Es decir, el poliuretano puede ser modificado para mejorar aún más su biocompatibilidad en ciertos contextos.</p> <p>Costo: En general, el poliuretano tiende a ser más económico que la silicona, lo que puede ser una consideración importante en la fabricación de dispositivos médicos a gran escala.</p> <p>Procesabilidad: El poliuretano puede ser más fácil de procesar y fabricar en una variedad de formas y geometrías que la silicona, lo que puede ser ventajoso en la producción de dispositivos médicos complejos o personalizados.</p> <p>Por todo esto, solicitamos la modificación del material a POLIURETANO o se permita ofertar el producto en forma indistinta</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 95 - Item 45 Aguja para biopsia percutanea

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
Se solicita a la Convocante se pueda cotizar aguja automatica para biopsia percutanea 14G de 15cm (+-1cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 96 - ITEM 32

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
ITEMS 32		
EETT actuales: Sistema cerrado de colección de orina sonda 4, 6 y 8 fr , bureta graduada, conector rígido, llave de 3 vías		
Consulta: Favor aclarar la especificación técnica si corresponde a una Bolsa de Orina de 2000ml, con Urinometro de 500ml graduado, con puerto de muestreo sistema cerrado libre de aguja, con tubo de conexión y conector rígido universal para sondas vesicales de 6RF a 24FR. Con salida tipo T para limpiar con una sola mano y se desemboca eficientemente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC		

Consulta 97 - ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
ITEMS 33		
EETT actuales: Sistema cerrado de colección de orina sonda 4, 6 y 8 fr , bureta graduada, conector rígido, llave de 3 vías		
Consulta: Favor aclarar la especificación técnica si corresponde a una Bolsa de Orina de 2000ml, con Urinometro de 500ml graduado, con puerto de muestreo sistema cerrado libre de aguja, con tubo de conexión y conector rígido universal para sondas vesicales de 6RF a 24FR.		
Con salida tipo T para limpiar con una sola mano y se desemboca eficientemente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
Se aclara que no corresponde a la especificación técnica mencionada. No es la bolsa de orina de 2000 ml, con urinometro de 500ml por lo se que debe ajustar a lo solicitado en el PBC .		

Consulta 98 - ITEM 34

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
ITEMS 34:		
EETT actuales: Sistema cerrado de colección de orina sonda 4, 6 y 8 fr , bureta graduada, conector rígido, llave de 3 vías		
Consulta: Favor aclarar la especificación técnica si corresponde a una Bolsa de Orina de 2000ml, con Urinometro de 500ml graduado, con puerto de muestreo sistema cerrado libre de aguja, con tubo de conexión y conector rígido universal para sondas vesicales de 6RF a 24FR.		
Con salida tipo T para limpiar con una sola mano y se desemboca eficientemente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.		

Consulta 99 - ITEM 57

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
TEMS 57 y 58:		
De10cm y 15cm de ancho x2m. minimo Hilado de algodón 100% con bordes orillados, sin aditivos		
En virtud al principio de libre competencia y que no afecta en nada el uso general del producto solicitamos considerar la variación de + - 20cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.		

Consulta 100 - Item 58

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
----------	-------------------	------------

TEMS 58:

En virtud al principio de libre competencia y no afectando en nada el uso del producto, solicitamos considerar la variación de + - 20cm en la longitud solicitada ya que dicha diferencia no afecta al tratamiento y ampliar la cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.

Consulta 101 - ITEM 71

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
----------	-------------------	------------

ITEM 71:

Equipo para drenaje pleural

Sistema de Drenaje. Con 3 cámaras conectadas entre sí, con conexión única al paciente de aspiración continua., y dispositivo regulador de aspiración incorporado.

Consulta: Favor aclarar si el Equipo de drenaje corresponde a Frascos de PVC de cristal rígido, con regla graduada cada 50ml, con capacidad disponible de 250, 500, 1000 o 2000 ml, con tapón de rosca rápida con tres vías. un sistema de 3 cámaras?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
-----------	--------------------	------------

Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.

Consulta 102 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
----------	-------------------	------------

En el PBC se exige Copia de la Resolución de Apertura vigente de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos, según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). Solicitamos a la convocante aclare si para el caso de los ítems 1 y 2 Pulseras de identificación de paciente aplican (o no) los requisitos de DINAVISA exigidos, teniendo en consideración que dichas pulseras no son dispositivos médicos, sino mas bien insumos de impresión térmica, donde a través de una impresora térmica especial se le identifica a cada paciente.

En consecuencia, existiendo en el mercado nacional varias empresas que comercializan estos insumos tecnológicos pero que no son propiamente del rubro médico, estos requisitos de autorizaciones de DINAVISA son un impedimento para cotizar.

¿Podría la convocante aceptar para estos ítems (1 y 2) la presentación de certificados expedidos por organismos internacionales (como la Organización Mundial de la Salud o similar) donde se acredite fehacientemente la fabricación con buenas prácticas de estos insumos para utilización en pacientes, en reemplazo de los certificados de DINAVISA?

Valga mencionar que en los pliegos no deben exigirse requisitos que no sean técnicamente imprescindibles, ya que eso atenta contra la libre competencia, y por ende, afecta a la posibilidad de obtener mejores precios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC teniendo en cuenta que son insumos médicos utilizados en el recién nacido y paciente internado actualmente se han constatado que esos insumos poseen registro sanitario habilitante

Consulta 103 - Consulta 2

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>En el PBC se exige Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, con facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.</p> <p>Solicitamos a la convocante aclare si para el caso de los ítems 1 y 2 Pulseras de identificación de paciente aplican (o no) los requisitos arriba mencionados, teniendo en consideración que dichas pulseras no son dispositivos ni mucho menos insumos médicos, sino mas bien insumos de impresión térmica, donde a traves de una impresora termica especial se le identifica a cada paciente.</p> <p>Por tanto ponemos a su consideración, aceptar para estos ítems (1 y 2) la presentación de Experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSUMOS DE IMPRESIÓN DE IDENTIFICACION debido a que existen en el mercado nacional varias empresas que comercializan estos insumos de impresión de identificación, pero que no son propiamente del rubro médico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 104 - Consulta 3

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
Solicitamos a la convocante aceptar cartas de autorización del fabricante sin el requisito de la apostilla. Y que la misma sea regularizada y apostillada para el momento de la firma del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC		

Consulta 105 - EETT ITEM 14 - Catéter venoso Periférico N° 18G

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>N° 18 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 90 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad con activación automática.</p> <p>Solicitamos a la convocante como mínimo para catéteres sean especificaciones técnicas de: Flujos mínimos de 100ml/min lo que garantizará el cumplimiento de la luz interna de cada catéter.</p> <p>Que sea libre de DEHP con estudios que demuestren lo solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
Favor adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones última versión.		

Consulta 106 - EETT ITEM 15 - Catéter venoso Periférico N° 20G

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>N° 20 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 60 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad con activación automática.</p> <p>Solicitamos a la convocante como mínimo para catéteres sean especificaciones técnicas de: Que sea libre de DEHP con estudios que demuestren lo solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones ya que las especificaciones se han elaborado conforme a lo estipulado en el listado de tecnología sanitaria vigente del MSPBS.</p>		

Consulta 107 - Item 3,4,5,11,35, 45,46, 47 y 48

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2024
<p>Ajustar el precio de referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2024
<p>La Convocante se mantiene en los precios referenciales que se encuentran en el análisis de precios y respaldadas en su Dictamen cargados en el SICP y sus Complementos.</p>		