

## Consultas Realizadas

# Licitación 439142 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS - AÑOS 2.024 - 2.025 AD REFERENDUM 2.024

### Consulta 1 - SUMINISTROS REQUERIDOS

| Consulta  | Fecha de Consulta | 29-02-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el PBC, página 23 del apartado suministros requeridos detalla: Lote 1, ítem 10, Mantenimiento correctivo con provisión de microfiltros del circuito hidráulico, para dos (2) MAQUINAS DE HEMODIALISIS MARCA NIPRO. Se solicita a la convocante especificar si el término "microfiltro" hace referencia al filtro de endotoxinas. |                   |            |

| Respuesta                                | Fecha de Respuesta | 05-03-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Si hace referencia al filtro Endotoxinas |                    |            |

### Consulta 2 - Repuesto: Clamp Venoso

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-02-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Durante la visita técnica se comprobó que la máquina de diálisis con número de serie 20J21619S se encuentra inoperativo y requiere el reemplazo del Clamp Venoso, se solicita a la Convocante definir cuál será el proceso para la provisión del repuesto, ya que no está contemplado en los ítems correspondientes al lote 1 o en su defecto, se solicita a la convocante agregar el ítem correspondiente al lote Nro. 1. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 05-03-2024 |
|---|--------------------|------------|
| A la fecha se cuenta con el repuesto mencionado, motivo por el cual se requieren los demás ítems establecidos en el pedido. |                    |            |